ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 177

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 6 z/of 05.10.2023

AP 177	Nazwa i adres / Name and address **2 WOJSKOWY OŚRODEK METROLOGII** **ul. Powstańców Warszawy 2** **85-915 Bydgoszcz**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 17.01 ciśnienie*)

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 177 z dnia 18.10.2019 r.
Cykl akredytacji od 03.11.2021 r. do 03.12.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AP 177 of 18.10.2019
Accreditation cycle from 03.11.2021 to 03.12.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Pracownia Kalibracji Ciśnieniomierzy ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
Ciśnienie				
Ciśnieniomierze sprężynowe **Ciśnieniomierze elektroniczne**	**(0,0 ÷ 0,4) MPa** **(0,4 ÷ 0,6) MPa** **(0,6 ÷ 0,8) MPa** **(0,8 ÷ 1,0) MPa** **(1,0 ÷ 1,2) MPa** **(1,2 ÷ 1,4) MPa** **(1,4 ÷ 1,6) MPa** **(1,6 ÷ 1,8) MPa** **(1,8 ÷ 2,0) MPa**	**0,0005 MPa** **0,0007 MPa** **0,0010 MPa** **0,0012 MPa** **0,0014 MPa** **0,0016 MPa** **0,0019 MPa** **0,0021 MPa** **0,0023 MPa**	**S**	**Procedura wewnętrzna PP-15.02.00-6-2023-2WOM_PKC w oparciu o EURAMET cg-17 v.4.1** **Ciśnienie względne (gaz)**
Ciśnieniomierze sprężynowe **Ciśnieniomierze elektroniczne**	**(0,0 ÷ 7,0) MPa** **(7,0 ÷ 20,0) MPa** **(20,0 ÷ 70,0) MPa**	**0,0029 MPa** **0,0090 MPa** **0,039 MPa**	**S**	**Procedura wewnętrzna PP-15.02.00-6-2023-2WOM_PKC w oparciu o EURAMET cg-17 v.4.1** **Ciśnienie względne (ciecz)**

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 177

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 05.10.2023 r.