ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 179

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 8 z/of 22.12.2023

AP 179	Nazwa i adres / Name and address **1 WOJSKOWY OŚRODEK METROLOGII** **ul. Bł. ks. kmdr ppor. W. Miegonia 45** **81-103 Gdynia**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) i/lub poza nią (P) / at permanent location (S) and/or outside of permanent location (P)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 3.03 ułamek molowy (analiza gazów)

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 179 z dnia 18.10.2019 r.
Cykl akredytacji od 03.11.2021 r. do 07.12.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AP 179 of 18.10.2019
Accreditation cycle from 03.11.2021 to 07.12.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Pracownia Kalibracji Analizatorów Gazów ul. Bł. ks. kmdr ppor. W. Miegonia 45, 81-103 Gdynia				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
Ułamek molowy (analiza gazów)				
Mierniki stężenia gazów O_2	**(190,0 ÷ 210,0) mmol/mol**	**1,5 %**	**S, P**	**Procedura wewnętrzna PP-03.03.03-5-2023-1WOM** **Metoda bezpośrednia**
Mierniki stężenia gazów CO_2	**(9,50 ÷ 10,50) mmol/mol**	**3 %**		

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 179

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

TADEUSZ MATRAS
dnia: 22.12.2023 r.