ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 159

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 8 z/of 17.11.2023

AP 159	Nazwa i adres / Name and address **3 WOJSKOWY OŚRODEK METROLOGII** **ul. Wileńska 14** **56-400 Oleśnica**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 3.04 stężenie masowe (analiza wydechu)

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 159 z dnia 13.11.2018 r.
Cykl akredytacji od 17.11.2023 r. do 13.12.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AP 159 of 13.11.2018
Accreditation cycle from 17.11.2023 to 13.12.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Pracownia Kalibracji Analizatorów Wydechu ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
Stężenie masowe (analiza wydechu)				
Analizatory wydechu	**(0,05 ÷ 0,40) mg/l (0,41 ÷ 0,95) mg/l (0,96 ÷ 1,50) mg/l (1,51 ÷ 2,00) mg/l**	**0,01 mg/l 0,02 mg/l 0,03 mg/l 0,05 mg/l**	**S**	**Procedura wewnętrzna PP-03.04.01-3WOM w oparciu o OIML R126-2:2021 A.1.1, A.2 stężenie masowe etanolu w wydychanym powietrzu (mg etanolu w 1 l powietrza)**

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 159

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 17.11.2023 r.