



**Komunikat nr 215 z dnia 27.01.2017 r.
w sprawie nowelizacji dokumentu DA-06**

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 6. dokumentu DA-06 *Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej*.

Nowelizacja dokumentu związana jest z wprowadzeniem Załącznika nr 1, który harmonizuje sposób spełnienia wymagań akredytacyjnych w zakresie zapewnienia spójności pomiarowej w badaniach, w ramach których wykonywane są pomiary przewodności elektrycznej właściwej oraz pH.

Załącznik określa podstawowe zasady i wymagania specyficzne, których spełnienie jest wystarczające do wykazania zapewnienia spójności pomiarowej w badaniach przewodności elektrycznej właściwej i pH. Zawiera także zalecenia do stosowania podczas wyboru materiałów odniesienia oraz innych sposobów zapewnienia spójności pomiarowej

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 5. dokumentu DA-06 z dnia 20.01.2015 r. Dokument DA-06 w zakresie wprowadzonego Załącznika nr 1 wchodzi w życie z dniem 27.07.2017 r., natomiast pozostałe postanowienia dokumentu DA-06 obowiązują z dniem opublikowania.

**D Y R E K T O R
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI**

Lucyna Olborska