

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1585**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 7 z/of 05.12.2024

**Akredytacja zawieszona w całości zakresu na wniosek podmiotu
od 06.11.2025 r. do 05.05.2026 r.**
Accreditation voluntarily suspended at the request of the body in the full scope
from: 06.11.2025 to 05.05.2026

 AB 1585	Nazwa i adres / Name and address UNIwersYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLŁATAJA W KRAKOWIE al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków LABORATORIUM TECHNOLOGII PRODUKCJI I OCENY JAKOŚCI BIOPALIW ul. Balicka 120 30-149 Kraków
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)} - C/10 - N/10	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - Badania chemiczne paliw stałych / Chemical tests of solid fuels - Badania właściwości fizycznych paliw stałych / Tests of physical properties of solid fuels

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH**

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1585 z dnia 18.12.2019 r.
Cykl akredytacji od 18.12.2023 r. do 10.01.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1585 of 18.12.2019
Accreditation cycle from 18.12.2023 to 10.01.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Technologii Produkcji i Oceny Jakości Biopaliw ul. Balicka 120, 30-149 Kraków		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa stałe: biomasa stała - biopaliwo stałe	Ciepło spalania Zakres: (6500 – 25000) kJ/kg Metoda kalorymetryczna	PN-EN ISO 18125:2017-07
	Wartość opałowa (z obliczeń)	
	Zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (2,0 – 86,0) % Metoda wagowa	PN-EN ISO 18134-1:2023-02
	Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (1,0 – 20,0) % Metoda wagowa	PN-EN ISO 18134-3:2023-12
	Zawartość popiołu Zakres: (0,1 – 40,0) % Metoda wagowa	PN-EN ISO 18122:2023-05
	Gęstość nasypowa Zakres: (50 – 750) kg/m ³ Metoda wagowa	PN-EN ISO 17828:2016-02
	Wytrzymałość mechaniczna peletów Zakres: (83,0 – 99,0) % Metoda wagowa	PN-EN ISO 17831-1:2016-02
	Wytrzymałość mechaniczna brykietów Zakres: (83,0 – 99,0) % Metoda wagowa	PN-EN ISO 17831-2:2016-02

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1585

Status zmian: wersja pierwotna – A

AKREDYTACJA ZAWIESZONA

Zatwierdzam status zmian
p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS
dnia: 05.12.2024 r.

