

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1824**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 4 z/of 06.11.2025

 AB 1824	Nazwa i adres / Name and address BIODRAIN Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze BioDrain ul. T. Boya Żeleńskiego 12 35-105 Rzeszów
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)}	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- Q/36 - N/36/P - Q/35	— Badania sensoryczne gazów / Sensory tests of gases — Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek gazów / Tests of physical properities and sampling of gases — Badania sensoryczne powietrza w pomieszczeniach / Sensory tests of indoor air

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU**

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1824 z dnia 06.11.2025 r.
Cykl akredytacji od 01.03.2022 r. do 28.02.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1824 of 06.11.2025
Accreditation cycle from 01.03.2022 to 28.02.2026

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Badawcze BioDrain ul. T. Boya Żeleńskiego 12 35-105 Rzeszów		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne - gazy emitowane do powietrza - gazy odlotowe	Pobieranie próbek do badań metodą olfaktometrii dynamicznej ze źródeł punktowych Metoda płuca	PN-EN 13725:2022-07 z wyłączeniem pkt. 9.1.4.3
	Pobieranie próbek do badań metodą olfaktometrii dynamicznej ze źródeł powierzchniowych aktywnych Metoda płuca	PN-EN 13725:2022-07 z wyłączeniem pkt. 9.1.4.3
	Pobieranie próbek do badań metodą olfaktometrii dynamicznej ze źródeł powierzchniowych biernych Metoda płuca	VDI 3880:2011
	Strumień zapachowy ze źródeł punktowych i powierzchniowych aktywnych (z obliczeń)	PN-EN 13725:2022-07
	Strumień zapachowy ze źródeł powierzchniowych biernych (z obliczeń)	VDI 3880:2011
	Skuteczność dezodoryzacji (z obliczeń)	PN-EN 13725:2022-07
	Strumień objętości gazu Prędkość Zakres: (0,7 – 20) m/s Metoda anemometryczna Zakres: (0,2 – 9) m/s Metoda termoanemometryczna	PN-EN ISO 16911-1:2013-07
Pomieszczenia – powietrze	Pobieranie próbek do badań metodą olfaktometrii dynamicznej ze źródeł kubaturowych Metoda płuca	PN-EN 13725:2022-07 z wyłączeniem pkt. 9.1.4.3 Instrukcja IR-01-03 wydanie 03 z dnia 30.10.2025 r.

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1824

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian
**KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU**

MARCIN BEKAS
dnia: 06.11.2025 r.

