

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 177**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 8 z/of 16.09.2024

 AP 177	Nazwa i adres / Name and address 2 WOJSKOWY OŚRODEK METROLOGII ul. Powstańców Warszawy 2 85-681 Bydgoszcz
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 17.01 ciśnienie

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 177 z dnia 18.10.2019 r.
Cykl akredytacji od 03.11.2021 r. do 03.12.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 177 of 18.10.2019
Accreditation cycle from 03.11.2021 to 03.12.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl


Pracownia Kalibracji Ciśnieniomierzy ul. Powstańców Warszawy 2, 85-681 Bydgoszcz				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Ciśnienie				
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne	0,0 MPa do 0,4 MPa 0,4 MPa do 0,6 MPa 0,6 MPa do 0,8 MPa 0,8 MPa do 1,0 MPa 1,0 MPa do 1,2 MPa 1,2 MPa do 1,4 MPa 1,4 MPa do 1,6 MPa 1,6 MPa do 1,8 MPa 1,8 MPa do 2,0 MPa	0,0005 MPa 0,0007 MPa 0,0010 MPa 0,0012 MPa 0,0014 MPa 0,0016 MPa 0,0019 MPa 0,0021 MPa 0,0023 MPa	S	Procedura wewnętrzna PP-15.02.00-6-2023- ZWOM_PKC w oparciu o EURAMET cg-17 v.4.1 Ciśnienie względne (gaz)
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne	0,0 MPa do 7,0 MPa 7,0 MPa do 20,0 MPa 20,0 MPa do 70,0 MPa	0,0029 MPa 0,0090 MPa 0,039 MPa	S	Procedura wewnętrzna PP-15.02.00-6-2023- ZWOM_PKC w oparciu o EURAMET cg-17 v.4.1 Ciśnienie względne (ciecz)

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 177

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 16.09.2024 r.