

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 202

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 3 z/of 30.04.2025

 AP 202	Nazwa i adres / Name and address PROZON Fundacja Ochrony Klimatu ul. Matuszewska 14/B9 03-876 Warszawa
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand ^{*)} 15.01 masa (wagi) 17.01 ciśnienie

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 202 z dnia 30.04.2025 r.
Cykl akredytacji od 09.03.2022 r. do 08.03.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 202 of 30.04.2025
Accreditation cycle from 09.03.2022 to 08.03.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl


Laboratorium PROZON Fundacja Ochrony Klimatu ul. Bociania 5, 96-320 Grabce Józefpolskie				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Masa (wagi)				
Wagi nieautomatyczne elektroniczne	10 kg do 47 kg 47 kg do 120 kg	$3 \cdot 10^{-3} \%$ $2 \cdot 10^{-2} \%$	S	Procedura wewnętrzna SOP-01 w oparciu o Euramet/cg-18/v.4.0
Ciśnienie				
Ciśnieniomierze elektroniczne Ciśnieniomierze sprężynowe - ciśnienie względne (ciecz)	0 bar do 60 bar	0,035 bar	S	Procedura wewnętrzna SOP-02 w oparciu o Euramet/cg-17/v.4.1

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.
Wartość niepewności pomiaru dla CMC wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 202

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 30.04.2025 r.