

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY Nr/No. AB 1059

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 21 z/of 10.06.2025

 AB 1059	Nazwa i adres / Name and address HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. Dział Analiz Środowiskowych ul. Ściegiennego 262 A 25-116 Kielce
Kod identyfikacyjny / Identification code ¹⁾ - A/5, A/13, A/35 - G/33, G/34 - N/28/P, N/30/P, N/31/P - C/28/P, C/30/P, C/31/P	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - Badania akustyczne i drgań – obiekty budowlane (ekrany akustyczne, maszyny i urządzenia), pomieszczenia (warunki środowiskowe)/ Acoustic and vibration tests-building items (acoustics screens, machinery and devices), facilities (environmental conditions) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe – hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne-hałas)/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful factors – noise), general environment (physical factors – noise) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby i gruntów/ Tests of physical properties and sampling of water, sewage, soil and ground. - Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby i gruntów / Chemical tests and sampling of water, sewage, soil and ground

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl/
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU**

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1059 z dnia 19.04.2019 r.
Cykl akredytacji od 10.06.2025 r. do 21.06.2029 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1059 of 19.04.2019
Accreditation cycle from 10.06.2025 to 21.06.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Dział Analiz Środowiskowych ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne - hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych	Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 824 i (Nr 288 poz. 1697) CNOSSOS-EU:2012 (Dyrektywa Komisji UE 2015/996 z dnia 19.05.2015 r. z późn. zm.) NMPB-Roads-1996/NFS 31-133. (XPS 31-133) NMPB-Routes-2008 RMR/SRM II Schall 03
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń) Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony wskaźnikami L_D , L_W , L_N , L_{DWN} (z obliczeń)	
	Metoda obliczeniowa	
Środowisko ogólne - hałas pochodzący od lotnisk	Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 1 oraz nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 824) ECAC.CEAC Doc 29 wyd. 3 grudzień 2005 / Circular 205 - AN/1/25/1988 CNOSSOS-EU:2012 (Dyrektywa Komisji UE 2015/996 z dnia 19.05.2015 r. z późn. zm.)
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} , L_{AeqN} (z obliczeń) Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony wskaźnikami L_D , L_W , L_N , L_{DWN} (z obliczeń)	
	Metoda obliczeniowa	
Środowisko ogólne - hałas pochodzący od urządzeń, instalacji i zakładów przemysłowych	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik Nr 7 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 1706) PN-N-01341:2000+Ap1:2001 PN ISO 9613-2:2002 CNOSSOS-EU:2012 (Dyrektywa Komisji UE 2015/996 z dnia 19.05.2015 r. z późn. zm.)
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń) Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony wskaźnikami L_D , L_W , L_N , L_{DWN} (z obliczeń)	
	Metoda obliczeniowa	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne - hałas impulsowy pochodzący od instalacji i urządzeń	Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik Nr 8 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 1706)
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń)	
Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – hałas pochodzący od urządzeń wyposażenia technicznego	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-87/B-02156 PN-EN ISO 10052:2007 PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń)	
	Wzorcowy równoważny poziom dźwięku A dla cyklu pracy Wzorcowy maksymalny poziom dźwięku dla cyklu pracy (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 135) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (49 - 140) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 - p. 10 i strategię 3 - p. 11
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	
Środowisko ogólne - zewnętrzne ekrany akustyczne „in situ”	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-ISO 10847:2002
	Skuteczność ekranów (z obliczeń)	
Maszyny i urządzenia - hałas	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 3746:2011+Ap1:2017-09 z wyłączeniem p. 8.4
	Poziom mocy akustycznej (z obliczeń)	
Woda	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 5667-11:2017-10
	Temperatura pobranej próbki Zakres: (5,0 – 50,0) °C	PN-77/C-04584
Ścieki	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna	PN-ISO 5667-10:2021-11
	Temperatura pobranej próbki Zakres: (5,0 – 50,0) °C	PN-77/C-04584
Woda i ścieki	pH Zakres: 4,0 – 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (150 – 5000) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie sumy węglowodorów z zakresu C6 - C12 Zakres: (0,100 – 90,0) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	AŚ/PB-01 edycja 2 z dnia 07.01.2025 r.
	Stężenie sumy węglowodorów z zakresu C12 - C35 Zakres: (0,120 – 97,5) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	AŚ/PB-01 edycja 2 z dnia 07.01.2025 r.
	Stężenie sumy węglowodorów z zakresu C6 - C35 (z obliczeń)	AŚ/PB-01 edycja 2 z dnia 07.01.2025 r.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda i ścieki	Stężenie jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Zakres: benzen (0,003 - 7,5) mg/l toluen (0,003 – 7,5) mg/l etylobenzen (0,003 – 7,5) mg/l (m+p)-ksylen (0,006 – 15,0) mg/l o-ksylen (0,003 – 7,5) mg/l styren (0,003 – 7,5) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Suma BTEX (z obliczeń)	AŚ/PB-01 edycja 2 z dnia 07.01.2025 r.
	Indeks oleju mineralnego Zakres: (0,10 – 15) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 9377-2:2003
	Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Zakres: naftalen (0,005 – 100) µg/l acenaften (0,005 – 100) µg/l fluoren (0,005 – 100) µg/l fenantren (0,005 – 100) µg/l antracen (0,005 – 100) µg/l fluoranten (0,005 – 100) µg/l piren (0,005 – 100) µg/l benzo(a)antracen (0,005 – 100) µg/l chrysen (0,005 – 100) µg/l benzo(b)fluoranten (0,005 – 100) µg/l benzo(k)fluoranten (0,005 – 100) µg/l benzo(a)piren (0,005 – 100) µg/l dibenzo(a,h)antracen (0,005 – 100) µg/l benzo(ghi)perylene (0,005 – 100) µg/l indeno(1,2,3-cd)piren (0,005 – 100) µg/l Metoda chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA (z obliczeń)	AŚ/PB-03 edycja 1 z dnia 08.04.2024 r.
	Zawiesiny ogólne Zakres: (2,0 – 1000) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	Stężenie rtęci Zakres: (0,5 – 5,0) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji	AŚ/PB-04 edycja 1 z dnia 08.04.2024 r.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda	Stężenie pierwiastków Zakres: arsen (0,050 – 50,0) mg/l bar (0,100 – 5,00) mg/l chrom (0,005 – 1,00) mg/l cyna (0,050 – 50,0) mg/l cynk (0,030 – 10,0) mg/l kadm (0,0004 – 0,500) mg/l kobalt (0,010 – 5,00) mg/l magnez (1,00 – 1000) mg/l mangan (0,010 – 50,0) mg/l miedź (0,010 – 5,00) mg/l molibden (0,003 – 0,100) mg/l nikiel (0,003 – 0,500) mg/l ołów (0,010 – 0,500) mg/l potas (1,00 – 1000) mg/l sód (1,00 – 1000) mg/l wapń (1,00 – 1000) mg/l żelazo (0,050 – 50,0) mg/l Metoda spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009
Gleby i grunty	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 10381-4:2007 z wyłączeniem pkt.8 PN-ISO 10381-5:2009
	Zawartość sumy węglowodorów z zakresu C6 - C12 Zakres: (1,0 – 2000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	AŚ/PB-02 edycja 1 z dnia 08.04.2024 r.
	Zawartość sumy węglowodorów z zakresu C12 - C35 Zakres: (20,0 – 5000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	AŚ/PB-02 edycja 1 z dnia 08.04.2024 r.
	Zawartość jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (BTEX) Zakres: benzen (0,08 – 160) mg/kg toluen (0,08 – 300) mg/kg etylobenzen (0,08 – 300) mg/kg ksyleny (0,08 – 480) mg/kg styren (0,08 – 160) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Suma BTEX (z obliczeń)	AŚ/PB-02 edycja 1 z dnia 08.04.2024 r.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Gleby i grunty	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Zakres: naftalen (0,05 – 100) mg/kg acenaften (0,05 – 100) mg/kg fluoren (0,05 – 100) mg/kg fenantren (0,05 – 100) mg/kg antracen (0,05 – 100) mg/kg fluoranten (0,05 – 100) mg/kg piren (0,05 – 100) mg/kg benzo(a)antracen (0,05 – 100) mg/kg chryzen (0,05 – 100) mg/kg benzo(b)fluoranten (0,05 – 100) mg/kg benzo(k)fluoranten (0,05 – 100) mg/kg benzo(a)piren (0,02 – 100) mg/kg dibenzo(a,h)antracen (0,05 – 100) mg/kg benzo(ghi)perylene (0,05 – 100) mg/kg indeno(1,2,3-cd)piren (0,05 – 100) mg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA (z obliczeń)	PN- ISO 13877:2004
	Zawartość rtęci Zakres: (0,5 – 30) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji	AŚ/PB-05 edycja 1 z dnia 08.04.2024 r.
	Zawartość pierwiastków: Zakres: arsen (10,0 – 5000) mg/kg bar (100 – 5000) mg/kg chrom (10,0 – 5000) mg/kg cyna (5,00 – 5000) mg/kg cynk (5,00 – 5000) mg/kg kadm (1,00 – 5000) mg/kg kobalt (5,00 – 5000) mg/kg miedź (5,00 – 5000) mg/kg molibden (5,00 – 5000) mg/kg nikiel (5,00 – 5000) mg/kg ołów (5,00– 5000) mg/kg Metoda spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009 I-02/AŚ_PN-EN ISO 11885:2009 edycja 1 z dnia 08.04.2024 r.
Grunty	Wodoprzepuszczalność – współczynnik filtracji Zakres: (0,01≤d ₂₀ <2,0) mm (z obliczeń na podstawie krzywej uziarnienia – wzór USBSC)	PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 I-01/AŚ_PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 edycja 1 z dnia 08.04.2024 r.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Grunty	Skład granulometryczny w zakresie wielkości cząstek (0,063 – 63) mm z podziałem na frakcje Zakres: (0,5 – 99,5) % Metoda sitowa	PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009
	Współczynnik filtracji/ wodoprzepuszczalność Zakres: (10^{-10} – 10^{-6}) m/s Metoda spadków hydraulicznych	PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 pkt 4.2

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1059

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS
dnia: 10.06.2025 r.

