ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 934

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 31 z/of 15.07.2025

AB 934	Nazwa i adres / Name and address **OŚRODEK BADAŃ PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW I WDROŻEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII „OIKOS" SP. Z O.O.** **LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH** **ul. Powstańców Śląskich 8** **55-010 Święta Katarzyna**

Kod identyfikacyjny / Identification code *)	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- A/13	– Badania akustyczne i drgań – maszyny / Acoustic and vibration tests of machinery
- C9	– Badania chemiczne powietrza/ Chemical tests of air
- C/28/P, C/29/P,C/30/P	– Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków, / Chemical tests and sampling of water, drinking water, sewage, waste gases
- C/33/P, C/35/P	– Badania chemiczne i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze), pomieszczenia (warunki środowiskowe – powietrze)/ Chemical tests and sampling - working environment (harmful factors - air), facilities (environmental conditions – air)
- C/36	– Badania chemiczne próbek gazów odlotowych / Chemical tests of samples of waste gases
- G/33, G/34, G/35	– Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - drgania, oświetlenie, mikroklimat, hałas, hałas ultradźwiękowy), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas), pomieszczenia (warunki środowiskowe – hałas)/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – vibration, lighting, microclimate, noise, ultrasonic noise), general environment (physical factors – noise), facilities (environmental conditions – noise)
- N/28/P, N/29/P, N/30/P, N/31/P	– Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków, gleby / Tests of physical properties and sampling of air, water, drinking water, sewage, soil
- N/33/P	– Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze)/ Tests of physical properties and sampling - working environment (harmful factors - air)
- P/29, P/31	– Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi, gleby/ Sampling of drinking water, soil

Wersja strony/ Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 934 z dnia 03.07.2019 r.
Cykl akredytacji od 14.08.2024 r. do 17.09.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 934 of 03.07.2019
Accreditation cycle from 14.08.2024 to 17.09.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Pracownia Ogólnochemiczna **Pracownia Chromatografii Gazowej** **Zespół Pomiarów Środowiskowych i Pobierania Próbek** ul. Powstańców Śląskich 8, 55-010 Święta Katarzyna		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Środowisko pracy **– powietrze**	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - czynniki pyłowe – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna Metoda indywidualna	PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - metale i ich związki, w tym – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna - substancje organiczne, w tym – frakcja wdychalna - substancje nieorganiczne, w tym – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna – frakcja torakalna Metoda stacjonarna Metoda indywidualna	
	Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - azbest – włókna respirabilne - ogniotrwałe włókna ceramiczne - ogniotrwałe włókna ceramiczne w mieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi - sztuczne włókna mineralne, z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych - włókna respirabilne - węglik krzemu, włóknisty - włókna respirabilne Metoda stacjonarna Metoda indywidualna	PN-Z-04008-7:2002 PN-Z-04202-02:1988
	Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na filtry** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość związków chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI) Zakres: (0,000417 – 0,05) mg/m^3 (0,0003 - 0,036) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-87/Z-04126/03 IB-140 wydanie nr 1 z dnia 25.11.2024 r.
	Stężenie / zawartość olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna Zakres: (0,28 – 22,2) mg/m^3 (0,2 – 8) mg w próbce Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR)	PN-Z-04108-5:2006
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość nadtlenku wodoru Zakres: (0,034 – 9,6) mg/m^3 (0,0120 – 0,288) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	Osha Method 1019

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość glicerolu – frakcja wdychalna Zakres: (0,834 – 20,8) mg/m^3 (0,6 – 7,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04374:2009
	Stężenie / zawartość 2,2'- oksydietanolu (glikolu dwuetylenowego) – frakcja wdychalna Zakres: (0,056 – 25,0) mg/m^3 (0,04 – 6,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04493:2018-09
	Stężenie / zawartość 4,4'-metylenobis(fenyloizocyjanianu) Zakres: (0,0013 – 1,00) mg/m^3 (0,0003 – 0,015) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	OSHA Method 5002
	Stężenie / zawartość: Zakres: - diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu (0,00025 – 0,50) mg/m^3 (0,00006 – 0,0075) mg w próbce - diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu (0,00025 – 0,50) mg/m^3 (0,00006 – 0,0075) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
	Stężenie / zawartość: - diizocyjanianu heksano-1,6-diylu (sześciometylenodwuizocyjanianu) Zakres: (0,0013 – 1,00) mg/m^3 (0,0003 – 0,015) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
	Stężenie / zawartość diizocyjanianu 2,2`-metylenodifenylu Zakres: (0,0013 – 1,00) mg/m^3 (0,0003 – 0,015) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
	Stężenie / zawartość diizocyjanianu 2,4`-metylenodifenylu Zakres: (0,0013 – 1,00) mg/m^3 (0,0003 – 0,015) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość izocyjanianu 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu Zakres: (0,001 – 0,080) mg/m^3 (0,0002 – 0,016) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	OSHA Method 5002
	Stężenie / zawartość 4,4'-diizocyjanianu dicykloheksylometanu Zakres: (0,00334 – 0,133) mg/m^3 (0,0002 – 0,008) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
	Stężenie / zawartość diizocyjanianu toluenodiylu - mieszanina izomerów 2,4- i 2,6 (z obliczeń)	
	Stężenie / zawartość diizocyjanianu metylenodifenylu - mieszanina izomerów (z obliczeń)	
	Stężenie / zawartość 1,5-diizocyjanianu naftalenu Zakres: (0,00334 – 0,400) mg/m^3 (0,0002 – 0,006) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	OSHA Method PV2046
	Stężenie / zawartość Izocyjanianu cykloheksylu Zakres: (0,001 – 0,080) mg/m^3 (0,0002 – 0,016) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2020, nr 2(104), s. 79–94
	Czerwień zasadowa 9 Zakres: (0,00167 – 0,0417) mg/m^3 (0,0002 – 0,0050) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	Narażenie zawodowe na czynniki rakotwórcze i mutagenne, CIOP 2019, s.112-116
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **- próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość formamidu Zakres: (1,88 – 56,3) mg/m^3 (0,015 – 0,450) mg w próbce N-metyloformamidu Zakres: (0,27 – 7,2) mg/m^3 (0,0027 – 0,072) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	IB-141 wydanie nr 1 z dnia 06.02.2025 r.
	Stężenie / zawartość 1-etylo-2-pirolidonu Zakres: (2,0 – 800) mg/m^3 (0,020 – 1,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04553:2023-08

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość tiuramu – disulfidu tetrametylotiuramu - frakcja wdychalna Zakres: (0,04 – 1,0) mg/m^3 (0,028 – 0,720) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04480:2016-10
	Stężenie / zawartość fenoloftaleiny Zakres: (0,64 – 16,1) mg/m^3 (0,46 – 5,8) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04506:2019-10
	Stężenie / zawartość hydrazyny Zakres: (0,0011 – 0,70) mg/m^3 (0,00083 – 0,525) ppm (0,000263 – 0,00700) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04523:2020-12
	Stężenie / zawartość kwasu benzoesowego Zakres: (0,0222 – 26,7) mg/m^3 (0,00438 – 5,27) ppm (0,0160 – 0,800) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2023, nr 3(117), s. 137–154
	Stężenie / zawartość rezorcynolu Zakres: (3,33 – 733) mg/m^3 (0,200 – 5,5) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04558:2024-09
	Stężenie / zawartość ftalanu dimetylu – frakcja wdychalna Zakres: (0,14 – 10,3) mg/m^3 (0,05 – 1,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04531:2021-08
	Stężenie / zawartość ftalanu dietylu – frakcja wdychalna Zakres: (0,21 – 11,59) mg/m^3 (0,1 – 2,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04498:2019-10
	Stężenie / zawartość ftalanu dibutylu – frakcja wdychalna Zakres: (0,0420 – 10,4) mg/m^3 (0,030 – 7,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04495:2018-09
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry i rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość ftalanu diizobutylu Zakres: (0,347 – 8,33) mg/m^3 (0,250 – 6,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2024, nr 2(120), s. 117– 129

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **- próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość eteru tert-butyloetylowego Zakres: (9,1 – 1840) mg/m^3 (0,091 – 2,3) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2015, nr 2(84), s. 123-139
	Stężenie / zawartość 2-metoksyetanolu Zakres: (0,18 – 7,23) mg/m^3 (0,057 – 2,28) ppm (0,0053 – 0,217) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2010, nr 1(63), s. 169-175
	Stężenie / zawartość 1,1-dichloroetanu Zakres: (36,8 – 824) mg/m^3 (0,370 – 8,2) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1003, Issue 3, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość 1,2-dichloroetanu Zakres: (0,60 – 20,4) mg/m^3 (0,00700 – 0,245) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2018, nr 2(96), s.133-143
	Stężenie / zawartość propano-1,3-sulton**u** Zakres: (0,00060 – 0,017) mg/m^3 (0,000216 – 0,0062) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04528:2021-07
	Stężenie / zawartość eteru tert-butylometylowego Zakres: (10,0 – 540) mg/m^3 (0,050 – 2,7) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04386:2009
	Stężenie / zawartość kwasu akrylowego Zakres: (0,75 – 300) mg/m^3 (0,25 – 100) ppm (0,015 – 0,450) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04460:2014-09

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)-propanu (bisfenolu-A) – frakcja wdychalna Zakres: (0,069 – 6,94) mg/m^3 (0,050 – 5,0) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04382:2009
	Stężenie / zawartość parafiny stałej - frakcja wdychalna Zakres: (0,056 – 6,94) mg/m^3 (0,040 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04379:2010
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na filtry** **Pomieszczenia – próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość fluorowodoru Zakres: (0,023 – 24,0) mg/m3 (0,0165 – 0,72) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	NIOSH 7906 Method, Issue 2, 20 May 2014
	Stężenie / zawartość fluorków w przeliczeniu na F Zakres: (0,0181 – 4,0) mg/m3 (0,013 – 2,88) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	NIOSH 7906 Method, Issue 2, 20 May 2014 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2014 nr 3(81), str. 71-87
	Stężenie / zawartość chlorowodoru Zakres: (0,225 – 200) mg/m3 (0,135 – 6,0) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	NIOSH 7907 Method, Issue 1, 20 May 2014
	Stężenie / zawartość kwasu azotowego (V) Zakres: (0,0635 – 56,0) mg/m3 (0,038 – 1,68) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Stężenie / zawartość kwasu fosforowego Zakres: (0,05 – 48,0) mg/m3 (0,036 – 1,44) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	NIOSH 7908 Method, Issue 1, 10 May 2014
	Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) – frakcja torakalna Zakres: (0,0031 – 0,13) mg/m3 (0,0022 – 0,0480) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017 nr 2(92), str. 5-19
	Stężenie/zawartość ozonu Zakres: (0,0135 – 0,3) mg/m3 (0,00162 – 0,0360) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	OSHA Method 214
	Stężenie / zawartość ditlenku siarki Zakres: (0,111 – 31,2) mg/m3 (0,042 – 11,7) ppm (0,020 – 0,468) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	Osha Method 1011

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna Zakres: (0,0139 – 8,33) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.
	Stężenie kobaltu i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Co Zakres: (0,00139 – 0,083) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie - tritlenku glinu - w przeliczeniu na Al, - wodorotlenku glinu - w przeliczeniu na Al, - glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego): – frakcja wdychalna Zakres: (0,0694 – 5,56) mg/m^3 – frakcja respirabilna Zakres: (0,0631 – 5,05) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie kadmu i jego związków nieorganicznych- w przeliczeniu na Cd – frakcja wdychalna Zakres: (0,000084 – 0,00986) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie tlenków żelaza – w przeliczeniu na Fe, tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II), tetratlenek triżelaza - frakcja respirabilna Zakres: (0,0126 - 227) mg/m^3 - frakcja wdychalna Zakres: (0,0139 - 250) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn – frakcja wdychalna Zakres: (0,00417 – 0,417) mg/m^3 – frakcja respirabilna Zakres: (0,00379 – 0,379) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cu Zakres: (0,0139 – 0,417) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.
	Stężenie tlenku cynku -w przeliczeniu na Zn – frakcja wdychalna Zakres: (0,0139 – 250) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie srebra – frakcja wdychalna Zakres: (0,00420 – 0,104) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb - frakcja wdychalna Zakres: (0,00420 – 0,104) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Chrom metaliczny, Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II), Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III) (z obliczeń)	IB-133 wydanie nr 3 z dnia 28.08.2021 r.
	Stężenie chromu metalicznego i jego związków (chrom (II), chrom (III), chrom (VI)) – w przeliczeniu na Cr Zakres: (0,0139 – 1,04) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.
	Stężenie wodorotlenku sodu Zakres: (0,0193 – 31,9) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie wodorotlenku potasu Zakres: (0,0159 – 26,3) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.
	Stężenie tlenku wapnia − frakcja wdychalna Zakres: (0,0582 – 279) mg/m^3 − frakcja respirabilna Zakres: (0,0529– 254) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie wodorotlenku wapnia − frakcja wdychalna Zakres: (0,077 – 369) mg/m^3 − frakcja respirabilna Zakres: (0,070 – 336) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie węglanu wapnia − frakcja wdychalna Zakres: (0,104 – 20,8) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie tlenku magnezu − frakcja wdychalna Zakres: (0,069 – 20,70) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie dichlorku cynku - frakcja wdychalna Zakres: (0,041 – 52,10) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie cyrkonu i jego związków - w przeliczeniu na Zr Zakres: (0,194 – 250) mg/m^3 wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie tytanu i jego związków – w przeliczeniu na Ti Zakres: (0,556 – 500) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie molibdenu i jego związków w przeliczeniu na Mo Zakres: (0,194 – 250) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.
	Stężenie antymonu i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem stibanu- w przeliczeniu na Sb Zakres: (0,0417 – 1,042) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie: - wolframu – frakcja wdychalna - wolframu związki nierozpuszczalne – w przeliczeniu na W Zakres: (0,194 – 10,4) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie srebra związki rozpuszczalne – w przeliczeniu na Ag Zakres: (0,000694 – 0,0208) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie baru i jego związków rozpuszczalnych – w przeliczeniu na Ba Zakres: (0,0382 – 1,042) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie związków niklu, w przeliczeniu na Ni -frakcja wdychalna Zakres: (0,00083 – 0,556) mg/m^3 -frakcja respirabilna Zakres: (0,00076 – 0,505) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie niklu metalicznego Zakres: (0,00083 – 0,555) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie wodorku litu – frakcja wdychalna Zakres: (0,00042 – 0,500) mg/m^3 Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Zawartość cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn Zakres: (0,0100 – 6,00) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.
	Zawartość kobaltu i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Co Zakres: (0,00100 – 0,0600) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość: - tritlenku glinu - w przeliczeniu na Al, - wodorotlenku glinu - w przeliczeniu na Al, - glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego) Zakres: (0,050 – 4,00) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość kadmu i jego związków nieorganicznych- w przeliczeniu na Cd Zakres: (0,000060 – 0,0071) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość tlenków żelaza – w przeliczeniu na Fe, tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II), tetratlenek triżelaza Zakres: (0,0100 – 7,50) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn Zakres: (0,00300 – 0,300) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość miedzi i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cu Zakres: (0,0100 – 0,300) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Zawartość tlenku cynku - w przeliczeniu na Zn Zakres: (0,0100 – 7,50) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.
	Zawartość srebra Zakres: (0,00300 – 0,0750) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość ołowiu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Pb Zakres: (0,00300 – 0,0750) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość chromu metalicznego i jego związków (chrom (II), chrom (III), chrom (VI)) – w przeliczeniu na Cr Zakres: (0,010 – 0,750) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość wodorotlenku sodu Zakres: (0,0139 – 0,956) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość wodorotlenku potasu Zakres: (0,0115 – 0,789) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość tlenku wapnia Zakres: (0,0419 – 8,39) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry	Zawartość wodorotlenku wapnia Zakres: (0,0555 – 11,09) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.
	Zawartość węglanu wapnia Zakres: (0,075 – 14,98) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość tlenku magnezu Zakres: (0,050 – 14,92) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość dichlorku cynku Zakres: (0,0292 – 1,563) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość cyrkonu i jego związków - w przeliczeniu na Zr Zakres: (0,140 – 7,50) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość tytanu i jego związków – w przeliczeniu na Ti Zakres: (0,400 – 15,0) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość molibdenu i jego związków w przeliczeniu na Mo Zakres: (0,140 – 7,5) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość antymonu i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem stibanu- w przeliczeniu na Sb Zakres: (0,030 – 0,750) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość: - wolframu - wolframu związki nierozpuszczalne – w przeliczeniu na W Zakres: (0,140 – 7,50) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry	Zawartość srebra związki rozpuszczalne – w przeliczeniu na Ag Zakres: (0,00050 – 0,0150) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 4 z dnia 08.03.2024 r.
	Zawartość baru i jego związków rozpuszczalnych – w przeliczeniu na Ba Zakres: (0,0275 – 0,750) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość związków niklu, w przeliczeniu na Ni Zakres: (0,0006 – 0,400) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość niklu metalicznego Zakres: (0,0006 – 0,400) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Zawartość wodorku litu Zakres: (0,00030 – 0,015) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze**	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia frakcja wdychalna - asfalt naftowy - ditlenek tytanu - apatyty i fosforyty - cement portlandzki - grafit naturalny - grafit syntetyczny - kaolin - krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - pyły drewna - pyły mąki - pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - siarczan(VI) wapnia (gips) - sadza techniczna - sztuczne włókna mineralne, z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych - talk - węgiel (kamienny, brunatny) - węglan magnezu wapnia (dolomit) - węglik krzemu, niewłóknisty - węglik krzemu, włóknisty Zakres: (0,15 – 20,8) mg/m^3 Metoda grawimetryczna	PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia frakcja respirabilna - apatyty i fosforyty - cement portlandzki - grafit naturalny - krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - talk - węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,095 – 6,31) mg/m^3 Metoda grawimetryczna	PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna Zakres: (0,0056 – 0,88) mg/m^3 (0,005 – 0,6) mg w próbce Metoda spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4(74) s. 117-130
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry i na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość 2-fenoksyetanolu Zakres: (11 – 1680) mg/m^3 (0,2 – 4,2) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2003, nr 4(38), s. 65-70

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry i na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na filtry i na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na filtry i na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: Zakres: - antracen (0,00019 – 0,0038) mg/m^3 (0,000075 – 0,0015) mg w próbce - benzo(a)antracen (0,000015 – 0,0038) mg/m^3 (0,000006 – 0,0015) mg w próbce - chryzen (0,00019 – 0,0038) mg/m^3 (0,000075 – 0,0015) mg w próbce - benzo(b)fluoranten (0,000015 – 0,0038) mg/m^3 (0,000006 – 0,0015) mg w próbce - benzo(k)fluoranten (0,000015 – 0,0038) mg/m^3 (0,000006 – 0,0015) mg w próbce - benzo(a)piren (0,000015 – 0,0038) mg/m^3 (0,000006 – 0,0015) mg w próbce - dibenzo(a,h)antracen (0,000015 – 0,0038) mg/m^3 (0,000006 – 0,0015) mg w próbce - benzo(g,h,i) perylen (0,00019 – 0,0038) mg/m^3 (0,000075 – 0, 0015) mg w próbce - indeno(1,2,3, -c, d) piren (0,000015 – 0,0038) mg/m^3 (0,000006 – 0,0015) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	PN-Z-04240-5:2006 z wyłączeniem pkt. 1, 5.6, 5.7, 5.8 IB-76 wydanie nr 3 z dnia 15.07.2013 r.
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry i na rurki z sorbentem**	Wskaźnik narażenia jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA (z obliczeń)	
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry i na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość propano-1,2-diolu – pary i frakcja wdychalna Zakres: (5,0 – 200) mg/m^3 (0,90 – 36,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 173-188
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego**	Stężenie / zawartość chloru Zakres: (0,033 – 6,67) mg/m^3 (0,0005 – 0,05) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04037-03:1975
	Stężenie / zawartość akrylamidu Zakres: (0,0055 – 0,171) mg/m^3 (0,000650 – 0,0206) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04486:2017-10

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego**	Stężenie / zawartość kwasu chlorowego (VII) Zakres: (0,31 – 100) mg/m^3 (0,0125 – 1,25) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, nr 17, str. 88 - 91
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość tlenku azotu Zakres: (0,12 – 5,0) mg/m^3 (0,096 – 4,0) ppm (0,0010 – 0,045) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	OSHA Method 190
	Stężenie / zawartość ditlenku azotu Zakres: (0,021 – 14,0) mg/m^3 (0,011 – 7,31) ppm (0,00063 – 0,0420) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	OSHA Method 182
	Stężenie / zawartość siarkowodoru Zakres: (0,65 – 74,6) mg/m^3 (0,026 – 0,56) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	NIOSH 6013 Method, Issue 1, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość kwasu mrówkowego Zakres: (0,334 – 106) mg/m^3 (0,0080 – 0,320) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	IB-135 wydanie nr 1 z dnia 23.02.2022r.
	Stężenie / zawartość kwasu octowego Zakres: (1,88 – 383) mg/m^3 (0,75 – 153) ppm (0,045 – 1,15) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Stężenie / zawartość kwasu propionowego Zakres: (2,5 – 383) mg/m^3 (0,045 – 1,15) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Stężenie / zawartość cyjanowodoru w przeliczeniu na CN^- Zakres: (0,070 – 75) mg/m^3 (0,062 – 66,7) ppm (0,0050 – 0,150) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją amperometryczną (IC-AD)	NIOSH 6017 Method, Issue 1, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość trietyloaminy Zakres: (0,267 – 48) mg/m^3 (0,016 – 0,360) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	IB -136 wydanie nr 1 z dnia 18.05.2022 r.
	Stężenie / zawartość trimetyloaminy Zakres: (0,417 – 88,0) mg/m^3 (0,025 – 0,66) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Stężenie / zawartość dietyloaminy Zakres: (0,667 – 166) mg/m^3 (0,040 – 1,25) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość dimetyloaminy Zakres: (0,267 – 56,0) mg/m^3 (0,016 – 0,420) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	IB -136 wydanie nr 1 z dnia 18.05.2022 r.
	Stężenie / zawartość butyloaminy Zakres: (0,50 – 200) mg/m^3 (0,030 – 1,0) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Stężenie / zawartość izopropyloaminy Zakres: (0,417 – 100) mg/m^3 (0,025 – 0,750) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Stężenie / zawartość etyloaminy Zakres: (0,667 – 166) mg/m^3 (0,040 – 1,25) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Stężenie / zawartość metyloaminy Zakres: (0,50 – 96,0) mg/m^3 (0,030 – 0,720) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Stężenie / zawartość amoniaku Zakres: (1,11 – 700) mg/m^3 (0,080 – 2,1) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	NIOSH 6016 Method, Issue 1, 15 May 1996
	Stężenie/ zawartość jodu Zakres: (0,028 – 12,0) mg/m^3 (0,0050 – 0,180) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	NIOSH Method 6005, Issue 2, 15 August 1994
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość trimetylobenzenu - mieszaniny izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-) Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie/ zawartość octanu 2-metoksypropylu Zakres: (10,0 – 400) mg/m^3 (0,100 – 2,00) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 99
	Stężenie/ zawartość 2-cyjanoakrylanu etylu Zakres: (0,0417 – 33,3) mg/m^3 (0,001 – 0,050) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA Method 55

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie/ zawartość kwasu adypinowego – frakcja wdychalna Zakres: (0,139 – 253,0) mg/m^3 (0,100 – 7,6) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	IB-138 wydanie nr 01 z dnia 21.11.2022 r.
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na filtry** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość bromowodoru Zakres: (0,667 – 13,3) mg/m^3 (0,020 – 0,400) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	NIOSH 7907 Method, Issue 1, 20 May 2014
	Stężenie / zawartość amidosiarczanu (VI) amonu – frakcja wdychalna Zakres: (0,333 – 27,8) mg/m^3 (0,240 – 20,0) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	OSHA ID-188
	Stężenie / zawartość chlorku amonu – par i frakcji wdychalnej Zakres: (0,153 – 480) mg/m^3 (0,110 – 14,4) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Stężenie / zawartość bromianu (V) potasu – frakcja wdychalna Zakres: (0,0417 – 1,19) mg/m^3 (0,030 – 0,860) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	Narażenie zawodowe na czynniki rakotwórcze i mutagenne, CIOP 2019, s. 117-122
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość etylotoluenu (mieszanina izomerów) Zakres: (0,17 – 333,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	IB-24 wydanie nr 9 z dnia 29.01.2016 r.
	Stężenie / zawartość kumenu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość propan-2-olu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość butan-2-onu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH METHOD:2555, ISSUE 1, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość 4-metylopentan-2-onu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04372:2009
	Stężenie / zawartość octanu 2-butoksyetylu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość dichlorometanu Zakres: (1,7 – 868,0) mg/m^3 (0,48 - 246) ppm (0,010 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04325:2006
	Stężenie / zawartość 2-(2-butoksyetoksy)etanolu Zakres: (1,67 – 1667,0) mg/m^3 (0,05 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04399:2011
	Stężenie / zawartość fenylometanolu Zakres: (0,42 – 417,0) mg/m^3 (0,01 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method PV2009
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość glikolu etylenowego Zakres: (1,3 – 1667,0) mg/m^3 (0,05 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, nr 17, str. 55-59
	Stężenie / zawartość acetonitrylu Zakres: (0,06 – 1667,0) mg/m^3 (0,006 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04244-2:1996

Wersja: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość ftalanu bis(2-etyloheksylu) Zakres: (0,01 – 167,0) mg/m^3 (0,003 – 6,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04208-05:1989
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość cykloheksanonu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość winylotoluenu (mieszanina izomerów) Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04319:2001
	Stężenie / zawartość 1-metoksypropan-2-olu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość styrenu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość eteru dietylowego Zakres: (0,28 – 1667,0) mg/m^3 (0,002 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04158-02:1986
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość chloroformu Zakres: (0,17 – 167,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1003 Issue 3, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość octanu propylu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1450 Issue 3, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość etylobenzenu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość trichloroetenu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1022, Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość tetrachloroetenu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,025 – 242) ppm (0,006 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 1001
	Stężenie / zawartość tetrahydrofuranu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1609 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość fenolu Zakres: (0,13 – 1667,0) mg/m^3 (0,003 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 2546, Issue 1, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość terpentyny Zakres: (1 – 1667,0) mg/m^3 (0,01 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1551, Issue 2, 15 August 1994
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość 1-metylo-2-pirolidonu Zakres: (0,695-1666) mg/m^3 (0,17 – 404) ppm (0,050 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1302, Issue 1, 15 January 1998
	Stężenie / zawartość pentanu Zakres: (0,28 – 5333,0) mg/m^3 (0,005 – 8,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04318:2005
	Stężenie / zawartość heksanu Zakres: (0,17 – 167,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość heptanu Zakres: (0,33 – 3333,0) mg/m^3 (0,01 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04138-02:1984
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość cykloheksanolu Zakres: (0,17 – 167,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1402, Issue 2,15 August 1994

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość 2-furylometanolu Zakres: (0,17 – 3333,0) mg/m^3 (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04214-02:1990
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość octanu 2-metoksy-1-metyloetylu Zakres: (0,17 – 3333,0) mg/m^3 (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04119-10:2008
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość metylocykloheksanu Zakres: (0,17 – 6667,0) mg/m^3 (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 1(67), s.35-44
	Stężenie / zawartość cykloheksanu Zakres: (5,5 – 3333,0) mg/m^3 (0,1 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość octanu winylu Zakres: (0,17 – 467,0) mg/m^3 (0,005 – 1,4) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość propan-1-olu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04224-3:2003
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość chloroetenu (chlorku winylu) Zakres: (0,14 – 27,8) mg/m^3 (0,052 - 10,4) ppm (0,001 – 0,1) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1007 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość epoksyetanu Zakres: (0,05 – 50) mg/m^3 (0,027 – 27,3) ppm (0,0005 – 0,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04300:2002
	Stężenie / zawartość buta-1,3-dienu Zakres: (0,080 – 20,0) mg/m^3 (0,036 – 8,89) ppm (0,002 – 0,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1024 Issue 2, 15 August 1994

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość 1-chloro-2,3-epoksypropanu Zakres: (0,033 – 167,0) mg/m^3 (0,001 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1010 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość akrylonitrylu Zakres: (0,05 – 1667,0) mg/m^3 (0,023 - 755) ppm (0,001 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04556:2024-09
	Stężenie / zawartość 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu Zakres: (0,50 – 1000,0) mg/m^3 (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04368:2008
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość benzyny do lakierów Zakres: (1,67 – 3333,0) mg/m^3 (0,05 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-81/Z-04134/03
	Stężenie/ zawartość nafty Zakres: (2,5 – 3333,0) mg/m^3 (0,05 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1550 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość benzyny ekstrakcyjnej Zakres: (0,17 – 3333,0) mg/m^3 (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-81/Z-04134/02
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość benzenu Zakres: (0,017 – 16,7) mg/m^3 (0,0052 - 5,14) ppm (0,0005 – 0,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1501 Issue 3, 15 March 2003

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość związków organicznych: Zakres: - etanol (0,28 – 3333,0) mg/m^3 (0,005 – 10,0) mg w próbce - butan-1-ol (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce - 2-metylopropan-1-ol (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce - 2-etoksyetanol (0,17 – 100,0) mg/m^3 (0,045 – 26,7) ppm (0,005 – 3,0) mg w próbce - 2-butoksyetanol (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-89/Z-04023/02
	Stężenie / zawartość (2-metoksymetyloetoksy)-propanolu – mieszaniny izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol, 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy)propan-2-ol, 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-1-ol Zakres: (1,83 – 3333,0) mg/m^3 (0,055 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04346:2006
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość związków organicznych: Zakres: - toluen (0,17 – 3333,0) mg/m^3 (0,005 – 10,0) mg w próbce - ksylen - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4- (0,17 – 3333,0) mg/m^3 (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1501 Issue 3, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość związków organicznych: Zakres: - octan n-butylu (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce - octan 2-etoksyetylu (0,17 – 167,0) mg/m^3 (0,031 – 30,4) ppm (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1450 Issue 3, 15 March 2003

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość związków organicznych: Zakres: - octan etylu (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,046 – 455) ppm (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1457 Issue 1, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość związków organicznych: Zakres: - aceton (0,71 – 3333,0) mg/m^3 (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1300 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość eteru difenylowego Zakres: (0,23 – 333,0 mg/m^3 (0,032 – 47,0) ppm (0,007 – 1,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04247-2:1996
	Stężenie / zawartość naftalenu Zakres: (1 – 320) mg/m^3 (0,04 – 1,6) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04098-3:2005
	Stężenie / zawartość aniliny Zakres: (0,1 – 32) mg/m^3 (0,004 – 0,16) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH METHOD 2002, Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość metanolu Zakres: (2,0 – 2000) mg/m^3 (0,010 – 10) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2014, nr 3(81), s. 89-101
	Stężenie / zawartość n-oktanu Zakres: (10 – 3333) mg/m^3 (0,3 – 10) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1500
	Stężenie / zawartość chlorobenzenu Zakres: (1,67 – 1667) mg/m^3 (0,05 – 5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04537:2022-03

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość N,N-dimetyloformamidu Zakres: (0,5 – 1667) mg/m^3 (0,16 - 548) ppm (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 66
	Stężenie / zawartość dimetoksymetanu Zakres: (14 – 6667) mg/m^3 (0,1 – 10) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04289:2001
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość izoprenu Zakres: (0,17 – 1000) mg/m^3 (0,060 – 353) ppm (0,0050 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04271:2000
	Stężenie / zawartość cykloheksyloaminy Zakres: (0,80 – 1667) mg/m^3 (0,020 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, nr 17, s. 31-35
	Stężenie / zawartość akrylanu metylu Zakres: (0,83 – 200) mg/m^3 (0,010 – 0,60) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 92
	Stężenie / zawartość akrylanu etylu Zakres: (0,83 – 200) mg/m^3 (0,010 – 0,60) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 92
	Stężenie / zawartość akrylanu butylu Zakres: (0,83 – 200) mg/m^3 (0,010 – 0,60) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 92
	Stężenie / zawartość akrylanu 2-etyloheksylu Zakres: (1,67 – 400) mg/m^3 (0,020 – 1,2) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 92

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość metakrylanu metylu Zakres: (1,67 – 1000) mg/m^3 (0,020 – 3,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 94
	Stężenie / zawartość metakrylanu butylu Zakres: (1,67 – 1000) mg/m^3 (0,020 – 3,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 94
	Stężenie / zawartość octanu metylu Zakres: (0,5 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1458, Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość octanu izobutylu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04119-11:2008+Ap1:2011
	Stężenie / zawartość octanu izopropylu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m^3 (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04119-7:2006
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość heptan-2-onu Zakres: (2,8 – 1667) mg/m^3 (0,05 – 5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04344-3:2008
	Stężenie / zawartość 2- metylopropan-2-olu Zakres: (4,2 – 1667) mg/m^3 (0,05 – 5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04155-5:1996
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość 3a, 4, 7, 7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu (dicyklopentadienu) Zakres: (0,42 – 416) mg/m^3 (0,005 – 5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04393:2009
	Zawartość octanu izopentylu Zakres: (20 – 3333) mg/m^3 (0,200 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1450, Issue 3, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość butan-2-olu Zakres: (25 – 2000) mg/m^3 (0,250 – 6,00) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1405, Issue 1, 15 March 2003

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość formaldehydu Zakres: (0,0017 – 20) mg/m^3 (0,0001 – 0,1) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, nr 22, s. 96-100
	Stężenie / zawartość acetaldehydu Zakres: (0,03 – 62,5) mg/m^3 (0,0001 – 0,1) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	NIOSH METHOD 2018, Issue 2, 15 March 2003
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość glutaraldehydu Zakres: (0,0017 – 20) mg/m^3 (0,0001 – 0,1) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04290:2002
	Stężenie / zawartość akrylaldehydu Zakres: (0,0017 – 16) mg/m^3 (0,00073 - 6,9) ppm (0,0001 – 0,08) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04045-16:2010
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane do worków**	Stężenie / zawartość: Zakres: - propan (150 – 3600) mg/m^3 - butan (150 – 5950) mg/m^3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	IB-101 wydanie nr 2 z dnia 14.04.2021 r.
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie/ zawartość 2-aminoetanolu Zakres: (0,2 – 40) mg/m^3 (0,002 – 0,060) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA PV2111
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość: hydrochinonu Zakres: (0,050 – 16,6) mg/m^3 (0,001 – 0,050) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA PV2094

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem** **Środowisko ogólne** **– próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość 2,2'-iminodietanolu Zakres: (0,90 – 18,0) mg/m^3 (0,009 – 0,180) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA PV2018
	Stężenie / zawartość: Zakres: - etylenodiamina (1,8 – 286) mg/m^3 (0,018 – 0,43) mg w próbce - 2,2'-iminobis(etyloamina) (0,36 – 56,6) mg/m^3 (0,0036 – 0,085) mg w próbce - N,N'-bis(2 aminoetylo)etylenodiamina (0,0762 – 16,2) mg/m^3 (0,000762 – 0,0243) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA 60
Pomieszczenia – powietrze	Pobieranie próbek w celu oznaczania stężenia: - substancji organicznych - substancji nieorganicznych	PN-EN ISO 16000-1:2006 PN-EN ISO 16000-2:2008 IB-143 wydanie nr 1 z dnia 27.03.2025 r.
Pomieszczenia **– powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość - formaldehydu Zakres: (0,0167 – 3,33) mg/m^3 (0,0001 – 0,100) mg w próbce - acetaldehydu Zakres: (0,0167 – 3,33) mg/m^3 (0,0001 – 0,100) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	ISO 16000-3:2022 IB-81 wydanie nr 7 z dnia 15.03.2024 r.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi: **– powietrze** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia formaldehydu	IB-81 wydanie nr 7 z dnia 15.03.2024 r.
	Stężenie / zawartość formaldehydu Zakres: (0,2 – 200) µg/m^3 (0,1 – 100) µg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi: **– powietrze** **– próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia związków organicznych	IB-109 wydanie nr 4 z dnia 15.03.2024 r.
	Stężenie / zawartość: Zakres - benzen (1,0 – 4000) µg/m^3 (0,5 – 2000) µg w próbce - toluen (10,0 – 4000) µg/m^3 (5,0 – 2000) µg w próbce - ksylen (10,0 – 4000) µg/m^3 (5,0 – 2000) µg w próbce - etylobenzen (10,0 – 4000) µg/m^3 (5,0 – 2000) µg w próbce - octan etylu (10,0 – 4000) µg/m^3 (5,0 – 2000) µg w próbce - octan butylu (10,0 – 4000) µg/m^3 (5,0 – 2000) µg w próbce - cykloheksanon (4,0 – 4000) µg/m^3 (2,0 – 2000) µg w próbce - butan-1-ol (10,0 – 4000) µg/m^3 (5,0 – 2000) µg w próbce - styren (2,0 – 4000) µg/m^3 (1,0 – 2000) µg w próbce - glikol etylenowy (100,0 – 2300,0) µg/m^3 (50,0 – 1150) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Wody podziemne	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura wody i pobranej próbki wody Zakres: (1,0 – 60,0) ºC	PN-ISO 5667-11:2017-10 IB-34 wydanie nr 2 z dnia 23.03.2011 r.
Ścieki	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna i automatyczna Temperatura ścieków i pobranej próbki ścieków Zakres: (1,0 – 60,0) ºC	PN-ISO 5667-10:2021-11 IB-34 wydanie nr 2 z dnia 23.03.2011 r. IB-122 wydanie nr 1 z dnia 26.01.2018 r.
Woda do spożycia przez ludzi	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura wody i pobranej próbki wody Zakres: (1,0 – 60,0) ºC	PN-ISO 5667-5:2017-10 IB-34 wydanie nr 2 z dnia 23.03.2011 r.
	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 19458:2007
Wody opadowe i wody roztopowe	Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Metoda manualna	PN-ISO 5667-10:2021-11
Gleba	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN ISO 10381-4:2007
Woda, ścieki	Zawiesiny ogólne Zakres: (5,0 – 2000) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	pH Zakres: 2,0 – 11,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Stężenie chloru wolnego, chloru ogólnego Zakres: (0,05 – 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7393-2:2018-04
	Indeks oleju mineralnego Zakres: (0,15 – 30) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 9377-2:2003
Woda	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 – 3000) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,05 – 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7393-2:2018-04
Gleba	pH - w H_2O, pH - w KCl Zakres: 2,0 – 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10390:2022-09

Wersja strony: A

Zespół Pomiarów Środowiskowych i Pobierania Próbek ul. Powstańców Śląskich 8, 55-010 Święta Katarzyna		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Środowisko pracy – powietrze	Stężenie tlenku węgla Zakres: (2,3 – 187) mg/m^3 (2,0-161) ppm Metoda elektrochemiczna	IB-129 wydanie nr 2 z dnia 14.02.2024 r.
	Stężenie ditlenku węgla Zakres: (695 – 73290) mg/m^3 Metoda elektrochemiczna	
	Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	
Środowisko pracy – mikroklimat zimny	Temperatura powietrza Zakres: (-30 – 15) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (-20 – 15) °C Wilgotność powietrza Zakres: (10 – 95) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 11079:2008
	Wskaźnik t_{WC} Wskaźnik $IREQ_{min}$ Wskaźnik $IREQ_{neutral}$ (z obliczeń)	
Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany	Temperatura powietrza Zakres: (5 – 50) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (5 – 50) °C Wilgotność powietrza Zakres: (10 – 95) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04
	Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń)	
Środowisko pracy – mikroklimat gorący	Temperatura powietrza Zakres: (10 – 90) °C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (5 – 50) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 – 90) °C Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7243:2018-01 PN-EN ISO 7243:2018-01/Ap2:2020-04
	Wskaźnik $WBGT_{eff}$ (z obliczeń)	
Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach	Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	IB-62 wydanie nr 2 z dnia 03.04.2015 r.
	Równomierność oświetlenia (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,2 – 500) m/s^2 Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx}, a_{hwy}, a_{hwz}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx}, a_{hwy}, a_{hwz}) (z obliczeń)	
Środowisko pracy – drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,03 – 120) m/s^2 Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 14253+A1:2011
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1.4a_{wx}$, $1.4a_{wy}$, a_{wz}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1.4a_{wx}$, $1.4a_{wy}$, a_{wz}) (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (22,0 – 136,0) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (25,0 – 139,0) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 - punkty 10 i 11
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	
	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (55 - 138) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (55 - 143) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 strategia nr 3
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	
Środowisko pracy – hałas ultradźwiękowy	Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz Maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz Zakres: (49 – 161) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-Z-01339:2020-12
	Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz odniesione do: - 8 - godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	
Maszyny i urządzenia – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (24 – 136) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 3744:2011 z wyłączeniem pkt. 8.3 PN-EN ISO 3746:2011 z wyłączeniem pkt. 8.4 PN-EN ISO 3746:2011/Ap1:2017-09
	Poziom mocy akustycznej (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne **– hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych**	Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (22,0 – 136,0) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824) (Dz.U. 2011 nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń)	
Środowisko ogólne **– hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych**	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (24 – 136) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1706) z wyłączeniem punktu F
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń)	
Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej **– hałas**	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (24 – 136) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-87/B-02156
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń)	
Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej **– hałas pochodzący od urządzeń wyposażenia technicznego przenikający do pomieszczeń**	Równoważny poziom dźwięku A, C Maksymalny poziom dźwięku A, C Zakres: (24 – 136) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 10052:2007 PN-EN ISO 10052:2007/Ap1:2010 PN-EN ISO 10052:2021-12
	Wzorcowy równoważny poziom dźwięku A, C dla cyklu pracy (z obliczeń)	
	Wzorcowy maksymalny poziom dźwięku A, C dla cyklu pracy (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Pracownia Ogólnochemiczna Pracownia Chromatografii Gazowej ul. Powstańców Śląskich 8, 55-010 Święta Katarzyna		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Środowisko ogólne **- próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem**	Zawartość związków organicznych: Zakres: - fenol (0,005 – 8,0) mg w próbce - 2-furylometanolu (0,005 – 10,0) mg w próbce - ftalan dimetylu (0,005 – 6,0) mg w próbce - ftalan dietylu (0,005 – 7,0) mg w próbce - ftalan dibutylu (0,002 – 5,0) mg w próbce - ftalan bis(2-etyloheksylu) (0,003 – 6,0) mg w próbce - fenylometanol (0,01 – 10,0) mg w próbce - cykloheksyloamina (0,02 – 5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04008-4:1999
	Zawartość węglowodorów aromatycznych: Zakres: - trimetylobenzen (0,005 – 5,0) mg w próbce - etylotoluen (0,005 – 5,0) mg w próbce - winylotoluen (0,005 – 5,0) mg w próbce - benzen (0,001 – 5,0) mg w próbce - toluen (0,005 – 10,0) mg w próbce - kumen (0,005 – 5,0) mg w próbce - ksylen (0,005 – 10,0) mg w próbce - etylobenzen (0,005 – 5,0) mg w próbce - styren (0,005 – 5,0) mg w próbce - propylobenzen (0,005 – 15,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005
	Zawartość związków organicznych: Zakres: - aceton (0,005 – 10,0) mg w próbce - butan-2-on (0,005 – 5,0) mg w próbce - metyloizobutyloketon (0,005 – 5,0) mg w próbce - octan etylu (0,005 – 5,0) mg w próbce - octan butylu (0,005 – 5,0) mg w próbce - etanol (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne **- próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem**	Zawartość związków organicznych: Zakres: - butanol (0,005 – 5,0) mg w próbce - metylopropanol (0,005 – 5,0) mg w próbce - octan etoksyetylu (0,005 – 5,0) mg w próbce - octan metoksypropylu (octan 2-metoksy-1-metyloetylu) (0,005 – 10,0) mg w próbce - etoksyetanol (0,005 – 3,0) mg w próbce - butoksyetanol (0,005 – 5,0) mg w próbce - metoksypropanol (0,005 – 5,0) mg w próbce - epoksyetan (0,001 – 5,0) mg w próbce - dichlorometan (0,005 – 5,0) mg w próbce - trichloroetylen (0,005 – 5,0) mg w próbce - tetrachloroetylen (0,006 – 5,0) mg w próbce - cykloheksanol (0,005 – 5,0) mg w próbce - (benzyna ekstrakcyjna) węglowodory alifatyczne od C5 do C12 (0,005 – 10,0) mg w próbce - octan n-propylu (0,005 – 5,0) mg w próbce - izopropanol (0,005 – 5,5) mg w próbce - octan 2-butoksyetylu (0,005 – 5,0) mg w próbce - n-metylopirolidon (0,05 –5,0) mg w próbce - kwas octowy (0,01 – 5,0) mg w próbce - 1-chloro-2,3-epoksypropan (0,001 – 5,0) mg w próbce - alkohol diacetonowy (0,005 – 10,0) mg w próbce - cykloheksanon (0,005 – 5,0) mg w próbce - glikol etylenowy (0,05 – 5,0) mg w próbce - akrylonitryl (0,001 – 5,0) mg w próbce - tetrahydrofuran (0,005 – 5,0) mg w próbce - metanol (0,010 – 10) mg w próbce - metakrylan metylu (0,020 – 3,0) mg w próbce - metakrylan butylu (0,020 – 3,0) mg w próbce - terpentyna (węglowodory alifatyczne do C12) (0,01 – 5) mg w próbce - cykloheksan (0,1 – 10) mg w próbce - octan metylu (0,005 – 5) mg w próbce - octan winylu (0,005 – 1,4)mg w próbce - chlorobenzen (0,05 – 5) mg w próbce - dimetyloformamid (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem	Zawartość 1,1-dichloroetanu Zakres: (0,370 – 8,20) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005
	Zawartość 1,2-dichloroetanu Zakres: (0,00700 – 0,245) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Zawartość 2-metoksyetanolu Zakres: (0,00530 – 0,217) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Zawartość eteru tert-butyloetylowego Zakres: (0,0910 – 2,30) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Zawartość octanu 2-metoksypropylu (octanu metoksypropylu) Zakres: (0,100 – 2,00) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Zawartość butan-2-olu Zakres: (0,250 – 6,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Zawartość 1-etylo-2-pirolidonu Zakres: (0,020 – 1,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Zawartość eteru tert-butylometylowego Zakres: (0,050 – 2,7) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem	Zawartość trietyloaminy Zakres: (0,016 – 0,360) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	IB-136 wydanie nr 1 z dnia 18.05.2022 r.
	Zawartość trimetyloaminy Zakres: (0,025 – 0,66) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Zawartość dietyloaminy Zakres: (0,040 – 1,25) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Zawartość dimetyloaminy Zakres: (0,016 – 0,420) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Zawartość butyloaminy Zakres: (0,030 – 1,0) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem	Zawartość izopropyloaminy Zakres: (0,025 – 0,750) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	IB-136 wydanie nr 1 z dnia 18.05.2022 r.
	Zawartość etyloaminy Zakres: (0,040 – 1,25) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Zawartość metyloaminy Zakres: (0,030 – 0,720) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego	Zawartość cyjanowodoru Zakres: (0,001 – 0,15) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją amperometryczną (IC-AD)	IB 50 wydanie nr 6 z dnia 07.03.2022 r. PN-Z-04008-4:1999
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobranych na filtry	Zawartość chromu (VI) Zakres: (0,002 – 0,1) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04030-7:1994 IB-56 wydanie nr 1 z dnia 15.01.2010 r.
	Zawartość 4,4'-metylenobis(fenyloizocyjanianu) Zakres: (0,0003 – 0,015) mg w próbce Metoda chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	IB-103 wydanie nr 4 z dnia 15.03.2024 r.
	Zawartość diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu Zakres: (0,00006 – 0,0075) mg w próbce Metoda chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
	Zawartość diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu Zakres: (0,00006 – 0,0075) mg w próbce Metoda chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
	Zawartość diizocyjanianu heksano-1,6-diylu (sześciometylenodwuizocyjanianu) Zakres: (0,0003 – 0,015) mg w próbce Metoda chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
	Zawartość diizocyjanianu 2,2`-metylenodifenylu Zakres: (0,0003 – 0,015) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
	Zawartość diizocyjanianu 2,4`-metylenodifenylu Zakres: (0,0003 – 0,015) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
	Zawartość 1,5-diizocyjanianu naftalenu Zakres: (0,0002 – 0,006) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne **- próbki gazów odlotowych pobranych na filtry**	Zawartość izocyjanianu 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu Zakres: (0,0002 – 0,016) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	IB-103 wydanie nr 4 z dnia 15.03.2024 r.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne **- próbki gazów odlotowych pobranych na filtry**	Zawartość 4,4'-diizocyjanianu dicykloheksylometanu Zakres: (0,0002 – 0,008) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	IB-103 wydanie nr 4 z dnia 15.03.2024 r.
	Zawartość izocyjanianu cykloheksylu Zakres: (0,0002 – 0,016) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
Środowisko ogólne **– próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego**	Zawartość akrylamidu Zakres: (0,000650 – 0,0206) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04486:2017-10
Środowisko ogólne **– próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem**	Zawartość aniliny Zakres: (0,004 – 1,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH METHOD 2002, Issue 2, 15 August 1994
	Zawartość: Zakres: - acetaldehyd (0,0001 – 0,1) mg w próbce - glutaraldehyd (0,0001 – 0,1) mg w próbce - formaldehyd (0,0001 – 0,1) mg w próbce - akrylaldehyd (0,0001 – 0,08) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	IB-81 wydanie nr 7 z dnia 15.03.2024 r. PN-Z-04008-4:1999

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry	Zawartość kwasu siarkowego Zakres: (0,010 – 3,5) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	IB-49 Wyd. Nr 4 z dnia 12.04.2021 r.
Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem	Suma węglowodorów aromatycznych (z obliczeń)	PN-EN 13649:2005
	Suma węglowodorów alifatycznych (z obliczeń)	
	Zawartość 2-aminoetanolu Zakres: (0,002 – 0,060) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA PV2111
	Zawartość 2,2'-iminodietanolu (dietanoloaminy) Zakres: (0,009 – 0,180) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA PV2018
	Zawartość: - etylenodiamina (0,018 – 0,43) mg w próbce - 2,2'-iminobis(etyloamina) (dietylenotriamina) (0,0036 – 0,085) mg w próbce - N,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina (trietylenotetraamina) (0,000762 – 0,0243) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA 60
	Zawartość octanu izopentylu Zakres: (0,200 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005
	Zawartość kwasu akrylowego Zakres: (0,015 – 0,450) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04460:2014-09
	Zawartość: - formamidu Zakres: (0,015 – 0,450) mg w próbce - N-metyloformamidu Zakres: (0,0027 – 0,072) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	IB-141 wydanie nr 1 z dnia 06.02.2025 r.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 934

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

MARCIN BEKAS
dnia: 15.07.2025 r.