

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 166**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 8 z/of 11.07.2025

 AP 166	Nazwa i adres / Name and address ProEnergia Sp. z o.o. LABORATORIUM WZORCUJĄCE ProEnergia Al. Armii Krajowej 17 09-410 Płock
Działalność prowadzona / Activity conducted poza siedzibą (P) / outside of permanent location (P)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 7.14 wysokie napięcie i prąd

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 166 z dnia 26.01.2023 r.
Cykl akredytacji od 08.10.2024 r. do 23.10.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 166 of 26.01.2023
Accreditation cycle from 08.10.2024 to 23.10.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Wzorcujące ProEnergia ul. Al. Armii Krajowej 17, 09-410 Płock				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Wysokie napięcie i prąd				
Przekładniki prądowe - stosunek prądów elektrycznych przemiennych	50 Hz		P	Procedura wewnętrzna PP1 w oparciu o PN-EN 61869-2:2013-06 Metoda mostkowa
	0,5 A do 5000 A / 5 A 0,5 A do 5000 A / 1 A	0,03 % 1,6 min 0,03 % 1,6 min		
Przekładniki napięciowe - stosunek napięć elektrycznych przemiennych	50 Hz		P	Procedura wewnętrzna PP2 w oparciu o PN-EN 61869-3:2011 Metoda mostkowa
	0,44 kV do 110 kV / 0,10 kV 0,44 kV do 110 kV / 0,11 kV	0,03 % 1,6 min 0,03 % 1,6 min		
Przekładniki kombinowane - stosunek prądów elektrycznych przemiennych - stosunek napięć elektrycznych przemiennych	50 Hz		P	Procedura wewnętrzna PP3 w oparciu o PN-EN 61869-2:2013-06 oraz w oparciu o PN-EN 61869-3:2011 Metoda mostkowa
	0,5 A do 5000 A / 5 A	0,03 % 1,6 min		
	0,5 A do 5000 A / 1 A	0,03 % 1,6 min		
	50 Hz			
	0,44 kV do 110 kV / 0,10 kV	0,03 % 1,6 min		
	0,44 kV do 110 kV / 0,11 kV	0,03 % 1,6 min		


Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

Wartość niepewności pomiaru dla CMC wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 166

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 11.07.2025 r.