ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1187

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 17 z/of 05.05.2026

AB 1187	Nazwa i adres / Name and address **„HUTA POKÓJ" S.A.** **DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI I LABORATORIÓW** **ul. Piotra Niedurnego 56** **41-709 Ruda Śląska**

Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- C/8	- Badania chemiczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych / Chemical tests of construction products and materials
- J/8	- Badania mechaniczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych / Mechanical tests of construction products and materials

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1187 z dnia 04.05.2022 r.
Cykl akredytacji od 05.05.2026 r. do 31.05.2030 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1187 of 04.05.2022
Accreditation cycle from 05.05.2026 to 31.05.2030
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

<table>
<tr><td colspan="3">Dział Kontroli Jakości i Laboratoriów
Laboratorium Badań Chemicznych
ul. Piotra Niedurnego 56, 41-709 Ruda Śląska</td></tr>
<tr><th>Przedmiot badań/wyrób</th><th colspan="2">Rodzaj działalności/
badane cechy/metoda</th><th>Dokumenty odniesienia</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Stalowe wyroby i materiały konstrukcyjne</td><td colspan="2">Zawartość pierwiastków: C, Mn, Si, P, S, Cu, Cr, Ni, Mo, Nb, N, Al., W, Pb, B, Sn, Ti, V
Zakres:</td><td rowspan="3">QPL-DKJ-16
wydanie nr 8 z dnia 20.01.2023 r.</td></tr>
<tr><td>C
Mn
Si
P
S
Cu
Cr
Ni
Mo
Nb
N
Al
W
Pb
B
Sn
Ti
V</td><td>(0,011 – 1,65) %
(0,016 - 4,6) %
(0,009 - 2,8) %
(0,007 - 0,1) %
(0,002 - 0,07) %
(0,010 – 1,94) %
(0,008 - 20,7) %
(0,010 - 24,7) %
(0,002 – 3,5) %
(0,002 - 0,1) %
(0,003 - 0,25) %
(0,002 - 1,5) %
(0,048 – 5,55) %
(0,0015 - 0,25) %
(0,0008 - 0,008) %
(0,004 - 0,11) %
(0,002 - 0,2) %
(0,002 - 0,7) %</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem iskrowym</td></tr>
</table>

Wersja strony: A

Dział Kontroli Jakości i Laboratoriów **Laboratorium Badań Metali** ul. Piotra Niedurnego 56, 41-709 Ruda Śląska		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Wyroby i materiały konstrukcyjne **- blachy** **- taśmy** **- kształtowniki otwarte i zamknięte**	Praca łamania Zakres: KV_2, KU_2 Temperatura badania: • pokojowa (23 ± 5) °C • obniżona: do -40 °C Początkowa Energia młota: 450 J Próba udarności sposobem Charpy'ego	PN-EN ISO 148-1:2017-02
	Własności mechaniczne: • wyraźna granica plastyczności R_e • umowna granica plastyczności R_p • wytrzymałość na rozciąganie R_m • wydłużenie procentowe po zerwaniu A • przewężenie procentowe Z Zakres: siła F do 500 kN Próba rozciągania w temperaturze pokojowej	PN EN ISO 6892 1:2020-05 Metoda B
	Twardość HV Zakres: HV 10 Metoda – Vickersa	PN-EN ISO 6507-1:2024-04
	Podatność do odkształceń plastycznych Technologiczna próba zginania	PN-EN ISO 7438:2021-04

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr 1187

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

MARIA SZAFRAN
dnia: 05.05.2026 r.