ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1878

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 31.07.2025

AB 1878	Nazwa i adres / Name and address **Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.** **ul. A. Fleminga 2** **03-176 Warszawa**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- H/19	- Badania ogniowe - środki ochrony osobistej / Fire tests - personal protection equipment
- J/19	- Badania mechaniczne - środki ochrony osobistej / Mechanical tests - personal protection equipment
- N/19	- Badania właściwości fizycznych - środki ochrony osobistej / Tests of physical properties - personal protection equipment

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1878 z dnia 26.09.2023 r.
Cykl akredytacji od 26.09.2023 r. do 25.09.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1878 of 26.09.2023
Accreditation cycle from 26.09.2023 to 25.09.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Kontroli Wyrobów Medycznych i Środków Ochrony Indywidualnej ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Półmaski filtrujące	Odporność termiczna Zakres: (-30 ÷ 70) °C	PN-EN 149+A1:2010 pkt 8.3.2 PN-EN 13274-5:2004
	Wytrzymałość mechaniczna	PN-EN 149+A1:2010 pkt 8.3.3 PN-EN 143:2021-07 pkt 7.4.2
	Palność Metoda pojedynczego płomienia	PN-EN 149+A1:2010 pkt 8.6 PN-EN 13274-4:2021-03
	Penetracja chlorku sodu	PN-EN 149+A1:2010 pkt 8.11 PN-EN 13274-7:2019-07
	Penetracja oleju parafinowego	
Maski medyczne	Oddychalność Metoda różnicy ciśnień	PN-EN 14683+AC:2019-09 pkt 5.2.3

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1878

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

TADEUSZ MATRAS
dnia: 31.07.2025 r.