ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 126

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 14 z/of 17.06.2025

PCA Polskie Centrum Akredytacji >o< WZORCOWANIE AP 126	Nazwa i adres / Name and address **INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY** **CENTRALNE LABORATORIUM APARATURY POMIAROWEJ** **ul. Podleśna 61** **01-673 Warszawa**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 14.02 wilgotność względna 17.01 ciśnienie 19.01 temperatura (termometria elektryczna)

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 126 z dnia 28.06.2019 r.
Cykl akredytacji od 17.06.2025 r. do 13.07.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AP 126 of 28.06.2019
Accreditation cycle from 17.06.2025. to 13.07.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
Wilgotność względna				
Higrometry **Przetworniki**	w temp. 20 ˚C **10 %rh do 40 %rh** **40 %rh do 60 %rh** **60 %rh do 80 %rh** **80 %rh do 95 %rh**	 **1,5 %rh** **1,8 %rh** **2,2 %rh** **2,5 %rh**	**S**	**Procedura wewnętrzna P.W.-HCB-02/CLAP**
Ciśnienie				
Ciśnieniomierze elektroniczne **- ciśnienie absolutne (czynnik gaz)**	**600 hPa do 1100 hPa**	**0,17 hPa**	**S**	**Procedura wewnętrzna P.W.-PCB-1/CLAP w oparciu o Euramet/cg-17/v.4.1**
Temperatura (termometria elektryczna)				
Czujniki termometrów rezystancyjnych **Przetworniki temperatury** **Termometry elektryczne**	**-30 ºC do 50 ºC**	**0,05 ºC**	**S**	**Procedury wewnętrzne P.W.-TCB-2/CLAP P.W.-TCB-3/CLAP P.W.-TCB-4/CLAP**

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 126

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 17.06.2025 r.