ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 134

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 16 z/of 08.06.2026

AP 134	Nazwa i adres / Name and address **MERASERW JANOWICZ MACIEJ JANOWICZ** **ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19 A** **64-000 Kościan** **LABORATORIUM WZORCUJĄCE MERASERW JANOWICZ** **ul. Działkowa 22** **64-000 Kościan**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) i/lub poza nią (P) / at permanent location (S) and/or outside of permanent location (P)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 19.01 temperatura (termometria elektryczna) 20.01 objętość

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 134 z dnia 08.04.2026 r.
Cykl akredytacji od 08.06.2026 r. do 08.06.2030 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 134 of 08.04.2026
Accreditation cycle from 08.06.2026 to 08.06.2030
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Wzorcujące Meraserw Janowicz ul. Działkowa 22, 64-000 Kościan				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
Temperatura (termometria elektryczna)				
Komory termostatyczne	**-30 °C do 180 °C**	**0,4 °C**	**S, P**	**Procedura wewnętrzna MER-PT-02 w oparciu o EURAMET cg-20 v. 5.0 Metoda bezpośrednia**
Termostaty cieczowe	**-30 °C do 180 °C**	**0,3 °C**	**S, P**	**Procedura wewnętrzna MER-PT-02 Metoda bezpośrednia**
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne)	**-30 °C do 180 °C**	**0,06 °C**	**S**	**Procedura wewnętrzna MER-PT-03**
Objętość				
Pipety tłokowe Biurety tłokowe Dozowniki	**0,1 µl do 2,5 µl 2,5 µl do 20 µl 20 µl do 200 µl 200 µl do 1 000 µl 1 000 µl do 5 000 µl 5 000 µl do 10 000 µl 10 000 µl do 20 000 µl**	**0,018 µl 0,033 µl 0,29 µl 1,7 µl 8,7 µl 14 µl 33 µl**	**S**	**Procedura wewnętrzna MER-PT-01 w oparciu o PN-EN ISO 8655-6:2022 Metoda grawimetryczna**
Biurety tłokowe Dozowniki	**20 000 µl do 50 000 µl**	**30 µl**	**S**	**Procedura wewnętrzna MER-PT-01 w oparciu o PN-EN ISO 8655-6:2022 Metoda grawimetryczna**
Dozowniki	**50 000 µl do 100 000 µl**	**580 µl**	**S**	**Procedura wewnętrzna MER-PT-01 w oparciu o PN-EN ISO 8655-6:2022 Metoda grawimetryczna**

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 134

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 08.06.2026 r.