ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 077

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 24 z/of 23.09.2026

PCA Polskie Centrum Akredytacji >o< WZORCOWANIE AP 077	Nazwa i adres / Name and address **BALANS Sp. z o.o.** **ul. Jana Pawła II 23** **83-330 Żukowo**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) i/lub poza nią (P) / at permanent location (S) and/or outside of permanent location (P)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 15.01 masa (wagi)

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 077 z dnia 29.10.2021 r.
Cykl akredytacji od 18.09.2025 r. do 22.09.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AP 077 of 29.10.2021
Accreditation cycle from 18.09.2025 to 22.09.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Wzorcujące Balans Al. Zwycięstwa 96/98, budynek nr II, lokal C14 i C3, 81-451 Gdynia				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
Masa (wagi)				
Wagi nieautomatyczne elektroniczne	**do 200 g** **200 g do 35 kg** **35 kg do 3000 kg** **3000 kg do 100000 kg**	**$1{,}4 \cdot 10^{-4}$ %** **$3{,}1 \cdot 10^{-3}$ %** **$2{,}8 \cdot 10^{-2}$ %** **$4{,}1 \cdot 10^{-2}$ %**	**S, P**	**EURAMET cg-18 v.4.0**
	3000 kg do 100000 kg	**$7 \cdot 10^{-2}$ %**	**P**	**EURAMET cg-18 v.4.0** **Metoda przy użyciu materiału zastępczego**
Wagi automatyczne przenośnikowe	**do 60000 kg**	**0,33 %**	**P**	**Procedura wewnętrzna IW/5.4/02 w oparciu o OIML R-50-1:2014 (p. 7) OIML R50-2:2014 (p. 10)** **Zakres pomiarowy odnosi się do największej masy porcji materiału jednorazowo odważonej na wadze kontrolnej nieautomatycznej**

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %.

Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 077

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS
dnia: 23.09.2026 r.