ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 586

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 26 z/of 16.10.2026

AB 586	Nazwa i adres / Name and address **POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W JANOWIE LUBELSKIM** **ul . Wojska Polskiego 30** **23-300 Janów Lubelski**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
C/28, C/29	Badania chemiczne wody, wody do spożycia przez ludzi/ Chemical test of water, drinking water
K/3, K/22, K/28, K/29	Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, żywności, wody, wody do spożycia przez ludzi /Microbiological tests of biological items and materials for testing, food, water, drinking water
N/28, N/29	Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia przez ludzi/ Tests of physical properties water, drinking water
Q/29	Badania sensoryczne wody do spożycia przez ludzi/ Sensory tests of drinking water

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI

HANNA TUGI

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 586 z dnia 27.10.2022 r.
Cykl akredytacji od 11.02.2025 r. do 02.03.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 586 of 27.10..2022
Accreditation cycle from 11.02.2025 to 2.03.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Oddział Laboratoryjny Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody ul. Wojska Polskiego 30, 23-300 Janów Lubelski		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Woda **Woda do spożycia przez ludzi**	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222: 2004
	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 36°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222: 2004
	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 11731: 2017-08+Ap1:2019-12 Matryca A Procedura 5 (pożywka A); 7 (pożywka C – GVPC)
	Liczba Enterokoków jelitowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2: 2004
	Liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 +A1: 2017-04
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2: 2014-06
Woda na pływalniach	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich Metoda filtracji membranowej	Metodyka PZH ZHK: 2007
	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 11731: 2017-08+Ap1:2019-12 Matryca A Procedura 5 (pożywka A); 7 (pożywka C – GVPC)
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266: 2009
	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 36°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222: 2004
	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 +A1: 2017-04

Wersja strony: A

Oddział Laboratoryjny **Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych Wody** ul. Wojska Polskiego 30, 23-300 Janów Lubelski		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Woda do spożycia przez ludzi	Mętność Zakres: (0,15 − 20) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,05 − 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002
	Barwa Zakres: (2,5 − 100) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6
	Barwa Zakres: (2,5 − 30,0) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 − 3000) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie azotynów Zakres: (0,01 – 1,4) mg/dm^3 Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
	Stężenie żelaza Zakres: (20 − 2000) µg/dm^3 Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
	Stężenie manganu Zakres: (10-300) µg/dm^3 Metoda spektrofotometryczna	PB-07 wydanie 3 z dnia 04.05.2026 r.
	Stężenie glinu Zakres: (20-300) µg/dm^3 Metoda spektrofotometryczna	PB-15 wydanie 1 z dnia 10.04.2026 r.
	Liczba progowa zapachu (TON) Zakres: (1-2) Metoda parzysta, uproszczona, wyboru niewymuszonego	PN-EN 1622: 2006
	Liczba progowa smaku (TFN) Zakres: (1-2) Metoda parzysta, uproszczona, wyboru niewymuszonego	PN-EN 1622: 2006
	Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,03 – 1,6) mg/dm^3 Metoda kolorymetryczna	PB-14 wyd. 1 z dn. 19.04.2018 r.
Woda do spożycia przez ludzi **Woda (w tym woda na pływalniach)**	pH + ☑ Zakres: (4,0 – 10,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Indeks nadmanganianowy (Utlenialność) Zakres: (0,7 – 10,0) mg/dm^3 O_2 Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
	Stężenie azotanów Zakres: (5,0 – 100,0) mg/dm^3 Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576.08

Woda (w tym woda na pływalniach)	Mętność Zakres: (0,15 − 20) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	Stężenie chloru całkowitego ☑ Zakres: (0,03 – 1,6) mg/dm^3 Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,03 – 1,6) mg/dm^3 Metoda kolorymetryczna Stężenie chloru związanego Metoda z obliczeń	PB-14 wyd. 1 z dn. 19.04.2018 r.
	Potencjał utleniająco-redukujący ☑ (redoks) względem Ag/ACl 3,5 mol/l KCl Zakres: (220 – 800) mV Metoda potencjometryczna	PB-13 wyd. 1 z dn. 10.04.2018 r.

Wersja strony: A

+☑ Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium
☑ Badania wykonywane poza siedzibą laboratorium

Oddział Laboratoryjny Pracownia Badań Mikrobiologicznych Żywności ul. Wojska Polskiego 30, 23-300 Janów Lubelski		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie, mleko i przetwory mleczne, mięso, podroby i przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne i kulinarne, drób i produkty drobiarskie, ryby, owoce morza i ich przetwory, jaja i ich przetwory, koncentraty spożywcze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, owoce, warzywa, zioła i przyprawy, suplementy diety	Obecność pałeczek Salmonella spp. do 25 g lub 25 ml Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby garmażeryjne i kulinarne, mleko i przetwory mleczne, mięso, podroby i przetwory mięsne, drób i produkty drobiarskie, jaja i przetwory jajeczne, wyroby cukiernicze i ciastkarskie	Obecność Listeria monocytogenes do 25 g lub 25 ml Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 11290-1: 2017-07
Mleko i przetwory mleczne	Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa, posiew wgłębny	PN-ISO 4832: 2007
Mięso, podroby i przetwory mięsne, mleko i przetwory mleczne	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda płytkowa, posiew wgłębny	PN-EN ISO 6888-2:2022-03/ A1:2024-02
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy	PN-EN ISO 7932: 2005

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Mięso, podroby i przetwory mięsne, **mleko i przetwory mleczne,** **ziarno zbóż i przetwory zbożowe,** **warzywa,** **owoce**	Liczba β- glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa posiew wgłębny	PN-ISO 16649-2: 2004
Zioła i przyprawy, **mleko i przetwory mleczne,** **wyroby cukiernicze i ciastkarskie,** **mięso, podroby i przetwory mięsne,** **drób i produkty drobiarskie,** **ryby, owoce morza i ich przetwory** **wyroby garmażeryjne i kulinarne** **suplementy diety,** **warzywa,** **owoce**	Liczba Listeria monocytogenes Zakres: Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy	PN-EN ISO 11290-2: 2017
Mleko i przetwory mleczne, **środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ziarno zbóż i przetwory zbożowe**	Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa, posiew wgłębny	PN-EN ISO 21528-2: 2017-08

Wersja strony: A

Oddział Laboratoryjny Pracownia Diagnostyki Schorzeń Bakteryjnych ul. Wojska Polskiego 30, 23-300 Janów Lubelski		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Kał, wymaz z odbytu	Obecność pałeczek Salmonella i Shigella Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PB-02 wydanie 5 z dnia 18.09.2023 r.
Biologiczne wskaźniki skuteczności procesu sterylizacji	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Geobacillus stearothermophilus Metoda hodowlana	PB-12 wydanie 2 z dnia 18.09.2023 r. w oparciu o instrukcję producenta SporView

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 586

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI

HANNA TUGI
dnia: 16.10.2026 r.

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM