ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 484

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 53 z/of 01.10.2026

AB 484	Nazwa i adres / Name and address **ORLEN LABORATORIUM S.A.** **ul. Chemików 7** **09-411 Płock**

Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
C/10/P; C/28/P; C/29/P; C/30/P; C/46/P; C/48/P	Badania chemiczne i pobieranie próbek paliw ciekłych, paliw gazowych, wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków, materiałów smarnych, innych przetworów naftowych / Chemical tests and sampling of aliquid fuels, gas fuels, water, water for human consumption, sewage, lubricants, other petroluem products
C/33/P	Badania chemiczne i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful factors - air)
C/4; C/5; C/9; C/31; C/32; C/36; C/46; C/47; C/48	Badania chemiczne wyrobów chemicznych, materiałów budowlanych, powietrza, gleby, odpadów, gazów odlotowych, materiałów smarnych, ropy naftowej, innych przetworów naftowych / Chemical tests and sampling of chemical products, building materials, air, soil, waste, waste gases, lubricants, crude oil, other petroluem products
G/33	Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, pole elektromagnetyczne, mikroklimat, drgania, hałas w środowisku pracy) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – lighting, electromagnetic field, microclimate, vibration, noise in working envionment)
N/10/P; N/28/P; N/29/P; N/30/P; N/46/P; N/48/P	Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek paliw ciekłych, paliw gazowych, wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków, materiałów smarnych, innych przetworów naftowych / Tests of physical properties and sampling of liquid fuels, gas fuels, water, drinking water, sewage, lubricants, other petroluem products
N/33/P	Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Tests of physical properties and sampling - working environment (harmful factors - air)
N/4; N/5; N/31; N/32; N/46; N/47; N/48	Badania właściwości fizycznych wyrobów chemicznych, materiałów budowlanych, gleby, osadów, materiałów smarnych, ropy naftowej, innych przetworów naftowych / Tests of physical properties of chemical products, building materials, soil, sediments, lubricants, crude oil, other petroleum products
Q/10/P	Badania sensoryczne i pobieranie próbek paliw gazowych / Sensory tests and sampling of gas fuels
K/28/P; K/29/P	Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi / Microbiological tests and sampling of water, drinking water

Wersja strony / Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 484 z dnia 30.01.2020 r.
Cykl akredytacji od 08.04.2024 r. do 08.04.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 484 of 30.01.2020
Accreditation cycle from 08.04.2024 to 08.04.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Pracownia Wód, Ścieków i Produktów Petrochemicznych PP4 ul. Chemików 7, 09-411 Płock		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Woda, ścieki	Stężenie: węgla ogólnego (TC), ogólnego węgla organicznego (TOC) Zakres: (0,30 – 1000) mg/l Stężenie ogólnego węgla nieorganicznego (TIC) Zakres: (1,00 – 10,0) mg/l Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 1484:1999
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: 10,0 µS/cm – 100 mS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie siarczanów (VI) Zakres: (10 – 1000) mg/l Metoda wagowa	PN-ISO 9280:2002
	Indeks fenolowy Zakres: (0,010 – 10) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6439:1994
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT_5 Zakres: (2 – 6000) mg O_2/l Metoda optyczna	PN-EN ISO 5815-1 :2019-12
Woda	Stężenie chromu (VI) Zakres: (2 – 20) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 18412:2007
Ścieki	Stężenie fosforu Zakres: (0,01 – 50) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010
	Stężenie chlorków Zakres: (10 – 5 000) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,040 – 5,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie amoniaku (jonu amonowego) Z obliczeń	PN-ISO 7150-1:2002
	Zawiesiny ogólne Zakres: (1,0 – 2000) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	Stężenie azotu Kjeldahla Zakres: (1,0 – 100) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN 25663:2001
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) Zakres: (10,0 – 10000) mg O_2/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005
	pH Zakres: 2,0 – 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Stężenie azotu ogólnego (suma azotu Kjeldahla, azotu azotanowego i azotynowego) (z obliczeń)	Metoda nr 047 Wydanie 5 z dnia 19.11.2019
	Stężenie chromu +6 Zakres: (0,01 – 1,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04604-08:1977

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Ścieki	Stężenie azotu azotynowego Zakres: (0,010 – 10,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie azotynów (z obliczeń)	PN-EN 26777:1999
	Stężenie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym Zakres: (2,0 – 420) mg/l Metoda wagowa	Metoda nr 115 wydanie 4 z dnia 18.12.2020
	Sucha pozostałość, pozostałość po prażeniu oraz substancje rozpuszczone Zakres: (10 – 10000) mg/l Metoda wagowa Straty przy prażeniu (z obliczeń)	Metoda nr 124 wydanie 2 z dnia 03.06.2020 r.
	Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,010 – 30,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Metoda nr 125 wydanie 2 z dnia 16.07.2020 r.
	Stężenie siarczków Zakres: (0,10 – 1,50) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Metoda nr 179 wydanie 3 z dnia 13.12.2023 r.
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (1,0 – 20) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie amoniaku (jonu amonowego) (z obliczeń)	PN-ISO 5664:2002
Osady ściekowe	Zawartość substancji ekstrahujących się dichlorometanem Zakres: (0,10 – 20,0) %m/m Metoda wagowa	Metoda 106 Wydanie 3 z dnia 21.12.2020
	Sucha pozostałość Zakres: (0,8 – 48,0) % Metoda wagowa Zawartość wody (z obliczeń)	PN-EN 15934:2013-02 Metoda A
	Straty przy prażeniu suchej masy Zakres: (7,0 – 85,0)% Metoda wagowa Pozostałość po prażeniu suchej masy (z obliczeń)	PN-EN 15935:2022-01
Materiał budowlany: gips	Zawartość wilgoci Zakres: (5,0 – 13,0) % Metoda grawimetryczna	VGB-M 701 e:2008 p. 1.2
	Stopień czystości ($CaSO_4x2H_2O$) Zakres: (96,0 – 99,0) % Metoda grawimetryczna	VGB-M 701 e:2008 p. 2.1
	pH Zakres: 4,0 – 9,0 Metoda potencjometryczna	VGB-M 701 e:2008 p. 4
	Stopień białości Zakres: (35,0 – 78,0) % Ry Metoda spektrofotometryczna	VGB-M 701 e:2008 p. 5
	Rozmiar cząstek – analiza granulometryczna >32 µm Zakres: (48,0 – 86,0) % Metoda dyfrakcji laserowej	Metoda nr 184 wydanie 2 z dnia 13.12.2023
	Oznaczanie węglanów jako $CaCO_3$ Zakres: (0,15 – 1,15) % Metoda miareczkowa	VGB-M 701 e:2008 p. 8.12

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiał budowlany: gips	Zawartość chlorków Cl^- Zakres: (24 – 130) mg/kg Metoda miareczkowa	VGB-M 701 e:2008 p. 8.8.3
Paliwa gazowe: **gaz ziemny, gaz suchy, gazy wodorowe, gazy wysokociśnieniowe, gazy niskociśnieniowe**	Zawartość siarkowodoru Zakres: (0,0002 – 0,0650) %(v/v) Metoda miareczkowa Zakres: (0,0650 – 93) %(v/v) Metoda miareczkowa	Metoda 041 wydanie 6 z dnia 14.11.2024
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Liczba jodowa Zakres: (105 – 120) g jodu/100g FAME Metoda miareczkowa	PN-EN 14111:2022-11
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Liczba kwasowa Zakres: (0,10 – 1,00) mg KOH/g Metoda miareczkowa	PN-EN 14104:2021-06
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: bioetanol**	Sucha pozostałość Zakres: (5 – 25) mg/100ml Metoda wagowa	PN-EN 15691:2023-11
	Całkowita kwasowość Zakres: (0,003 – 0,013) %(m/m) Metoda miareczkowa	PN-EN 15491:2025-08
	Zawartość wody Zakres: (0,073 – 0,500) %(m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN 15489:2009
	Zawartość fosforu Zakres: (0,15 – 1,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 15487:2009
	Zawartość chlorków nieorganicznych Zakres: (1,0 – 20,0) mg/kg Metoda chromatografii jonowej z detektorem konduktometrycznym (IC-CD)	PN-EN 15492:2012

Wersja strony: A

Pracownia Paliw i Aromatów PP1 ul. Chemików 7, 09-411 Płock		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa** **Inne przetwory naftowe:** **destylaty naftowe**	Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (15,5 – 106,0) kPa Metoda mini Reid	PN-EN 13016-1:2024-11
	Skład frakcyjny Zakres: (30,0 – 360,0) ^{0}C Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05 z wyłączeniem pkt. 9
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, benzyna lotnicza**	Zawartość ołowiu Zakres: (2,5 – 6,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN 237:2007
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa** **Inne przetwory naftowe:** **frakcje i/lub produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 30°C - 250°C**	Liczba oktanowa LOB Zakres: (70 – 115) Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5164 :2014-08
	Liczba oktanowa LOM Zakres: (70 – 107) Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5163 :2014-08
	Stabilność oksydacyjna Zakres: (60 – 700) minut Metoda okresu indukcyjnego	PN-EN ISO 7536:2011
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa**	Zawartość manganu Zakres: (2,0 – 4,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN 16135 :2012
	Indeks lotności (z obliczeń)	PN-EN 228+A1:2017-06 p. 5.5.2
	Zawartość benzenu Zakres: (0,1 – 1,0) %(v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 238:2000+A1:2008
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa** **Inne przetwory naftowe:** **komponenty benzynowe**	Zawartość grup węglowodorów i związków tlenowych Zakres: całkowita zawartość węglowodorów aromatycznych: (10,0 – 50,0) %(v/v) całkowita zawartość olefin: (0,4 – 26,85) % (v/v) zawartość benzenu: (0,38 – 1,96) %(v/v) zawartość związków tlenowych: ETBE (0,61 – 14,8) %(v/v) MTBE (0,61 – 15,0) %(v/v) ETOH (0,61 – 16,0) %(v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość tlenu (z obliczeń)	PN-EN ISO 22854:2025-07 Procedura A

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych**	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (700,0 – 860,0) kg/m^3 Metoda areometryczna	ASTM D 1298-12b (2017)
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna bezołowiowa, benzyna lotnicza, paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Wyroby chemiczne:** **węglowodory aromatyczne, rozpuszczalniki** **Inne przetwory naftowe:** **frakcje i/lub produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 30°C - 300°C**	Gęstość w temperaturze 15°C i 20°C Zakres: (650,0 – 1100,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08 ASTM D 4052-22
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, benzyna lotnicza, paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Inne przetwory naftowe:** **frakcje i/lub produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 30°C - 300°C**	Zawartość żywic Zakres: (1 – 10) mg/100ml Metoda wagowa	PN-EN ISO 6246:2017-05 +A1:2020-03
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa** **Inne przetwory naftowe:** **frakcje naftowe o zakresie temperatur wrzenia 30˚C - 225˚C, komponenty benzynowe**	Skład szczegółowy dla węglowodorów do n-nonanu (C_9) Węglowodory niearomatyczne (0,05 – 24,00) %(m/m) Węglowodory aromatyczne (1,00 – 90,00) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	ASTM D 5134-21
Paliwa ciekłe: **olej napędowy** **Inne przetwory naftowe:** **destylaty naftowe**	Zawartość węglowodorów aromatycznych Zakres: jednopierścieniowe (MAH) (7,0 – 30) %(m/m) dwupierścieniowe (DAH) (1,0 – 9.7) %(m/m) trój- i wielopierścieniowe (T+ AH) (0,1 – 2,0) %(m/m) wielopierścieniowe (POLY-AH) (1,1 – 11,8) %(m/m) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID) Sumaryczna zawartość węglowodorów aromatycznych (z obliczeń)	PN-EN 12916:2024-08 Procedura A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, biopaliwa ciekłe:** **estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Liczba cetanowa Zakres: 50,0 – 60,0 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5165:2021-02
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki**	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: (0,05 – 10,0) %(v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 14078:2014-06
Paliwa ciekłe: **lekki olej opałowy,** **mieszanki lekkiego oleju opałowego z nieoznaczonym olejem mineralnym**	Zawartość barwnika Solvent Red 19 Zakres: (1,0 – 10,0) mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/VIS)	DIN 51430:2018-02
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna bezołowiowa, benzyna lotnicza, paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Inne przetwory naftowe:** **komponenty benzynowe, frakcje i/lub produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 30°C - 350°C**	Działanie korodujące na miedź Zakres: klasa korozji (1 – 4) Metoda wizualna	PN-EN ISO 2160:2004
	Działanie korodujące na miedź Zakres: klasa korozji (1a – 4c) Metoda wizualna	ASTM D 130-19
	Zawartość siarki Zakres: (20,0 – 500) mg/kg Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali	PN-EN ISO 20884:2020-03 +A1:2022-03
	Zawartość siarki Zakres: (0,0020 – 2,50) % (m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali	PN-EN ISO 14596:2009
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, paliwo do turbinowych silników lotniczych**	Zawartość grup węglowodorów Zakres: węglowodory aromatyczne (5,0 – 70,0) %(v/v) węglowodory olefinowe (1,0 – 55,0) %(v/v) Metoda chromatografii żelowej (FIA)	ASTM D 1319-20a PN-EN 15553+A1:2025-05
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna bezołowiowa, benzyna lotnicza, paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Inne przetwory naftowe:** **frakcje i/lub produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 30°C - 350°C**	Skład frakcyjny Zakres: (30,0 – 360,0) °C Metoda destylacyjna automatyczna	ASTM D 86-23a$^{\varepsilon 2}$
	Zawartość siarki Zakres: (3,0 – 500) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03
	Zawartość siarki Zakres: (1,0 – 1000) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	ASTM D 5453-24
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych**	Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,0050 – 0,300) %(m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii	ASTM D 4294-24

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych**	Największa wysokość niekopcącego płomienia Zakres: (17,0 – 30,0) mm Metoda optyczna Metoda wizualna	ASTM D 1322-25
	Kwasowość Zakres: (0,0001 – 0,100) mg KOH/g Metoda miareczkowa	ASTM D 3242-23
	Wartość opałowa (z obliczeń)	ASTM D 3338/D 3338M-20a
	Stabilność termooksydacyjna w temperaturze 260 °C Zakres: Osady na rurze 0 – 4 A, P Spadek ciśnienia (0,1 – 200) mmHg Metoda JFTOT	ASTM D 3241-24
	Właściwości separacyjne wody Zakres: 70 – 100 Metoda turbidymetryczna	ASTM D 3948-22
	Smarność Zakres: (0,40 – 0,85) mm Metoda BOCLE	ASTM D 5001-25
	Zawartość cząstek stałych przy użyciu przenośnego automatycznego licznika cząstek Zakres: dla cząstek o średnicy: ≥ 4 µm (216 – 45061) liczba cząstek ≥ 6 µm (74 – 22483) liczba cząstek ≥ 14 µm (9 – 4105) liczba cząstek ≥ 21 µm (2 – 1444) liczba cząstek ≥ 25 µm (1 – 776) liczba cząstek ≥ 30 µm (1 – 365) liczba cząstek Metoda optyczna	IP 565-13
	Zawartość wodoru (z obliczeń)	ASTM D 3343-22
	Zawartość dodatku przeciwoblodzeniowego Zakres: (0,01 – 0,25) %(v/v) Metoda refraktometryczna	ASTM D 5006-25
	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: (10,0 – 100,0) mg/kg Metoda spektrometrii w podczerwieni	ASTM D 7797-23
	Wygląd Metoda wizualna	NO-91-A258-1:2024 p. 2.1
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Inne przetwory naftowe:** **produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 15˚C - 370˚C**	Temperatura zapłonu Zakres: (4,0 – 70,0) °C Metoda zamkniętego tygla TAG	ASTM D 56-22
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych**	Przewodność właściwa Zakres: (1 – 800) pS/m Metoda konduktometryczna	ASTM D 2624-24
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Inne przetwory naftowe:** **produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 100°C - 350°C, destylaty naftowe**	Lepkość kinematyczna w temp. (-20) °C Zakres: (2,000 – 8,000) mm^2/s Metoda kapilarna	ASTM D 445-24

+Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **benzyna lotnicza, paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Inne przetwory naftowe:** **produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 15˚C - 350˚C**	Zawartość żywic Zakres: (1 – 10) mg/100ml Metoda wagowa	ASTM D 381-25
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych**	Reakcja paliwa z wodą i ocena powierzchni międzyfazowej Metoda wizualna	ASTM D 1094-24
	Temperatura krystalizacji Zakres: [(-75,0) – (-42,0)] ºC Metoda optyczna	ASTM D 5972-25
	Temperatura krystalizacji Zakres: [(-62,0) – (-42,0)] ºC Metoda wizualna	ASTM D 2386-19
	Zawartość siarki merkaptanowej Zakres: (0,0003 – 0,01) %(m/m) Metoda miareczkowania potencjometrycznego	ASTM D 3227-24
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych,** **paliwo do turbinowych silników lotniczych zawierające dodatki do paliw**	Właściwości separacyjne wody Zakres: 70 – 100 Metoda turbidymetryczna	ASTM D 7224-23
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych**	Zawartość węglowodorów aromatycznych Zakres: MAH (10,0 – 25,0) %(m/m) MAH (10,0 – 25,0) %(v/v) DAH (0,1 – 7,0) %(m/m) DAH (0,1 – 6,5) %(v/v) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID)	ASTM D 6379-21^{e1}
	Suma węglowodorów aromatycznych (z obliczeń)	
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Inne przetwory naftowe:** **produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 15˚C - 350˚C**	Barwa Zakres: (+10) – (+30) wg skali Saybolt Metoda wizualna	ASTM D 156-23
Paliwa ciekłe: **paliwo do turbinowych silników lotniczych**	Zawartość cząstek stałych Zakres: (0,0 – 10,0) mg/l Metoda wagowa	ASTM D 5452-23 PN-V-04031:2000
	Zawartość żywic obecnych Zakres: (1 – 10) mg/100ml Metoda wagowa	IP 540/08(2019)
	Zawartość węglowodorów naftalenowych Zakres: (0,08 – 2,0) %(v/v) Metoda spektrofotometryczna	ASTM D 1840-24
Inne przetwory naftowe: **produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 30°C - 380°C**	Liczba bromowa Zakres: (0,1 – 100) g/100 g próbki Metoda miareczkowania potencjometrycznego	ASTM D 1159-23

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Inne przetwory naftowe: produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 30˚C - 250˚C **Wyroby chemiczne: węglowodory aromatyczne**	Barwa wyciągu kwaśnego Zakres: 0 – 14 Metoda wizualna	ASTM D 848-23
	Barwa Zakres: 1 – 10 Metoda wizualna	ASTM D 1209-25
	Kwasowość Metoda wizualna	ASTM D 847-23
	Zawartość tiofenu Zakres: (0,14 – 2,61) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z pulsacyjną detekcją płomieniowo-fotometryczną (GC-PFPD)	ASTM D 4735-19
Inne przetwory naftowe: frakcje i/ lub produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 30˚C - 400°C **Wyroby chemiczne: węglowodory aromatyczne**	Zawartość chlorków Zakres: (0,3 – 10,0) mg/kg Metoda mikrokulometryczna	UOP 779-08
Wyroby chemiczne: węglowodory aromatyczne, frakcje węglowodorów aromatycznych **Inne przetwory naftowe: lekkie komponenty benzynowe**	Całkowita zawartość siarki Zakres: (0,10 – 10,0) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	ASTM D 7183-23
Wyroby chemiczne: węglowodory aromatyczne	Skład frakcyjny wraz z suchym punktem Zakres: (70,0 – 145,0) °C Metoda destylacyjna	ASTM D 850-21
	Zawartość chlorków Zakres: (1,0 – 25,0) mg/kg Metoda mikrokulometryczna	ASTM D 5808-23
	Temperatura krzepnięcia benzenu Zakres: (5,10 – 5,50) °C Metoda wizualna	ASTM D 852-24
	Zawartość azotu Zakres: (0,10 – 1,20) mg/kg Metoda chemiluminescencyjna	ASTM D 7184-24
	Indeks bromowy Zakres: (1,0 – 100,0) (mg Br/100g) Metoda miareczkowania kulometrycznego	ASTM D 1492-21

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Wyroby chemiczne: jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne	Zawartość śladowych zanieczyszczeń w jednopierścieniowych węglowodorach aromatycznych Całkowita zawartość zanieczyszczeń alifatycznych (C4 – C10) i poszczególnych jednopierścieniowych aromatycznych (C6 – C10) Zakres: (0,0006 – 2,5) %(m/m) Czystość jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - benzenu - toluenu - paraksylenu Zakres: 97,60 – 99,99 %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	ASTM D 7504-23
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość alkoholu metylowego Zakres: (0,01– 0,5) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z analizą warstwy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID)	PN-EN 14110:2019-05

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: bioetanol**	Zawartość miedzi Zakres: (0,07 – 0,20) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN 15488:2009
	Moc Zakres: (80,0 – 100,0) %(v/v) Metoda oscylacyjna	PN-A-79528-3:2007 p. 5.2
	Wygląd Metoda wizualna	PN-EN 15769:2010
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: bioetanol, metanol**	Gęstość w temperaturze 20°C Zakres: (0,780 – 0,870) g/cm^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, biopaliwa ciekłe: FAME**	Pochodna liczby cetanowej Zakres: 50,0 – 60,0 Metoda z komorą spalania	PN-EN 16715:2015-09
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: bioetanol, benzyna silnikowa z bioetanolem**	Zawartość siarki Zakres: (5,0 – 20,0)mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN 15486:2009
Paliwa ciekłe: **lekki olej opałowy**	Zawartość butoksybenzenu (eteru n-butylofenylowego (BPE)) Zakres: (0,05 – 20,00) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)	ILIADe 606:2024 Procedura B
Ropa naftowa	Zawartość chlorków organicznych we frakcji wrzącej do 204°C Zakres: (1 –50) mg/kg Metoda miareczkowania mikrokulometrycznego Zawartość chlorków organicznych (z obliczeń)	ASTM D 4929-22 metoda B
Woda, ścieki	Stężenie rtęci Zakres: (0,010 – 10,0) µg/l Metoda fluorescencyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAFS)	PN-EN ISO 17852:2009

Wersja strony: A

Pracownia Przerobu Ropy PP2 ul. Chemików 7, 09-411 Płock		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki** **Ropa naftowa**	Skład frakcyjny Zakres: (50 – 380) °C Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05 z wyłączeniem pkt 9 ASTM D 86-23a$^{\varepsilon 2}$
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME**	Skład frakcyjny Zakres: (50 – 380) °C Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05 z wyłączeniem pkt 9
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME**	Indeks cetanowy (z obliczeń)	PN-EN ISO 4264:2018-08
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)** **Inne przetwory naftowe:** **olej popirolityczny** **Ropa naftowa**	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (630 – 1100) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)** **Inne przetwory naftowe:** **pozostałość próżniowa (gudron), frakcje i/lub produkty naftowe o temperaturze wrzenia 15°C - 500°C** **Ropa naftowa**	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (646 – 1050) kg/m^3 Metoda areometryczna	PN-EN ISO 3675:2004
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME** **Inne przetwory naftowe:** **frakcje i/lub produkty naftowe o temperaturze wrzenia 20°C - 550°C, asfalty drogowe, asfalty przemysłowe i wyroby asfaltowe**	Temperatura zapłonu Zakres: (40 – 220) °C Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki, paliwo żeglugowe** **Inne przetwory naftowe:** **pozostałość próżniowa (gudron)** **Ropa naftowa**	Zawartość siarki Zakres: (0,03 – 5,00) %(m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii	PN-EN ISO 8754:2007+Ap1:2014-02

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki**	Zawartość barwnika Solvent Red 164 Zakres: (1,0 – 15,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04426:2013-07 Metoda B
	Zawartość barwnika Solvent Red 19 Zakres: (1,0 – 15,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04426:2013-07 Metoda A
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, biopaliwa ciekłe:** **olej napędowy z FAME**	Stabilność oksydacyjna Zakres: (3 – 100) g/m^3 Metoda wagowa	PN- EN ISO 12205:2011
	Smarność Zakres: (180 – 650) µm Metoda HFRR	PN-EN ISO 12156-1:2024-02
Inne przetwory naftowe: **asfalty drogowe, asfalty przemysłowe i wyroby asfaltowe**	Penetracja Zakres: (20 – 330) * 0,1 mm Metoda penetracji igłą	PN-EN 1426:2025-02
	Temperatura mięknienia Zakres: (30 – 110) °C Metoda Pierścień i Kula	PN-EN 1427:2015-08
	Temperatura łamliwości w ujemnych temperaturach Zakres: [0 – (-30)] °C Metoda Fraassa	PN-EN 12593:2015-08
	Zawartość parafiny Zakres: (1,0 – 3,5) %(m/m) Metoda destylacyjna	PN-EN 12606-1:2015-08
	Rozpuszczalność Zakres: do 100,00 %(m/m) Metoda wagowa	PN-EN 12592:2014-12
	Odporność na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza Zakres: procentowa zmiana masy [(-0,20) – (+0,20)] %(m/m) Procent pozostałej penetracji w temperaturze 25 °C (z obliczeń) Zmiana temperatury mięknienia pierścień i kula (w °C) (z obliczeń) Metoda RTFOT	PN-EN 12607-1:2025-02
	Odporność na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza Zakres: procentowa zmiana masy [(-1,5) – (+2,0)] %(m/m) Metoda TFOT	PN-EN 12607-2:2014-12
	Zawartość wody Zakres: (0 – 25,0) %(v/v) %(V/m) Metoda destylacyjna	ASTM D 95-23$^{\varepsilon 1}$
	Lepkość dynamiczna w temp. 60 °C Zakres: (50 – 8000) Pa˙s Metoda kapilarna	PN-EN 12596:2024-01

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Inne przetwory naftowe: asfalty drogowe, asfalty przemysłowe i wyroby asfaltowe	Stabilność podczas magazynowania (z obliczeń)	PN-EN 13399:2017-12
	Ubytek masy po ogrzaniu Zakres: (0,02 – 0,5) % Metoda wagowa	PN-EN 13303:2017-10
	Nawrót sprężysty Zakres: (15 – 98) % Metoda duktylometryczna	PN-EN 13398:2017-12
	Gęstość i gęstość względna Zakres: (940 – 1030) kg/m^3 Metoda piknometryczna	PN-EN 15326+A1:2010
	Lepkość kinematyczna w temp. 135°C Zakres: (20 – 2000) mm^2/s Metoda kapilarna	PN-EN 12595:2024-01
	Siła rozciągania Zakres: (1,0 – 10,0) J/cm^2 Metoda duktylometryczna Energia odkształcenia (z obliczeń)	PN-EN 13589:2018-08
Ropa naftowa	Zawartość wody Zakres: (0 – 1,0) %(v/v) Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 9029:2005 ASTM D 4006-22
	Gęstość Zakres: (750,0 – 950,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	ASTM D 5002-22
	Zawartość wody Zakres: (0,02 – 2,00) %(m/m) Metoda miareczkowania potencjometrycznego	ASTM D 4377-00 (2011)
	Zawartość wody Zakres: (0,02 – 5,00) % (m/m lub V/V) Metoda miareczkowania kulometrycznego	ASTM D 4928-12(2018)
	Skład frakcyjny Zakres: (30 – 300)°C Metoda destylacyjna	GOST 2177-99 metoda B
	Skład frakcyjny Zakres: [(-1) – (+400)] °C Metoda destylacyjna	ASTM D 2892-25
Ropa naftowa – pozostałość po destylacji wg ASTM D 2892	Skład frakcyjny Zakres: (380 – 565) °C Metoda destylacyjna	ASTM D 5236-25
Paliwa ciekłe olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki **Inne przetwory naftowe: olej popirolityczny** **Ropa naftowa**	Temperatura płynięcia Zakres: [10 – (-50)] °C Metoda optyczna	PN-EN ISO 3016:2019-06 ASTM D 97-17b(2022)

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki** **Inne przetwory naftowe:** **olej popirolityczny, pozostałość próżniowa (gudron)** **Ropa naftowa**	Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C, 40 °C, 50 °C, 80 °C i 100 °C Zakres: (1,000 – 150,0) mm^2/s Metoda kapilarna	PN-EN ISO 3104:2024-01 ASTM D 445-24
Paliwa ciekłe: **olej napędowy** **Inne przetwory naftowe:** **pozostałość próżniowa (gudron), frakcje i/lub produkty naftowe o temperaturze wrzenia 20°C - 550°C** **Ropa naftowa**	Pozostałość po koksowaniu Zakres: (0,01 – 24) %(m/m) Metoda wagowa	PN-ISO 6615:2012
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki** **Inne przetwory naftowe:** **pozostałość próżniowa (gudron)** **Ropa naftowa**	Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,0150 – 2,00) %(m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii	ASTM D 4294-24
Paliwa ciekłe: **olej opałowy ciężki** **Inne przetwory naftowe:** **olej popirolityczny** **Ropa naftowa**	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (0,01 – 0,40) %(m/m) Metoda wagowa	PN-EN ISO 3735:2001 ASTM D 473-22
Paliwa ciekłe: **olej opałowy ciężki** **Inne przetwory naftowe:** **olej popirolityczny, pozostałość próżniowa (gudron), frakcje i/lub produkty naftowe o temperaturze wrzenia 80°C - 550°C, asfalty drogowe, asfalty przemysłowe i wyroby asfaltowe**	Temperatura zapłonu Zakres: (90 – 380) ºC Metoda otwartego tygla Clevelanda	PN-EN ISO 2592:2017-10
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), olej żeglugowy**	Zawartość siarki Zakres: (3,0 – 500) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)** **Inne przetwory naftowe:** **pozostałość próżniowa (gudron), frakcje i/lub produkty naftowe o temperaturze wrzenia 20°C - 550°C** **Ropa naftowa**	Pozostałość po koksowaniu Zakres: (0,01 – 24,00) %(m/m) Metoda wagowa	PN-EN ISO 10370:2014-12
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME** **Inne przetwory naftowe:** **olej popirolityczny, pozostałość próżniowa (gudron)** **Ropa naftowa**	Pozostałość po spopieleniu Zakres: (0,001 – 0,180) %(m/m) Metoda wagowa	PN-EN ISO 6245:2008
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość wody Zakres: (30 – 1000) mg/kg (0,003 – 0,100) %(m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
	Temperatura mętnienia Zakres: [10 – (- 41)] ºC Metoda wizualna	PN-EN ISO 3015:2019-06
	Działanie korodujące na miedź Zakres: 1a – 4c (skala) Metoda wizualna	PN-EN ISO 2160:2004
	Temperatura zablokowania zimnego filtru Zakres: [5 – (- 45)] ºC Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME**	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (12,0 – 26,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-1:2024-11
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (5,0 – 27,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-2:2024-11
Paliwa ciekłe: **olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki** **Inne przetwory naftowe:** **pozostałość próżniowa (gudron)**	Ciepło spalania Zakres: (26 500 – 46 300) kJ/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa (z obliczeń)	PN-C-04062:2018-05
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME** **Inne przetwory naftowe:** **pozostałość próżniowa (gudron)**	Gęstość Zakres: (600 – 1100) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	ASTM D 4052-22

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki** **Inne przetwory naftowe:** **pozostałość próżniowa (gudron)**	Zawartość węgla Zakres: (78 – 88) %(m/m) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	ASTM D 5291-21 Metoda D
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki**	Korozja na trzpieniu stalowym Metoda wizualna	ASTM D 665-24 PN-ISO 7120:2011
Paliwa ciekłe: **olej opałowy ciężki** **Inne przetwory naftowe:** **olej popirolityczny, pozostałość próżniowa (gudron), frakcje i/lub produkty naftowe o temperaturze wrzenia 20°C - 550°C, asfalty drogowe, asfalty przemysłowe i wyroby asfaltowe**	Zawartość wody Zakres: (0 – 25) %(v/v) Metoda destylacyjna	PN-ISO 3733:2008
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Lepkość kinematyczna w temp. 40 ºC Zakres: (1,000 – 150,0) mm²/s Metoda kapilarna	PN-EN ISO 3104:2024-01
	Stabilność oksydacyjna Zakres: (0,1 – 25,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 15751:2014-05
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość popiołu siarczanowego Zakres: (0,005 – 0,25) %(m/m) Metoda wagowa	PN-ISO 3987:2014-05
	Stabilność oksydacyjna Zakres: (0,1 – 14,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 14112:2021-05
	Skłonność do blokowania filtra po wychładzaniu Zakres: (50 – 720) s Metoda CSFT	ASTM D 7501-22
	Zawartość metali grupy I Zakres: Na (1 – 10) mg/kg K (1 – 10) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Suma (Na i K) mg/kg (z obliczeń)	PN-EN 14538:2008
	Zawartość metali grupy II Zakres: Ca (1 – 10) mg/kg Mg (1,2 – 10) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Suma (Ca i Mg) mg/kg (z obliczeń)	PN-EN 14538:2008
	Zawartość fosforu Zakres: (4 – 20) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN 14107:2004

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy**	Zawartość manganu Zakres: (0,5 – 7,0) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN 16576:2014-12+Ap1:2017-11
	Stabilność oksydacyjna Zakres: (5,0 – 50,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 15751:2014-05
Paliwa ciekłe: **olej napędowy** **Inne przetwory naftowe:** **olej popirolityczny, pozostałość próżniowa (gudron), frakcje i/lub produkty naftowe o temperaturze wrzenia 50°C - 570°C**	Zawartość wody Zakres: (0,003 – 0,100) %(m/m) Metoda miareczkowania potencjometrycznego	PN-ISO 6296:2011
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy ciężki** **Inne przetwory naftowe:** **olej popirolityczny, pozostałość próżniowa (gudron), frakcje i/lub produkty naftowe o temperaturze wrzenia 20°C - 550°C**	Zawartość siarkowodoru Zakres: (0,10 – 48,0) mg/kg Metoda elektrochemiczna	IP 570/15(2021)
Paliwa ciekłe: **olej opałowy ciężki** **Inne przetwory naftowe:** **pozostałości próżniowe**	Zawartość całkowitego osadu Zakres: (0,01 – 0,50) %(m/m) Metoda wagowa	PN-ISO 10307-1:2010 ASTM D 4870-22
Paliwa ciekłe: **benzyna, olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki** **Inne przetwory naftowe:** **pozostałość próżniowa (gudron)** **Materiały smarne:** **oleje bazowe smarowe**	Odczyn wyciągu wodnego Zakres: zasadowy – kwaśny (wartość pH 2,7 –12,4) Metoda elektrochemiczna	PN-C-96060:2019-03 Procedura A
Materiały smarne: **oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe**	Wskaźnik lepkości na podstawie lepkości kinematycznej w 40 °C i w 100 °C Zakres: (85 – 100) dla olejów smarowych bazowych (60 – 150) dla olejów smarowych uszlachetnionych (z obliczeń)	PN-ISO 2909:2009+Ap1:2010
	Barwa Zakres: 0,5 – 8,0 Metoda wizualna	ASTM D 1500-24
	Temperatura zapłonu Zakres: (110 – 280) °C Metoda otwartego tygla Cleveland'a	PN-EN ISO 2592:2017-10
	Lepkość kinematyczna w 40°C i 100°C Zakres: (2,600 – 200,0) mm^2/s Metoda kapilarna	PN-EN ISO 3104:2024-01
	Temperatura płynięcia Zakres: [(+6) – (-30)] °C Metoda optyczna i wizualna	PN-EN ISO 3016:2019-06

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały smarne: **oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe**	Liczba kwasowa Zakres: (0,1 – 5,0) mg KOH/g Metoda miareczkowa	PN-ISO 6618:2011
	Pozostałość po spopieleniu Zakres: (0,001 – 0,005) %(m/m) Metoda wagowa	PN-EN ISO 6245:2008
Materiały smarne: **przemysłowe oleje smarowe** **Paliwa ciekłe:** **olej opałowy ciężki**	Zawartość wody Zakres: (0,05 – 5,00) %(v/m) Metoda destylacyjna	ASTM D 95-23$^{\varepsilon 1}$
Inne przetwory naftowe: **gacz parafinowy**	Zawartość oleju Zakres: (0,20 – 15,00) %(m/m) Metoda wagowa	ASTM D 721-25
	Temperatura krzepnięcia Zakres: (45 – 65) °C Metoda wizualna	PN-ISO 2207:2011
Ścieki	Stężenie metali Zakres: Cr, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Fe, V (0,010 – 100) mg/l Co, Ag, Ba, B, Al (0,010 – 50,0) mg/l Na, K, Ca, Mg (1,00 – 1000) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie metali Zakres: As, Sb (0,010 – 20,0) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009
Woda, ścieki oczyszczone	Stężenie metali Zakres: Cr, Cd, Cu, Ni, Mn, V (0,010 – 2,00) mg/l Mg, K, Na, Ca (1,00 – 1000) mg/l Zn, Pb, Fe (0,010 – 100) mg/l Ba, Al., Ag (0,010 – 50,0) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie metali Zakres: As (0,010 – 2,00) mg/l Se, Sb (0.010 – 20,0) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009
Woda, ścieki	Stężenie pierwiastków As, Cr, Cd, Pb Zakres: (0,00010 – 0,050) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej z detekcją spektrometrią mas (ICP-MS)	PN-EN ISO 17294-2:2024-04

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały budowlane: gips	Zawartość Na_2O, K_2O Zakres: Na_2O (0,010 – 0,500) %(m/m) K_2O (0,010 – 0,500) %(m/m) Zawartość rozpuszczonego MgO Zakres: MgO (0,001 – 0,100) %(m/m) Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	VGB-M 701-e/2008 p. 8.7

Wersja strony: A

Pracownia Środowiska Pracy PP8 ul. Chemików 7, 09-411 Płock		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Środowisko pracy − powietrze	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - czynniki pyłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - metale i ich związki, w tym - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje organiczne, w tym - frakcja wdychalna - substancje nieorganiczne, w tym - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - frakcja torakalna Metoda dozymetrii indywidualnej	PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - substancje organiczne, - substancje nieorganiczne, w tym - frakcja wdychalna Metoda stacjonarna	
	Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	
	Stężenie/zawartość glikolu etylenowego Zakres: (0,83 – 333,3)mg/m^3 (0,025 – 1,00) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-88/Z-04203.02
	Stężenie/zawartość buta-1,3-dienu Zakres: (0,22 – 4,44) mg/m^3 (0,00098 – 0,02) mg w próbce (0,10 – 1,98) ppm Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04438:2021-07
	Stężenie/zawartość NN-dimetyloformamidu Zakres: (1,00 – 333,3) mg/m^3 (0,03 – 1,00) mg w próbce (0,33 – 109,9) ppm Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-89/Z-04209.02
	Stężenie/zawartość epoksyetanu Zakres: (0,07 – 2,13) mg/m^3 (0,002 – 0,048) mg w próbce (0,04 – 1,17) ppm Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04300:2002

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy − powietrze	Stężenie/zawartość benzyny ekstrakcyjnej Zakres: (2,08 – 1041,7) mg/m^3 (0,15 – 7,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-81/Z-04134.02
	Stężenie/zawartość fenolu Zakres: (0,50 – 35,00) mg/m^3 (0,002 – 0,070) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04044:1970
	Stężenie tlenku węgla Zakres: (2,3 – 232,4) mg/m^3 (2,0 – 200,0) ppm Metoda elektrochemiczna	Metoda nr 213 wydanie 1 z dnia 08.09.2025
	Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	
	Stężenie/zawartość metanolu Zakres: (0,05 – 1,0) mg w próbce (10,0 – 666,7) mg/m^3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2014, nr 3(81) s 89 – 101
	Stężenie/zawartość propan-2-ol Zakres: (11,11 – 2400) mg/m^3 (0,10 – 16,25) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2020, nr 1(103) s 159 – 169
	Stężenie/zawartość olejów mineralnych wysokorafinowanych, z wyłączeniem cieczy obróbkowych Zakres: (0,14 – 10,00) mg/m^3 (0,100 – 7,200) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04108-06:2006+Az1:2009

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy − powietrze	Stężenie substancji organicznych Zakres: butan (190 – 6080) mg/m^3 propan (144 – 4608) mg/m^3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Metoda nr 045 wydanie 3 z dnia 19.02.2026
	Stężenie/zawartość butanu Zakres: (0,4 – 14,5) mg w próbce (133,3 – 9333) mg/m^3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04252-1:2012
	Stężenie/zawartość propanu Zakres: (0,5 – 12,5) mg w próbce (166,7 – 4166) mg/m^3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04252-2:2012
	Stężenie propenu Zakres: (200 – 18000) mg/m^3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04381:2010

Wersja strony: B

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy − powietrze	Stężenie/zawartość substancji organicznych Zakres: Aceton (0,1 – 10) mg w próbce (3,33 – 3333,3) mg/m^3 Butan-2-on (0,036 – 9,0) mg w próbce (3,00 – 1800,0) mg/m^3 Butan (0,78 – 3888,9) mg/m^3 (0,056 – 7,000) mg w próbce Etylobenzen (0,016 – 4,0) mg w próbce (1,33 – 800) mg/m^3 Benzen (0,0015 – 0,15) mg w próbce (0,05 – 5,0) mg/m^3 (0,02 – 1,54) ppm Heksan (0,008 – 2,0) mg w próbce (0,67 – 200,0) mg/m^3 Cykloheksan (0,028 – 7,0) mg w próbce (2,33 – 2333,3) mg/m^3 Metylocykloheksan (0,040 – 10,0) mg w próbce (3,33 – 6666,7) mg/m^3 Heptan (0,040 – 10,0) mg w próbce (3,33 – 4000,0) mg/m^3 Ksylen - mieszanina izomerów (1,2-; 1,3-; 1,4-) (0,008 – 2,0) mg w próbce (0,67 – 666,7) mg/m^3 Kumen (0,008 – 2,0) mg w próbce (0,67 – 666,7) mg/m^3 Oktan (0,040 – 10,0) mg w próbce (3,33 – 4000,0) mg/m^3 Toluen (0,080 – 2,0) mg w próbce (0,67 – 66,7) mg/m^3 Etanol (0,1 – 10) mg w próbce (3,33 – 3333,3) mg/m^3 Izopentan (0,04 – 10) mg w próbce (3,33 – 6666,7) mg/m^3 Pentan (0,04 – 10) mg w próbce (3,33 – 6666,7) mg/m^3 Eter tert-butylometylowy (0,008 – 4) mg w próbce (1,33 – 800,0) mg/m^3 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Metoda nr 031 Wydanie 5 z dnia 20.02.2026
	Stężenie/zawartość chloru Zakres: (0,05 – 5,00) mg/m^3 (0,0002 – 0,0050) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-75/Z-04037/03

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy − powietrze	Stężenie/zawartość amoniaku Zakres: (1,20 – 60,00) mg/m^3 (0,006 – 0,300) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-71/Z-04041
	Stężenie/zawartość fluorowodoru Zakres: (0,15 – 2,25) mg/m^3 (0,008 – 0,113) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-82/Z-04093.03
	Stężenie/zawartość formaldehydu Zakres: (0,048 – 5,33) mg/m^3 (0,0008 – 0,040) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-76/Z-04045.02
	Stężenie/zawartość 2-furaldehydu Zakres: (1,00 – 50,00) mg/m^3 (0,005 – 0,250) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-71/Z-04058
	Stężenie/zawartość ozonu Zakres: (0,0125 – 0,3000) mg/m^3 (0,0005 – 0,0120) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04007-2:1994
	Stężenie/zawartość tlenku azotu Zakres: (0,22 – 23,1) mg/m^3 (0,18 – 18,6) ppm (0,001 – 0,104) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04009-11:2008
	Stężenie/zawartość ditlenku azotu Zakres: (0,07 – 3,56) mg/m^3 (0,0003 – 0,016) mg w próbce (0,04 – 1,86) ppm Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04009-11:2008
	Stężenie/zawartość ditlenku siarki Zakres: (0,12 – 6,00) mg/m^3 (0,0012 – 0,0600) mg w próbce (0,05 – 2,26) ppm Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04015-12:1996+Ap1:2001
	Stężenie/zawartość disiarczku węgla Zakres: (1,0 – 14,0) mg/m^3 (0,010 – 0,140) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-85/Z-04015.10
	Stężenie/zawartość siarkowodoru Zakres: (0,20 – 28,00) mg/m^3 (0,002 – 0,280) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04015-13:1996
	Stężenie/zawartość związków chromu (VI) - w przeliczeniu na Cr (VI) Zakres: (0,00038 – 0,011) mg/m^3 (0,0008 – 0,021) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-87/Z-04126/02
	Stężenie/zawartość kwasu octowego Zakres: (0,83 – 100,00) mg/m^3 (0,025 – 1,500) mg w próbce (0,33 – 40,13) ppm Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04323:2004
	Stężenie/zawartość chlorowodoru Zakres: (0,50 –20,00) mg/m^3 (0,20 – 8,00) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04450:2014-08

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy − powietrze	Stężenie/zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna Zakres: (0,005 – 0,988) mg/m^3 (0,005 – 0,400) mg w próbce Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4(74) s. 117-130
	Stężenie/zawartość pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja wdychalna - pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - pyły drewna - pyły mąki - asfalt naftowy Zakres: (0,08 – 40,83) mg/m^3 (0,06 – 2,45) mg w próbce Metoda grawimetryczna	PN-Z-04507:2022-05+Ap1:2022-08
	Stężenie/zawartość chloroetenu Zakres: (0,11 – 11,11) mg/m^3 (0,0020 – 0,200) mg w próbce (0,04 – 4,28) ppm Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Metoda 159 Wydanie 3 z dnia 14.12.2020
	Stężenie/zawartość 1,2-dichloroetanu Zakres: (0,53 – 55,56) mg/m^3 (0,010 – 1,000) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Metoda 159 Wydanie 3 z dnia 14.12.2020
	Stężenie/zawartość tetrachloroetenu Zakres: (4,0 – 200) mg/m^3 (0,040 – 2,00) mg w próbce (0,58 – 29,1) ppm Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Stężenie/zawartość chloroetanu Zakres: (6,67 – 2666,7) mg/m^3 (0,020 – 2,000) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **− oświetlenie elektryczne awaryjne**	Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 500) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 1838:2025-05 z wyłączeniem punktów normy 5.1.3, 5.1.4, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.7, 6.0
	Stosunek minimalnego do maksymalnego natężenia oświetlenia (z obliczeń)	
	Równomierność oświetlenia dla strefy wysokiego ryzyka (z obliczeń)	
	Czas załączania Zakres: (1 – 80) s Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Minimalny czas stosowania oświetlenia Zakres: (1 – 3600) s Metoda pomiarowa bezpośrednia	
Środowisko pracy **− oświetlenie elektryczne we wnętrzach**	Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	Metoda 032 wyd. 7 z dnia 19.02.2026
	Równomierność oświetlenia (z obliczeń)	
Środowisko pracy **− oświetlenie elektryczne na zewnątrz**	Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 500) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	Metoda 032 wyd. 7 z dnia 19.02.2026
	Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Zróżnicowanie natężenia oświetlenia (z obliczeń)	
Środowisko pracy **− mikroklimat umiarkowany**	Temperatura powietrza Zakres: (10 – 40) ºC Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 - 40) ºC Wilgotność powietrza Zakres: (25 – 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 10) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7730:2006+Ap1:2014
	Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń)	
Środowisko pracy **− mikroklimat gorący**	Temperatura powietrza Zakres: (20 – 40) ºC Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (20 – 40) ºC Temperatura poczernionej kuli Zakres: (20 – 40) ºC Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7243:2018-01+Ap2:2020-04
	Wskaźnik WBGT, $WBGT_{eff}$ (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **− drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka**	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,10 – 50) m/s^2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) (z obliczeń)	PN-EN 14253+A1:2011
Środowisko pracy **- drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne**	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,20 – 100) m/s^2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń)	PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
Środowisko pracy **− hałas**	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (34 – 139) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (34 – 139) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonane dla celów obszaru regulowanego prawnie		
Środowisko pracy **- pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce**	Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: (0,1 – 20) kV/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4(90), s. 91 - 150
	Indukcja magnetyczna: - w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: 1 µT – 10 mT Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pole magnetycznego o częstotliwości 50 Hz (z obliczeń)	
Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2016 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 331).		

Wersja strony: A

Pracownia Środowiska Pracy PP8 ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Środowisko pracy − powietrze	Stężenie/zawartość związków niklu w przeliczeniu na Ni – frakcja wdychalna Zakres: (0,0009 – 0,16) mg/m^3 (0,001 – 0,12) mg w próbce – frakcja respirabilna Zakres: (0,0006 – 0,11) mg/m^3 (0,001 – 0,12) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2021, nr4(110), s. 179-189
	Stężenie/zawartość niklu metalicznego Zakres: (0,014 – 0,55) mg/m^3 (0,010 – 0,400) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04502:2019-10
	Stężenie/zawartość ołowiu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) oraz chromianu (VI) ołowiu (II) w przeliczeniu na Pb - frakcja wdychalna Zakres: (0,0035 – 0,185) mg/m^3 (0,0025 – 0,100) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04487:2017-10
	Stężenie/zawartość manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna Zakres: (0,008 – 0,444) mg/m^3 (0,006 – 0,320) mg w próbce - frakcja respirabilna Zakres: (0,001 – 0,148) mg/m^3 (0,0015 – 0,1600) mg w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04472:2015-10+Ap:1:2015-12
	Stężenie/zawartość chromu metalicznego, związków chromu: chrom (II), chrom (III), chrom (VI) – w przeliczeniu na Cr Zakres: (0,017 – 1,389) mg/m^3 (0,012 – 1,000) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04434:2011
	Stężenie/zawartość tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe tlenek żelaza (III) tlenek żelaza (II) tetratlenek triżelaza - frakcja respirabilna Zakres: (0,23 – 6,94) mg/m^3 (0,125 – 3,750) mg w próbce - frakcja wdychalna Zakres: (0,35 – 10,42) mg/m^3 (0,25 – 7,50) mg w próbce Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04469:2025-02

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy − powietrze	Stężenie/zawartość wodorotlenku potasu Zakres: (0,02 –2,00) mg/m^3 (0,014 –1,435) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04436:2011
	Stężenie/zawartość wodorotlenku sodu Zakres: (0,012 – 2,420) mg/m^3 (0,0087 – 1,7400) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04435:2011
	Stężenie/zawartość kobaltu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Co Zakres: (0,002 – 0,042) mg/m^3 (0,0013 – 0,0300) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04291:2003

Wersja strony: A

19

Pracownia Chromatografii PP3 ul. Chemików 7, 09-411 Płock		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa gazowe: **skroplone gazy węglowodorowe, LPG**	Liczba oktanowa motorowa (MON) (z obliczeń)	PN-EN 589:2024-08 załącznik B
	Całkowita zawartość siarki Zakres: (1,0 – 55,0) mg/kg (0,0001 – 0,0055) %(m/m) Metoda fluorescencji w nadfiolecie	ASTM D 6667-21
	Prężność par oszacowana w temperaturze 40 ºC (z obliczeń)	PN-EN ISO 8973:2000+A1:2020-10 PN-EN 589:2024-08 załącznik C
	Temperatura, w której oszacowana względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa (z obliczeń)	PN-EN ISO 8973:2000+A1:2020-10 PN-EN 589:2019-04 załącznik C
	Prężność par oszacowana w temperaturze (-10)°C, (-5)°C, 0°C, 10°C, 20°C (z obliczeń)	PN-EN ISO 8973:2000+A1:2020-10 PN-EN 589:2024-08 załącznik C
	Skład węglowodorowy Zakres: (0,1 – 100,0) %(m/m) (0,1 – 100,0) %(mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-EN 27941:2015-12
	Całkowita zawartość dienów Zakres: (0,1 – 2,1) %(m/m) (0,1 – 2,0) %(mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-EN 27941:2015-12
	Działanie korodujące na miedź Zakres: klasa korozji (1 – 4) Metoda wizualna	PN-EN ISO 6251:2001
	Obecność siarkowodoru Metoda wizualna	PN-EN ISO 8819:2000
	Obecność wody Metoda wizualna	PN-EN 15469:2009
	Zapach Metoda organoleptyczna	PN-EN 589:2024-08 załącznik A
	Wartość opałowa (z obliczeń)	PN-C-96008:1998 p. 4.4.8
	Prężność absolutna par w temp. (-15) °C (z obliczeń)	PN-C-96008:1998 p. 4.4.10
	Prężność absolutna par w temp. 40 °C (z obliczeń)	PN-C-96008:1998 p. 4.4.10
	Prężność absolutna par w temp. 70 °C (z obliczeń)	
	Gęstość w temp. 15,6 °C (z obliczeń)	PN-C-96008:1998 p. 4.4.9
	Rozpuszczalna pozostałość Zakres: (5 – 100) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 15470:2017-08
	Całkowita zawartość dienów Zakres: (0,01 – 0,50) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	DIN 51619:2004-02

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa gazowe: **skroplone gazy węglowodorowe, LPG**	Zawartość 1,3 butadienu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,01 – 0,50) %(m/m)	DIN 51619:2004-02
	Skład węglowodorowy Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zakres: (0,10 – 100,00) %(m/m) dla każdego ze składników	DIN 51619:2004-02
Paliwa gazowe: **skroplone gazy węglowodorowe**	Obecność siarkowodoru Metoda wizualna	PN-C-96008:1998 p. 4.4.2
	Zawartość oleju mineralnego Zakres: (0,0003 – 0,0050) %(m/m) Metoda wagowa	PN-C-96008:1998 p. 4.4.4
	Obecność wody Metoda wizualna	PN-C-96008:1998 p. 4.4.5
	Obecność amoniaku Metoda wizualna	PN-C-96008:1998 p. 4.4.6
Paliwa gazowe: **gazy z procesów technologicznych: gazy opałowe, gazy wodorowe, gazy pooksydacyjne, gazy węglowodorowe**	Skład szczegółowy Zakres: Węglowodory od C_1 do C_6 (0,10 – 99,90) % (mol/mol) Tlen (0,10 – 20,00) %(mol/mol) Azot (0,10 – 90,00) %(mol/mol) CO_2 (0,10 – 45,00) %(mol/mol) CO (0,10 – 1,00) %(mol/mol) H2 (0,10 – 99,70) %(mol/mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną i termokonduktometryczną (GC-FID/TCD)	UOP 539-12
Paliwa gazowe: **gazy z procesów technologicznych: gazy pooksydacyjne, gazy węglowodorowe**	Zawartość węgla pierwiastkowego (z obliczeń)	Metoda 103 wydanie 3 z dnia 07.01.2022
	Wartość opałowa (z obliczeń)	PN-EN ISO 6976:2016-11
	Gęstość (z obliczeń)	PN-EN ISO 6976:2016-11
Paliwa gazowe: **gaz ziemny**	Skład węglowodorowy Zakres: (0,0002 – 99,0000) %mol Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 27941:2015-12
	Zawartość azotu Zakres: (0,05 – 5,00) %mol Metoda chromatografii gazowej z detekcją termokonduktometryczną (GC-TCD)	ASTM D 1946-24
	Zawartość ditlenku węgla Zakres: (0,0010 – 1,0000) %mol Metoda chromatografii gazowej z detekcją termokonduktometryczną (GC-TCD)	Metoda 048 pkt 1.1 wyd. 4 z dnia 27.12.2023

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa gazowe: **gaz ziemny**	Gęstość (z obliczeń)	PN-EN ISO 6976:2016-11
	Wartość opałowa (z obliczeń)	PN-EN ISO 6976:2016-11
Paliwa gazowe: **gaz opałowy**	Skład węglowodorowy Zakres: (0,01 – 99,00) %mol Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 27941:2015-12
	Zawartość azotu Zakres: (0,05 – 10,00) %mol Metoda chromatografii gazowej z detekcją termokonduktometryczną (GC-TCD)	ASTM D 1946-24
	Zawartość wodoru Zakres: (0,01 – 60,00) %mol Metoda chromatografii gazowej z detekcją termokonduktometryczną (GC-TCD)	ASTM D 1946-24
	Gęstość (z obliczeń)	PN-EN ISO 6976:2016-11
	Wartość opałowa (z obliczeń)	PN-EN ISO 6976:2016-11
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: Suma estrów (90,0 – 100,0) %(m/m) Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego (1,0 – 15,0) % (m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 14103:2020-06
	Zawartość sumy wielonienasyconych estrów metylowych kwasów tłuszczowych (≥4 wiązania podwójne) (PUFA) Zakres: (0,30 – 3,00) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 15779+A1:2013-12
	Zawartość wolnego i ogólnego glicerolu oraz mono-, di- i triacylogliceroli Zakres: Monoacyloglicerole (0,05 – 1,25) % (m/m) Diacyloglicerole (0,05 – 0,50) %(m/m) Triacyloglicerole (0,05 – 0,50) %(m/m) Wolny glicerol (0,001 – 0,050) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Ogólny glicerol (z obliczeń)	PN-EN 14105:2025-04

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: bioetanol**	Zawartość wyższych alkoholi, metanolu i innych zanieczyszczeń Zakres: metanol (0,010 – 3,000) %(m/m) Wyższe alkohole (C_3-C_5) (0,010 – 2,500) %(m/m) etanol wraz z wyższymi alkoholami – powyżej 95,000 %(m/m) inne zanieczyszczenia (0,010 – 2,000) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 15721:2013-10 Procedura A
Woda, ścieki	Stężenie lotnych węglowodorów aromatycznych Zakres: benzen (3,0 – 14000) µg/l toluen (3,0 – 14000) µg/l etylobenzen (3,0 – 14000) µg/l (m+p)-ksylen (3,0 – 27000) µg/l o-ksylen (3,0 – 14000) µg/l kumen (3,0 – 14000) µg/l Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) Suma ksylenów, suma BTEX (z obliczeń)	PN-ISO 11423-1:2002
Ścieki	Indeks oleju mineralnego Zakres: (0,10 – 100) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 9377-2:2003
Środowisko pracy – **próbki powietrza pobrane na filtry i rurki z sorbentem**	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Zakres: antracen (0,005 – 0,500) µg w próbce benzo(a)antracen (0,010 – 1,000) µg w próbce chryzen (0,020 – 2,000) µg w próbce benzo(b)fluoranten (0,010 – 1,000) µg w próbce benzo(k)fluoranten (0,010 – 1,000) µg w próbce benzo(a)piren (0,020 – 2,000) µg w próbce dibenzo(ah)antracen (0,040 – 4,000) µg w próbce benzo(ghi)perylen (0,020 – 2,000) µg w próbce indeno(123cd)piren (0,020 – 0,100) µg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	PN-Z-04240-5:2006

Zespół Logistyki Płock LL/P ul. Chemików 7, 09-411 Płock		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki,** **paliwo do turbinowych silników lotniczych,** **biopaliwo ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), bioetanol**	Pobieranie próbek ze zbiorników do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 3170:2025-12 z wyłączeniem 8.3.1.5, 8.3.1.8, 8.3.2, 8.7,8.8, 10.6, 10.7
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna**	Pobieranie próbek z dystrybutora do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN 14275:2013-06
Paliwa gazowe: **skroplone gazy węglowodorowe, LPG**	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 4257:2004 ZN/MG/CN-18:2007
Ścieki	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna	PN-ISO 5667-10:2021-11
	Temperatura pobranej próbki ścieków Zakres: (2,0 – 50,0) °C	Metoda nr 111 Wydanie 5 z dnia 01.07.2020
	pH ☑ Zakres: 2,0 – 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
Paliwa gazowe: wodór (automotive)	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych - ze zbiorników - ze stacji tankowania - z rurociągów na instalacji	ASTM D 7606-24a ISO 21087:2019-06 p. 8 ISO 19880-1:2020-03 załącznik K p. K1, K2, K3 ISO 19880-09:2024 z wyłączeniem załącznika A, C, D, E, F
	Pobieranie próbek do zawartości cząstek stałych - ze zbiorników - ze stacji tankowania - z rurociągów	ASTM D 7650-21 z wyłączeniem 7.9 ISO 21087:2019-06 p. 8 ISO 19880-1:2020-03 załącznik K p. K1, K2, K7 z wyłączeniem p. K.7.1 ISO 19880-9:2024-07 z wyłączeniem załącznika A, B, C, E, F

☑ Badania wykonywane poza siedzibą laboratorium

Wersja strony: A

Zespół Logistyki Włocławek LL/W ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Ścieki	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna Temperatura pobranej próbki Zakres: (2,0 – 50,0) °C	PN-ISO 5667-10:2021-11 Metoda nr 111 Wydanie 5 z dnia 01.07.2020
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda automatyczna	PN-ISO 5667-10:2021-11
	pH ☑ Zakres: 2,0 – 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
Wody powierzchniowe	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura pobranej próbki Zakres: (2,0 – 50,0) °C	PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem 7.6, 9.4 Metoda nr 111 Wydanie 5 z dnia 01.07.2020
	pH ☑ Zakres: (2,0 – 12,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Przewodność elektryczna właściwa ☑ Zakres: (0,100 – 20,00) mS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
Wody podziemne	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura pobranej próbki Zakres: (2,0 – 50,0) °C	PN-ISO 5667-11:2017-10 z wyłączeniem pkt 4.2.2, 4.2.4, 4.3, 6.2, 6.3 Metoda nr 111 Wydanie 5 z dnia 01.07.2020
	pH ☑ Zakres: 2,0 – 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Przewodność elektryczna właściwa ☑ Zakres: (0,100 – 20,00) mS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
Wody, w tym wody do spożycia	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 19458:2007 z wył. punktów 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
Woda do spożycia	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura pobranej próbki Zakres: (2,0 – 30,0) °C	PN-ISO 5667-5:2017-10 Metoda nr 111 Wydanie 5 z dnia 01.07.2020
Woda	Stężenie chloru wolnego Zakres: chlor wolny (0,20 – 1,6) mg/l Metoda kolorymetryczna	Metoda nr 195 Wydanie 1 z dnia 26.09.2019 Test HACH Nr 8021 (chlor wolny)
Paliwo gazowe: wodór (automotive)	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych - ze zbiorników - ze stacji tankowania - z rurociągów na instalacji	ASTM D 7606-24a ISO 21087:2019-06 p. 8 ISO 19880-1:2020-03 załącznik K p. K1, K2, K3 ISO 19880-09:2024 z wyłączeniem załącznika A, C, D, E, F
	Pobieranie próbek do zawartości cząstek stałych - ze zbiorników - ze stacji tankowania - z rurociągów	ASTM D 7650-21 z wyłączeniem 7.9 ISO 21087:2019-06 p. 8 ISO 19880-1:2020-03 załącznik K p. K1, K2, K7 z wyłączeniem p. K.7.1 ISO 19880-9:2024-07 z wyłączeniem załącznika A, B, C, E, F

☑ Badania wykonywane poza siedzibą laboratorium

Wersja strony: A

Pracownia PTA TT5 ul. Krzywa Góra 13/15/17, 87-800 Włocławek		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Wyroby chemiczne: **kwas tereftalowy (PTA)**	Transparentność alkaliczna Zakres: (87,4 – 99,6)% Metoda spektrofotometryczna	Metoda nr 117 wydanie 4 z dnia 05.12.2025
	Zawartość pierwiastków Zakres: Ca (0,01 – 1,00) mg/kg Co (0,01 – 1,00) mg/kg Cr (0,01 – 1,00) mg/kg Fe (0,01 – 1,00) mg/kg Na (0,01 – 1,00) mg/kg Ni (0,01 – 1,00) mg/kg Mn (0,01 – 1,00) mg/kg Mo (0,01 – 1,00) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Sumaryczna zawartość pierwiastków (z obliczeń)	Metoda 118 wyd. 7 z dnia 07.04.2026
	Wygląd Metoda wizualna	Metoda nr 122 wydanie 4 z dnia 05.12.2025
	Barwa w skali Pt-Co Zakres: 5 – 15 Metoda wizualna	Metoda nr 126 wydanie 4 z dnia 05.12.2025
	Zawartość wody Zakres: (0,10 – 1,00) %(m/m) Metoda miareczkowania potencjometrycznego	Metoda nr 127 wydanie 4 z dnia 05.12.2025
	Barwa b Zakres: (0,1 – 2,0) Metoda spektrofotometryczna	Metoda nr 128 wydanie 4 z dnia 05.12.2025
	Delta Y Zakres: (1,0 – 10,0) Metoda spektrofotometryczna	Metoda nr 129 wydanie 4 z dnia 05.12.2025
	Liczba kwasowa Zakres: (673 – 677) mg KOH/g Metoda miareczkowa	Metoda nr 130 wydanie 4 z dnia 05.12.2025
	Pozostałość po spopieleniu Zakres: (1 – 5) mg/kg Metoda wagowa	Metoda nr 132 wydanie 3 z dnia 12.01.2023
	Wartość Dp50 Zakres: (70 – 130) µm Metoda sitowa (i z obliczeń)	Metoda nr 133 wydanie 4 z dnia 05.12.2025
Woda, ścieki	Zawartość ogólnego węgla organicznego Zakres: (0,3 – 24000) mg/l Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-EN 1484:1999

Wersja strony: A

Punkt Obsługi Laboratoryjnej we Wrocławiu PP7/5 ul. Swojczycka 44, 51-501 Wrocław		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki** **Biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych, bioetanol**	Pobieranie próbek ze zbiorników do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 3170:2025-12 z wyłączeniem 8.3.1.3 - 8.3.1.6, 8.3.1.8, 8.3.2, 8.7, 8.8,9.8, 10.6, 10.7
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy**	Pobieranie próbek z dystrybutora do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN 14275:2013-06
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki**	Zawartość siarki Zakres: (3,0 – 60) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03
	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (700,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Skład frakcyjny Zakres: (30,0 – 370,0) ºC Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa**	Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (40,0 – 106,0) kPa Metoda mini Reid	PN-EN 13016-1:2024-11
	Indeks lotności (z obliczeń)	PN-EN 228+A1:2017-06 p. 5.5.2
	Zawartość tlenowych związków organicznych Zakres: (0,17 – 15,0) %(v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość organicznie związanego tlenu (z obliczeń)	PN-EN 13132:2005
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki**	Temperatura zapłonu Zakres: (40,0 – 90,0) ºC Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06
	Zawartość wody Zakres: (30 – 1000) mg/kg Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (12,0 – 26,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-1:2024-11
	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: (3,0 – 20,0) %(v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 14078:2014-06

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Temperatura mętnienia Zakres: [(- 20) – 0] °C Metoda optyczna	PN-EN ISO 3015:2019-06
Paliwa ciekłe: **olej napędowy**	Stabilność oksydacyjna Zakres: (5,0 – 48,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 15751:2014-05
	Temperatura zablokowania zimnego filtra Zakres: [(- 40) – 0] °C Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09
	Indeks cetanowy (z obliczeń)	PN-EN ISO 4264:2018-08
Paliwa ciekłe: **olej opałowy lekki**	Temperatura płynięcia Zakres: [(- 45) – (-15)] °C Metoda optyczna	PN-EN ISO 3016:2019-06
	Zawartość barwnika Solvent Red 19 Zakres: (1,0 – 10,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04426:2013-07 Metoda A
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość siarki Zakres: (3,0 – 10,0) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03
	Temperatura zablokowania zimnego filtra Zakres: [(- 20) – 0] °C Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09
	Zawartość wody Zakres: (30 – 1000) mg/kg Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
	Gęstość w temp. 15 °C Zakres: (850 – 900) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Skłonność do blokowania filtra po wychładzaniu Zakres: (50 – 720) s Metoda filtracji po wychłodzeniu	ASTM D 7501-22
	Stabilność oksydacyjna Zakres: (1,0 – 16,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 15751:2014-05
	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (5,0 – 27,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-2:2024-11
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: bioetanol**	Moc Zakres: (95,0 – 100,0) %(v/v) Metoda oscylacyjna	PN-A-79528-3:2007 p. 5.2
	Gęstość w temperaturze 20°C Zakres: (789,0 – 830,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08

Wersja strony: A

Punkt Obsługi Laboratoryjnej we Wrocławiu PP7/5 ul. Swojczycka 43, 51-501 Wrocław (Działalność techniczna)		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa**	Liczba oktanowa LOM Zakres: 80,0 – 90,0 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5163:2014-08

Wersja strony: A

Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini PP6 ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna bezołowiowa, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Pobieranie próbek ze zbiorników do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 3170:2025-12 z wyłączeniem pkt 8.3.1.3- 8.3.1.5, 8.3.1.8, 8.3.2, 8.5 - 8.9, 9.8, 10.6, 10.7
Paliwa ciekłe: **olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki** **Materiały smarne:** **olej silnikowy, przemysłowe oleje smarowe**	Temperatura płynięcia Zakres: (–38 – 40) °C Metoda optyczna, metoda wizualna	PN-EN ISO 3016:2019-06 ASTM D 97-17b(2022)
	Zawartość siarki Zakres: (0,050 – 1,00) %(m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii	PN –EN ISO 8754:2007+Ap1:2014-02
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna bezołowiowa, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)** **Materiały smarne:** **olej silnikowy, przemysłowe oleje smarowe**	Gęstość Zakres: (700,0 – 950,0) kg/m^3 Metoda areometryczna	PN-EN ISO 3675:2004
	Gęstość w temperaturze 15°C i 20°C Zakres: (700,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08 ASTM D 4052-22
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)** **Materiały smarne:** **olej silnikowy, przemysłowe oleje smarowe**	Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, 40°C i 100°C Zakres: (1,500 – 100,0) mm^2/s Metoda kapilarna Lepkość dynamiczna (z obliczeń)	PN-EN ISO 3104:2024-01
	Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C, 40 °C i 100 °C Zakres: (1,500 – 100,0) mm^2/s Metoda kapilarna	ASTM D 445-24
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość wody Zakres: (0,003 – 0,100) %(m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021 -11
	Pozostałość po koksowaniu Zakres: (0,10 – 3,50) %(m/m) Metoda wagowa	PN-EN ISO 10370:2014-12
	Temp. zablokowania zimnego filtru Zakres: (0 – (–30)) °C Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09
	Temperatura mętnienia Zakres: (-38) – (+10) °C Metoda optyczna	PN-EN ISO 3015:2019-06
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki**	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (12,0 – 26,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-1:2024-11
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (5,0 – 27,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-2:2024-11

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna bezołowiowa, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość siarki Zakres: (1,0 – 20,0) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)** **Materiały smarne:** **olej silnikowy, przemysłowe oleje smarowe**	Zawartość popiołu siarczanowego Zakres: (0,005 – 2,00) %(m/m) Metoda wagowa	PN ISO 3987:2014-05
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki**	Temperatura zapłonu Zakres: (40,0 – 250,0) °C Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1: 2021-06 z wyłączeniem procedury C ASTM D 93-25
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa,** **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)** **Materiały smarne:** **olej silnikowy, przemysłowe oleje smarowe**	Korozja na miedzi Zakres: klasa korozji (1 – 4) Metoda wizualna	PN-EN ISO 2160:2004 ASTM D 130-19
Paliwa ciekłe: **olej napędowy**	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME Zakres: (0,05 – 10,0) %(v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 14078:2014-06
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna bezołowiowa**	Skład frakcyjny Zakres: (40,0 – 360,0) ^{0}C Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05
Paliwa ciekłe: **olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki**	Ciepło spalania Zakres: (35000 – 45000) kJ/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa (z obliczeń)	PN-C-04062:2018-05
Paliwa ciekłe: **olej opałowy ciężki**	Zawartość żelaza, wanadu i niklu Zakres: Fe (1,00 – 150) mg/kg V (1,00 – 150) mg/kg Ni (1,00 – 150) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej (ICP-OES)	ASTM D 5708-15 (Reapproved 2020)^{e1} – Metoda A
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa**	Zawartość tlenowych związków organicznych Zakres: (0,17 – 15,0) %(m/m), %(v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość organicznie związanego tlenu (z obliczeń)	PN-EN 13132:2005
	Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (30,0 – 106,0) kPa Metoda mini Reid	PN-EN 13016-1:2024-11

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej opałowy lekki**	Zawartość butoksybenzenu (eteru n-butylofenylowego (BPE)) Zakres: (1,00 – 15,00) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)	ILIADe 606:2024 Procedura B
Materiały smarne: **oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe**	Lepkość strukturalna w niskich temperaturach Zakres: (1300 – 10000) mPa·s Metoda CCS	PN-C-04150:2004 ASTM D 5293-20
	Całkowita liczba zasadowa Zakres: (1,0 -90,0) mg/g KOH Metoda miareczkowania potencjometrycznego	PN-ISO 3771:2012
	Temperatura zapłonu Zakres: (180 – 270) °C Metoda otwartego tygla Clevelanda	PN-EN ISO 2592:2017-10 ASTM D 92-24
	Wskaźnik lepkości (z obliczeń)	PN-ISO 2909:2009+Ap1:2010 ASTM D 2270-24
	Własności demulgujące Zakres: (5 – 60) min Metoda wizualna	PN-ISO 6614:2010+A1:2022-05
	Liczba kwasowa Zakres: (0,1 – 5,0) mg/g KOH Metoda miareczkowa	PN-ISO 6618:2011
	Barwa Zakres: (0,5 – 8,0) Metoda wizualna	ASTM D 1500-24

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały smarne: **oleje silnikowe,** **przemysłowe oleje smarowe**	Zawartość wapnia, fosforu, magnezu, cynku Zakres: Ca (0,003 – 0,300) %m/m Mg (0,003 – 0,300) %m/m P (0,003 – 0,300) %m/m Zn (0,003 – 0,300) %m/m Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	ASTM D 4951-14(2019)
Inne przetwory naftowe: **asfalty, wyroby asfaltowe**	Temperatura łamliwości Zakres: [(-23) – (-8)] °C Metoda Fraassa	PN-EN 12593:2015-08
	Penetracja Zakres: (20 – 220) * 0,1mm Metoda penetracji igłą	PN-EN 1426:2025-02
	Temperatura mięknienia asfaltów Zakres: (30,0 – 110,0) °C Metoda Pierścień i Kula	PN-EN 1427:2015-08
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Liczba jodowa Zakres: (85 – 130) g jodu/100g Metoda miareczkowa	PN-EN 14111:2022-11
	Liczba kwasowa Zakres: (0,10 – 1,00) mg/g KOH Metoda miareczkowa	PN-EN 14104:2021-06
	Stabilność oksydacyjna Zakres: (1,0 – 15,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 14112:2021-05
	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: (90,0 – 99,0) %(m/m) Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego Zakres: (1,0 – 15,0) % (m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 14103:2020-06

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe – estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość wielonienasyconych estrów metylowych kwasów tłuszczowych (powyżej 4 wiązań podwójnych) Zakres: (0,6 – 0,8) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 15779+A1:2013-12
	Zawartość monoacylogliceroli Zakres: (0,10 – 1,25) %(m/m) Zawartość diacylogliceroli Zakres: (0,10 – 0,50) %(m/m) Zawartość triacylogliceroli Zakres: (0,10 – 0,40) %(m/m) Zawartość wolnego glicerolu Zakres: (0,001 – 0,050) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość ogólnego glicerolu (z obliczeń)	PN-EN 14105:2025-04
	Zawartość alkoholu metylowego Zakres: (0,01 – 0,10) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID)	PN-EN 14110:2019-05 z wyłączeniem procedury A
	Zawartość fosforu Zakres: (4,0 – 10,0) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN 14107:2004
	Zawartość wapnia i magnezu Zakres: (1,0 – 10,0) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN 14538:2008
	Zawartość sodu Zakres: (1,0 – 10,0) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN 14538:2008
	Zawartość potasu Zakres: (1,0 – 10,0) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN 14538:2008
	Skłonność biodiesla do blokowania filtra paliwa Zakres (80 – 400) s Metoda CSFT	ASTM D 7501-22
Ścieki	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna	PN-ISO 5667-10:2021-11
	Stężenie fosforu ogólnego Zakres: (0,005 – 10,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 8 +Ap1:2010+Ap2:2010
	Stężenie azotu Kjeldahla Zakres: (1 – 100) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN 25663:2001

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Ścieki	Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,010 – 30,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Metoda 125 Wydanie 2 z dnia 16.07.2020
	Stężenie azotu azotynowego Zakres: (0,005 – 2,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie azotynów (z obliczeń)	PN-EN 26777:1999
	Stężenie azotu ogólnego (suma azotu Kjeldahla, azotu azotanowego i azotynowego) (z obliczeń)	Metoda 047 Wydanie 5 z dnia 19.11.2019
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu Zakres: (20,0 – 1000) mg O_2/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005
Ścieki, woda	Zawiesiny ogólne Zakres: (5,0 – 50) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
Paliwa gazowe: wodór (automotive)	Oznaczanie zawartości wody Zakres: (1,00 -10,00) µmol/mol Metoda spektrometrii strat we wnęce optycznej z falą ciągłą (CRDS)	NPL Report AS64:2011-08 p. 4.2.1 (a) Instrukcja IT-M/PP6/95 wydanie 2 z dnia 11.03.2024
	Zawartość siarkowodoru, siarczku karbonylu, merkaptanu metylowego, disiarczuk węgla Zakres: Siarkowodór (0,003 – 0,010) µmol/mol Siarczek karbonylu (0,003 – 0,010) µmol/mol Merkaptan metylowy (0,003 – 0,010) µmol/mol Disiarczek węgla (0,003 – 0,010) Metodą chromatografii gazowej z detektorem chemiluminescencyjnym (GC-SCD) Związki siarki ogółem (z obliczeń)	ASTM D 7652-11
	Zawartość helu Zakres: Hel (75,0 – 315,0) µmol/mol Metoda chromatografii gazowej z detektorem termokonduktometrycznym (GC-TCD)	NPL Report AS64:2011-08 p.4.2.4 (a) Instrukcja IT-M/PP6/97 wydanie 3 z dnia 25.03.2024
	Zawartość ditlenku węgla, tlenku węgla, metanu i węglowodorów ogółem z wyłączeniem metanu (ekwiwalent C1) Zakres: Ditlenek węgla (0,5 – 2,0) µmol/mol Tlenek węgla (0,055 – 0,220) µmol/mol Metan (30,0 – 100,0) µmol/mol Węglowodory ogółem z wyłączeniem metanu (ekwiwalent C1) (0,5 – 2,0) µmol/mol Metoda chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo – jonizacyjnym i termokonduktometrycznym (GC-FID/TCD)	NPL Report AS64:2011-08 p. 4.2.7 (a), p. 4.2.8 (b), p. 4.2.2 (a) Instrukcja IT-M/PP6/97 wydanie 3 z dnia 25.03.2024

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa gazowe: wodór (automotive)	Zawartość formaldehydu i halogenków organicznych Zakres: Formaldehyd (0,05 – 0,40) µmol/mol Związki halogenowe organiczne: 1,2,4-trichlorobenzen (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,2-dichlorobenzen (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,3-dichlorobenzen (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,1,2,2-tetrachloroetan (0,002 - 0,04) µmol/mol chlorobenzen (0,002 – 0,04) µmol/mol tetrachloroetylen (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,2-dibromoetan (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,1,2-trichloroetan (0,002 – 0,04) µmol/mol trans-1,3-dichloropropen (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,3-dichloropropen (0,002 – 0,04) µmol/mol trichloroetylen (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,2-dichloropropan (0,002 – 0,04) µmol/mol tetrachlorek węgla (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,1,1-trichloroetan (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,2-dichloroetan (0,002 – 0,04) µmol/mol trichlorometan (0,002 – 0,04) µmol/mol cis-1,1-dichloroeten (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,1-dichloroetan (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluorometan (0,002 – 0,04) µmol/mol chlorek allilu (0,002 – 0,04) µmol/mol chlorek metylenu (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,1-dichloroetan (0,002 – 0,04) µmol/mol trichloromonofluorometan (0,002 – 0,04) µmol/mol chlorek etylu (0,002 – 0,04) µmol/mol bromometan (0,002 – 0,04) µmol/mol chloroeten (0,002 – 0,04) µmol/mol 1,2-dichloro-1,1,1,2-tetrafluoroetan (0,002 – 0,04) µmol/mol chlorometan (0,002 – 0,04) µmol/mol dichlorodifluorometan (0,002 – 0,04) µmol/mol Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas mas (GC-MS) Zawartość związków halogenowych organicznych (z obliczeń)	ASTM D 7892-25
	Zawartość argonu, azotu, tlenu Zakres: Argon (4,0 – 300,0) µmol/mol Azot (5,0 – 300,0)µmol/mol Tlen (2,0 – 10,0) µmol/mol Metoda chromatografii gazowej z detektorem wyładowań helowych (GC-PDHID)	NPL Report AS64:2011-08 p. 4.2.6 (b), p. 4.2.5 (a), p. 4.2.3 (a) Instrukcja IT-M/PP6/98 wydanie 3 z dnia 25.03.2024

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa gazowe: wodór (automotive)	Zawartość kwasu mrówkowego, amoniaku Zakres: Kwas mrówkowy (0,05 – 0,40) µmol/mol Amoniak (0,05 – 0,40) µmol/mol Metoda chromatografii jonowej z detektorem konduktometrycznym (IC)	JIS K0127:2013 Instrukcja IT-M/PP6/96 wydanie 2 z dnia 11.03.2024
	Zawartość cząstek stałych Zakres: (0,15 – 1,40) mg/kg Metoda wagowa	ASTM D 7651:24e1
	Indeks paliwa wodorowego (z obliczeń)	ISO 14687:2019-11
	Całkowita zawartość gazów innych niż wodór (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Pracownia Produktów Naftowych w Jedliczu PP5 ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy**	Pobieranie próbek z dystrybutora do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN 14275:2013-06
Paliwa ciekłe: **olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki, benzyna bezołowiowa, olej napędowy** **Materiały smarne:** **oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe** **Ropa naftowa**	Pobieranie próbek ze zbiorników do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 3170:2025-12 z wyłączeniem 8.3.1.3 - 8.3.1.6, 8.3.1.8, 8.3.2, 8.7, 8.8, 9.8, 10.6, 10.7
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa**	Liczba oktanowa LOM Zakres: 60 – 100 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5163:2014-08
	Indeks lotności (z obliczeń)	PN-EN 228+A1:2017-06 p. 5.5.2
	Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (40,0 – 106,0) kPa Metoda mini Reid	PN-EN 13016-1:2024-11
	Zawartość tlenowych związków organicznych Zakres: (0,17 – 15,0) % (v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość organicznie związanego tlenu (z obliczeń)	PN-EN 13132:2005
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki** **Wyroby chemiczne:** **rozpuszczalniki**	Gęstość Zakres: (650,0 – 950,0) kg/m^3 Metoda areometryczna	PN-EN ISO 3675:2004
	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (664,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Skład frakcyjny Zakres: (10,0 – 370,0) °C Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05
	Działanie korodujące na miedź Zakres: 1a – 4c (skala) Metoda wizualna	PN-EN ISO 2160:2004
	Zawartość siarki Zakres: (3 – 500) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03
Paliwa ciekłe: **olej napędowy**	Stabilność oksydacyjna Zakres: (5,0 – 50,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 15751:2014-05

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Stabilność oksydacyjna Zakres: (1,0 – 16,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 15751:2014-05
Paliwa ciekłe: **olej opałowy lekki**	Zawartość siarki Zakres: (0,03 – 1,2) %(m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii	PN-EN ISO 8754:2007+Ap1:2014-02
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki**	Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C Zakres: (2,000 – 10,00) mm^2/s Metoda kapilarna	PN-EN ISO 3104:2024-01 Procedura A
	Temperatura zapłonu Zakres: (40,0 – 100,0) °C Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06
	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (12,0 – 26,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-1:2024-11
	Indeks cetanowy (z obliczeń)	PN-EN ISO 4264:2018-08
	Temperatura zablokowania zimnego filtru Zakres: [0 – (-30)] ºC Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09
	Temperatura płynięcia Zakres: [10 – (-40,0)] ºC Metoda optyczna	PN-EN ISO 3016:2019-06 ASTM D 97-17b(2022)
	Zawartość wody Zakres: (30 – 1000) mg/kg Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
	Temperatura mętnienia Zakres: [0 – (-45)] ºC Metoda optyczna	PN-EN ISO 3015:2019-06
	Zawartość barwnika Solvent Red 19 Zakres: (1,0 – 10,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04426:2013-07 Metoda A
	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: (0,05 –10,0) %(v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 14078:2014-06
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (5,0 – 27,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-2:2024-11
Ropa naftowa	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (700,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
Ropa naftowa **Paliwa ciekłe:** **olej opałowy ciężki**	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (0,01 – 0,40) %(m/m) Metoda wagowa	PN-EN ISO 3735:2001
Wyroby chemiczne: **płyny niskokrzepnące**	Temperatura krystalizacji Zakres: [(-18) – (-50)] ºC Metoda wizualna	PN-93/C-40008/10
Materiały smarne: **oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe**	Właściwości przeciwkorozyjne olejów mineralnych (korozja na trzpieniu stalowym) Metoda wizualna	PN-ISO 7120:2011 Procedura A i B

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały smarne: oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe	Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C i 100 °C Zakres: (2,000 – 1200) mm^2/s Metoda kapilarna	PN-EN ISO 3104:2024-01 Procedura A
	Temperatura płynięcia Zakres: [10 – (-45)] ºC Metoda optyczna	PN-EN ISO 3016:2019-06
	Gęstość Zakres: (800,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda areometryczna	PN-EN ISO 3675:2004
	Temperatura zapłonu Zakres: (80,0 – 280,0) °C Metoda otwartego tygla Cleveland'a	PN-EN ISO 2592:2017-10
	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (800,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Pozostałość po spopieleniu Zakres: (0,001 – 0,18) %(m/m) Metoda wagowa	PN-EN ISO 6245:2008
	Działanie korodujące na miedź Zakres: 1a – 4c (skala) Metoda wizualna	PN-EN ISO 2160:2004
	Działanie korodujące na metale Metoda wizualna	PN-85/C-04093 metoda B
Materiały smarne: oleje bazowe, przemysłowe oleje smarowe	Zdolność wydzielania powietrza Zakres: (1 – 15) minut Metoda wagowa	PN-ISO 9120:2009+Ap1:2022-04
Materiały smarne: smary	Temperatura kroplenia Zakres: (70 − 230) °C Metoda Ubbelohde`a	PN-55/C-04020
	Temperatura kroplenia Zakres: (130 – 300) °C Metoda wizualna	PN-ISO 2176:2011+A1:2021-07
	Penetracja Zakres: 200 – 420 Metoda penetracji stożkiem	PN-ISO 2137:2021-07
Ścieki, wody opadowe	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna Temperatura pobranej próbki wody opadowej, ścieków Zakres: (2,0 – 30,0) °C	PN-ISO 5667-10:2021-11 Metoda nr 111 Wydanie 5 z dnia 01.07.2020
Ścieki	pH Zakres: 4,0 – 10,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Zawiesiny ogólne Zakres: (5 – 200) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	Stężenie fenolu (indeks fenolowy) Zakres: (0,002 – 0,100) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6439:1994 metoda B
	Indeks oleju mineralnego Zakres: (2,0 – 1000,0) mg/l Metoda spektroskopii laserowej	ASTM D 7678-17(2022)
	Stężenie chlorków Zakres: (5 – 150) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Ścieki	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT_5 Zakres: (3 – 600) mg O_2/l Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5815-1:2019-12
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu Zakres: (30,0 – 1000) mg O_2/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005
	Stężenie fosforu Zakres: (0,10 – 25,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 pkt 8

Wersja strony: A

Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Ostrowie Wielkopolskim PP7/3 ul. Węglowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: bioetanol, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Pobieranie próbek ze zbiorników do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 3170:2025-12 z wyłączeniem 8.3.1.3- 8.3.1.6, 8.3.1.8, 8.3.2, 8.7- 8.9, 9.8, 10.6, 10.7
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: bioetanol, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (700,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki**	Skład frakcyjny Zakres: (30,0 – 370,0) °C Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05
	Zawartość siarki Zakres: (3,0 – 100) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa**	Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (40,0 – 106,0) kPa Metoda mini Reid	PN-EN 13016-1:2024-11
	Zawartość tlenowych związków organicznych Zakres: (0,17 – 15,0) %(v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość organicznie związanego tlenu (z obliczeń)	PN-EN 13132:2005
	Indeks lotności (z obliczeń)	PN-EN 228+A1:2017-06 p. 5.5.2
	Liczba oktanowa LOM Zakres: 84,0 – 90,0 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5163:2014-08
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki**	Temperatura zapłonu Zakres: (45,0 – 75,0) °C Metoda zamkniętego tygla Pensky`ego-Martensa	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06
	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (12,0 – 26,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-1:2024-11
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość wody Zakres: (30 – 1000) mg/kg Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (5,0 – 27,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-2:2024-11
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Temperatura zablokowania zimnego filtra Zakres: [0 °C – (-40)°C] Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy**	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: (3,0 – 10,0) %(v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 14078:2014-06
	Indeks cetanowy (z obliczeń)	PN-EN ISO 4264:2018-08
	Liczba cetanowa Zakres: 50,0 – 60,0 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5165:2021-02
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Skłonność do blokowania filtra po wychładzaniu Zakres: (30 – 360) s Metoda CSFT	ASTM D 7501-22
	Stabilność oksydacyjna Zakres: (1,0 – 16,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 15751:2014-05
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Temperatura mętnienia Zakres: [0ºC – (-25) ºC] Metoda optyczna	PN-EN ISO 3015:2019-06
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: bioetanol**	Moc Zakres: (95,0 – 100,0) %(v/v) Metoda oscylacyjna	PN-A-79528-3:2007 p. 5.2
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME**	Stabilność oksydacyjna Zakres: (5,0 – 48,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 15751:2014-05

Wersja strony: A

Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Lublinie PP7/1 ul. Zemborzycka 116 B, 20-445 Lublin		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Pobieranie próbek ze zbiorników do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 3170:2025-12 Z wyłączeniem 8.3.1.3 - 8.3.1.6, 8.3.1.8, 8.3.2, 8.7- 8.9, 9.8, 10.6, 10.7
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa**	Liczba oktanowa LOM Zakres: 80,0 – 90,0 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5163:2014-08
	Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (40,0 – 106,0) kPa Metoda mini Reid	PN-EN 13016-1:2024-11
	Indeks lotności (z obliczeń)	PN-EN 228+A1:2017-06 p. 5.5.2
	Zawartość siarki Zakres: (3,0 – 100) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03
	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (700,0 – 800,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Skład frakcyjny Zakres: (30,0 – 220,0) ºC Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05
	Zawartość tlenowych związków organicznych Zakres: (0,17 – 15,0) % (v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość organicznie związanego tlenu (z obliczeń)	PN-EN 13132:2005
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki**	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (800,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Skład frakcyjny Zakres: (150,0 – 370,0) ºC Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05
	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (12,0 – 26,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-1:2024-11
	Zawartość wody Zakres: (0,003 – 0,100) %(m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
	Temperatura zapłonu Zakres: (40,0 – 100,0) ºC Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06
	Zawartość siarki Zakres: (3,0 – 100) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy**	Indeks cetanowy (z obliczeń)	PN-EN ISO 4264:2018-08
	Temperatura zablokowania zimnego filtra Zakres: [(- 33) – (+5)] ºC Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09
	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: (3,0 – 10,0) %(v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 14078:2014-06
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (860,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Zawartość wody Zakres: (0,003 – 0,100) %(m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
	Temperatura zablokowania zimnego filtra Zakres: [(- 25) – (-5)] ºC Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09
	Skłonność do blokowania filtra po wychładzaniu Zakres: (30 – 360) s Metoda filtracji po wychłodzeniu	ASTM D 7501-22
	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (5,0 – 27,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-2:2024-11

Wersja strony: A

Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Olsztynie PP7/2 ul. Gutkowo 54, 11-041 Olsztyn		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna bezołowiowa, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Pobieranie próbek ze zbiornika do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 3170:2025-12 z wyłączeniem 8.3.1.3 - 8.3.1.6, 8.3.1.8, 8.3.2, 8.7 - 8.9, 9.8, 10.6, 10.7
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, benzyna bezołowiowa, olej opałowy lekki**	Zawartość siarki Zakres: (3,0 – 50) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03
	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (700,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Skład frakcyjny Zakres: (30,0 – 370,0) ºC Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05
Paliwa ciekłe: **olej napędowy**	Temperatura zablokowania zimnego filtra Zakres: [(-40) – (0,0)]°C Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09
	Indeks cetanowy (z obliczeń)	PN-EN ISO 4264:2018-08
	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (12,0 – 26,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-1:2024-11
	Temperatura mętnienia Zakres: [(- 20,0) – (0,0)] ºC Metoda optyczna	ASTM D 5772-21
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki**	Temperatura zapłonu Zakres: (40,0 – 90,0) ºC Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06
	Zawartość wody Zakres: (30 – 1000) mg/kg Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa**	Zawartość tlenowych związków organicznych Zakres: (0,17 – 15,0) %(v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość organicznie związanego tlenu (z obliczeń)	PN-EN 13132:2005
	Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (40,0 – 106,0) kPa Metoda mini Reid	PN-EN 13016-1:2024-11

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa**	Indeks lotności (z obliczeń)	PN-EN 228+A1:2017-06 p. 5.5.2
	Liczba oktanowa LOM Zakres: 80,0 – 90,0 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5163:2014-08
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, biopaliwa ciekłe:** **olej napędowy z FAME**	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych Zakres: (3,0 – 20,0) %(v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 14078:2014-06
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (800,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Zawartość wody Zakres: (30 – 1000) mg/kg Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
	Temperatura mętnienia Zakres: [(- 20,0) – (0,0)] ºC Metoda optyczna	ASTM D 5772-21
	Temperatura zablokowania zimnego filtra Zakres: [(-40) – (0,0)] °C Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09
	Skłonność do blokowania filtra po wychładzaniu Zakres: (50,0 – 360) s Metoda filtracji po wychłodzeniu	ASTM D 7501-22
	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (5,0 – 27,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-2:2024-11

Wersja strony: A

Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Warszawie PP7/4 ul. Estrady 8, 05-080 Izabelin		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy** **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), bioetanol**	Pobieranie próbek punktowych ze zbiorników do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 3170:2025-12 z wyłączeniem 8.3.1.3, 8.3.1.5, 8.3.1.6, 8.3.1.8, 8.3.2, 8.7-8.9, 9.8, 10.6, 10.7
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa**	Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (40,0 – 106,0) kPa Metoda mini Reid	PN-EN 13016-1:2024-11
	Zawartość tlenowych związków organicznych Zakres: -(0,17 – 15,0) %(v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość organicznie związanego tlenu (z obliczeń)	PN-EN 13132:2005
	Indeks lotności (z obliczeń)	PN-EN 228+A1:2017-06 p. 5.5.2
	Liczba oktanowa LOM Zakres: 80,0 – 90,0 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5163:2014-08
Paliwa ciekłe: **benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy lekki**	Zawartość siarki Zakres: (3,0 – 60,0) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03
	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (700,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Skład frakcyjny Zakres: (30,0 – 370,0) ^{0}C Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Gęstość w temperaturze 15°C Zakres: (800,0 – 900,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
	Zawartość wody Zakres: (0,003 – 0,100) %(m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
	Skłonność do blokowania filtra po wychładzaniu Zakres: (50 – 650) s Metoda filtracji po wychładzaniu	ASTM D 7501-22
	Stabilność oksydacyjna Zakres: (1,0 – 16,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 15751:2014-05
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki**	Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C Zakres: (2,000 – 6,000) mm^2/s Metoda kapilarna	PN-EN ISO 3104:2024-01 Procedura A

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki**	Temperatura zapłonu Zakres: (40,0 – 100,0) °C Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa	PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06
	Zawartość wody Zakres: (0,003 – 0,100) %(m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11
	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (12,0 – 26,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-1:2024-11
Paliwa ciekłe: **olej napędowy, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: olej napędowy z FAME**	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: (3,0 – 20,0) %(v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 14078:2014-06
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)**	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (5,0 – 27,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-2:2024-11
Paliwa ciekłe: **biopaliwa ciekłe: bioetanol**	Moc Zakres: (90,0 – 100,0) %(v/v) Metoda oscylacyjna	PN-A-79528-3:2007 p. 5.2
	Gęstość w temperaturze 20°C Zakres: (789,0 – 830,0) kg/m^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
Paliwa ciekłe: **olej napędowy**	Stabilność oksydacyjna Zakres: (5,0 – 48,0) h Metoda konduktometryczna	PN-EN 15751:2014-05
	Indeks cetanowy (z obliczeń)	PN-EN ISO 4264:2018-08
	Temperatura zablokowania zimnego filtra Zakres: [0°C – (- 40)] °C Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09

Wersja strony: A

Pracownia Nawozów i Środowiska Naturalnego TT1 ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Woda	Barwa Zakres: (2 – 100) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 metoda C
	Stężenie benzenu Zakres: (0,25 – 10) µg/l Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID)	PN-ISO 11423-1:2002
	Mętność Zakres: (0,50 – 50) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Woda, ścieki	pH Zakres: 2,0 – 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Zawiesiny ogólne Zakres: (2,0 – 5000) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	Sucha pozostałość Zakres: (10 – 5000) mg/l Metoda wagowa	PN-78/C-04541 pkt 4.1
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 – 1 300) mS/m Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie azotynów Zakres: (0,050 – 33) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
	Stężenie azotu azotynowego (z obliczeń)	
	Stężenie azotynów Zakres: (0,050 – 20) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	Stężenie azotu azotynowego (z obliczeń)	
	Stężenie azotanów Zakres: (0,050 – 2000) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Stężenie azotu azotanowego (z obliczeń)	
	Stężenie azotanów Zakres: (0,18 – 2200) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576/08
	Stężenie azotu azotanowego (z obliczeń)	
	Stężenie azotu Kjeldahla Zakres: (3,4 – 1000) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN 25663:2001 z wyłączeniem pkt. 11.1
	Stężenie azotu ogólnego (z obliczeń)	Metoda nr 047 Wydanie 5 z dnia 19.11.2019
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,47 – 1000) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 5664:2002
	Stężenie jonu amonowego, amoniaku (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, ścieki	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,050 – 5,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002
	Stężenie jonu amonowego, amoniaku (z obliczeń)	
	Stężenie fosforu ogólnego Zakres: (0,016 – 32) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010
	Stężenie fosforanów Zakres: (0,050 – 100) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	Stężenie żelaza Zakres: (0,010 – 10,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-6
	Stężenie manganu Zakres: (0,030 – 4,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-92/C-04590/03
	Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym Zakres: (10 – 1000) mg/l Metoda wagowa	PN-86/C-04573/01
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT_5) Zakres: (1 – 6000) mg/l O_2 Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5815-1:2019-12
	Stężenie tlenu rozpuszczonego Zakres: (0,2 – 10) mg/l O_2 Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5814:2013-04
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT-Cr Zakres: (9,0 – 3000) mg/l O_2 Metoda miareczkowa	PN-74/C-04578-03
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr Zakres: (25 – 1000) mg/l O_2 Metoda miareczkowa	PN-ISO 6060:2006
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr Zakres: (10 – 10000) mg/l O_2 Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005
	Stężenie siarczanów Zakres: (0,050 – 5000) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	Stężenie chlorków Zakres: (0,10 – 5000) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	
	Indeks nadmanganianowy Zakres: (0,50 – 100) mg O_2/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
	Stężenie glinu Zakres: (0,0100 – 10,0) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, ścieki	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres: (0,050 – 40) mmol/l (5,0 – 4000) mg/l $CaCO_3$ Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999
	Stężenie wapnia Zakres: (0,050 – 25) mmol/l (2,0 – 1000) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 6058:1999
	Stężenie magnezu (z obliczeń)	PN-C 04554-4:1999 Załącznik A
	Stężenie siarczanów Zakres: (20 – 5000) mg/l Metoda wagowa	PN-ISO 9280:2002
	Stężenie chlorków Zakres: (5 – 25 000) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Indeks oleju mineralnego Zakres: (0,10 – 100) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 9377-2:2003
	Stężenie chlorku winylu Zakres: (0,10 – 1,0) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Metoda nr 192 Wydanie 1 z dnia 26.09.2019
	Stężenie chlorowcowych pochodnych węglowodorów Zakres: 1,2-dichloroetan (0,0010 – 0,10) mg/l Tetrachlorometan(0,00050–0,10) mg/l Tetrachloroetylen (0,0010 –0,10) mg/l trichloroetylen (0,0010 –0,10) mg/l trichlorometan (0,0010 –0,10) mg/l heksachlorobutadien (0,00010 – 0,010) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)	PN-EN ISO 10301:2002
	Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) Zakres: (0,30 – 1000) mg/l Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-EN 1484:1999
	Stężenie stałych związków rozpuszczonych (TDS) Zakres: (10,0 – 5000) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 15216:2022-03

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, ścieki	Stężenie chloru ogólnego (całkowitego) Zakres: (0,030 – 5) mg/l Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,030 – 3,5) mg/l Metoda miareczkowa Chlor związany (z obliczeń)	PN-EN ISO 7393-1:2011
	Stężenie heksachlorobenzenu Zakres: (0,010 – 0,10) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)	PN-EN ISO 6468:2002
	Stężenie węglowodorów aromatycznych Zakres: benzen (0,0010 – 100) mg/l toluen (0,0010 – 100) mg/l etylobenzen (0,0010 – 100) mg/l styren (0,0010 – 100) mg/l o-ksylen (0,0010 – 100) mg/l (m+p)-ksylen (0,0020 – 200) mg/l Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID)	PN-ISO 11423-1:2002
	Suma węglowodorów aromatycznych (z obliczeń)	
	Stężenie trihalometanów Zakres: chloroform (1,0- 250) µg/l chlorodibromometan (1,0- 250) µg/l dichlorobromometan (1,0- 250) µg/l bromoform (1,0- 250) µg/l Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów (HS-GC-ECD)	PN-EN ISO 10301:2002
	Suma trihalometanów (z obliczeń)	
	Stężenie chlorowcowych pochodnych węglowodorów Zakres: 1,2-dichloroetan (0,25 – 10) µg/l tetrachlorometan (0,10 – 10) µg/l tetrachloroetylen (0,10 – 10) µg/l trichloroetylen (0,10 – 10) µg/l trichlorometan (0,25 – 10) µg/l Metoda chromatografii gazowej ze statyczną analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją wychwytu elektronów (HS-GC-ECD)	PN-EN ISO 10301:2002
	Suma tetrachloroetylenu i trichloroetylenu (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, ścieki	Stężenie chlorowcowych pochodnych węglowodorów Zakres: chlorek winylu (0,25 – 100) µg/l 1,2-dichloroetan (0,010 – 20) mg/l tetrachlorometan (0,010 – 20) mg/l tetrachloroetylen (0,010 – 20) mg/l trichloroetylen (0,010 – 20) mg/l trichlorometan (0,010 – 20) mg/**l** Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID)	PN-EN ISO 10301:2002
	Stężenie fluorków Zakres: (0,050 – 100) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	Stężenie cyjanków ogólnych, wolnych i związanych Zakres: (0,010 – 0,30) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Metoda nr 193 Wydanie 1 z dnia 26.09.2019 Test Spectroquant 1.14561.0001
	Cyjanki związane (z obliczeń)	
	Stężenie pierwiastków Zakres: kadm (0,00200 – 10,0) mg/l chrom ogólny (0,00200 – 10,0) mg/l miedź (0,00200 – 10,0) mg/l nikiel (0,00500 – 10,0) mg/l ołów (0,0100 – 50,0) mg/l cynk (0,00500 – 50,0) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009
	Stężenie pierwiastków Zakres: kobalt (0,00500 – 10,0) mg/l żelazo (0,0200 – 50,0) mg/l mangan (0,00200 – 50,0) mg/l wanad (0,0200 – 10,0) mg/l bar (0,00200 – 10,0) mg/l bor (0,0100 – 1,00) mg/l sód (0,500 – 2000) mg/l molibden (0,00800 – 10,0) mg/l wapń (0,200 – 1000) mg/l magnez (0,100 – 1000) mg/l potas (0,100 – 1000) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009
	Stężenie pierwiastków Zakres: arsen (0,0200 – 1,00) mg/l antymon (0,0200 – 1,00) mg/l selen (0,0100 – 1,00) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, ścieki	Stężenie rtęci Zakres: (0,20 – 70) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji	Metoda nr 194 Wydanie 1 z dnia 26.09.2019
	Stężenie węglowodorów C_6-C_{12} Zakres: (0,020 - 1000) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-C-04643:1994
	Stężenie węglowodorów C_{12}-C_{35} Zakres: (0,50 – 5000) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Suma węglowodorów C_6-C_{35} (z obliczeń)	
	Zasadowość wobec fenololoftaleiny Zakres: (0,40 – 20) mmol/l Zasadowość ogólna Zakres: (0,40 – 20) mmol/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004
Wyroby chemiczne: oleje elektroizolacyjne	Stężenie polichlorowanych bifenyli (PCB) Zakres: Aroclor 1242 (5,0 – 50) mg/kg Aroclor 1254 (5,0 – 50) mg/kg Aroclor 1260 (5,0 – 50) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)	PN-IEC 997:1998
Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem	Zawartość związków organicznych Zakres: chlorek winylu (0,050 – 250) μg w próbce 1,2-dichloroetan (0,10 – 250) μg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005
	Zawartość trichlorometanu Zakres: (1,0 – 250) μg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Zawartość sumy węglowodorów aromatycznych: benzen, etylobenzen, styren, toluen, o-ksylen, (m+p)ksyleny (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem	Zawartość związków organicznych węglowodory alifatyczne C_5 – C_{12} Zakres: (1,0 – 500) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005
	Zawartość metanolu Zakres: (5,0 – 100) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Zawartość związków organicznych Zakres: o-ksylen (1,0 – 2 500) µg w próbce (m+p)-ksylen (1,0 – 5000) µg w próbce toluen (1,0 – 2 500) µg w próbce styren (1,0 – 2 500) µg w próbce metyloetyloketon (1,0 – 2 500) µg w próbce octan metylu (1,0 – 2 500) µg w próbce etylobenzen (1,0 – 2 500) µg w próbce benzen (1,0 – 2 500) µg w próbce (o+m+p)-ksylen (1,0 – 7 500) µg w próbce tetrachloroetylen (1,0 – 3 000) µg w próbce bromometan (5,0 – 2 500) µg w próbce trichloroeten (1,0 – 500) µg w próbce 1,1 dichloroeten (1,0 – 500) µg w próbce 1,2 dichloroeten (1,0 – 500) µg w próbce 1,1,2 trichloroetan (1,0 – 500) µg w próbce tetrachlorometan (1,0 – 500) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Zawartość glikolu etylenowego Zakres: (100 – 2500) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry	Zawartość kwasu siarkowego - frakcja torakalna Zakres: (0,0026 – 0,10) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną	Podstawy Metody Oceny Środowiska Pracy 2012 nr 1(71) + 2017 nr 2 (92)
Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry	Zawartość arsenu i antymonu Zakres: As: (0,000500 – 0,05000) mg w próbce Sb: (0,00100 – 0,0500) mg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES)	PN-EN 14385:2025:05

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry	Zawartość pierwiastków: Zakres: Cd: (0,000250 – 0,500) mg w próbce Cr: (0,000250 – 0,500) mg w próbce Co: (0,000250 – 0,500) mg w próbce Cu: (0,000250 – 0,500) mg w próbce Mn: (0,000250 – 0,500) mg w próbce Ni: (0,000500 – 0,500) mg w próbce Pb: (0,00250 – 2,50) mg w próbce Tl: (0,000500 – 0,0500) mg w próbce V: (0,00250 – 0,0500) mg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN 14385:2025:05
	Zawartość rtęci Zakres: (0,0005 – 0,05) mg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES)	PN-EN 13211:2006
Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających	Zawartość pierwiastków: Zakres: Cd (0,000500 – 1,00) mg w próbce Cr (0,000500 – 1,00) mg w próbce Co (0,000500 – 1,00) mg w próbce Cu (0,000200 – 1,00) mg w próbce Mn (0,000200 – 1,00) mg w próbce Ni (0,00100 – 1,00) mg w próbce Pb (0,00500 – 5,00) mg w próbce Tl (0,00100 – 0,100) mg w próbce V (0,00500 – 0,100) mg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN 14385:2025:05
	Zawartość arsenu, antymonu Zakres: As: (0,00100 – 0,100) mg w próbce Sb: (0,00200 – 0,100) mg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES)	
	Zawartość rtęci Zakres: (0,000500 – 0,0500) mg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES)	PN-EN 13211:2006
	Zawartość chlorowodoru Zakres: (0,050 – 100) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 1911:2011

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających	Zawartość bromowodoru Zakres: (0,028 – 1,0) mg w próbce Metoda turbidymetryczna	Metoda nr 201 Wydanie 1 z dnia 26.09.2019
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających	Zawartość amoniaku Zakres: (0,0061 – 9,7) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 21877:2020-03
Środowisko ogólne – próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem	Zawartość chlorku winylu Zakres: (0,020 – 0,50) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Metoda nr 202 Wydanie 1 z dnia 26.09.2019
	Zawartość 1,2-dichloroetanu Zakres: (0,10 – 2,0) µg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Metoda nr 202 Wydanie 1 z dnia 26.09.2019
Gleba	Sucha masa Zakres: (10,0 – 999) g/kg (1,0 – 99,0) % Metoda wagowa	PN-ISO 11465:1999
	Steżenie węglowodorów C_6-C_{12} Zakres: (12,5 – 10000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 16703:2011
	Stężenie węglowodorów C_{12}-C_{35} Zakres: (12,5 – 10000) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	
	Suma węglowodorów C_6-C_{35} (z obliczeń)	
Osady ściekowe, Odpady^{O}: kod 19 08 05	Sucha pozostałość Zakres: (10,0 – 990) g/kg (1,0 – 99,0) % Zawartość wody Zakres: (1,0 – 99,0) % Metoda wagowa	PN-EN 15934:2013-02
	Straty przy prażeniu suchej masy Zakres: (2,0 – 98,0)% Metoda wagowa Pozostałość po prażeniu suchej masy (z obliczeń)	PN-EN 15935:2022-01
Paliwa gazowe: wodór (automotive)	Zawartość wody Zakres: (2,00 – 20,00) µmol/mol Metoda spektrometrii strat we wnęce optycznej z falą ciągłą (CRDS)	ASTM D7941/D7941M-23

^{O}) Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa gazowe: wodór (automotive)	Zawartość helu Zakres: (25,0 – 600) µmol/mol Metoda chromatografii gazowej z detektorem termokonduktometrycznym (GC-TCD)	NPL Report AS64:2011-08 p. 4.2.4 (a) Instrukcja IT-M/TT1/99 wydanie 1 z dnia 04.06.2024
	Zawartość ditlenku węgla, metanu i węglowodorów Zakres: Ditlenek węgla (0,200 – 4,00) µmol/mol Metan (10,0 – 200) µmol/mol Węglowodory ogółem z wyłączeniem metanu (ekwiwalent C1) (0,100 – 4,00) µmol/mol Metoda chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo – jonizacyjnym i termokonduktometrycznym (GC-FID/TCD)	NPL Report AS64:2011-08 p. 4.2.7 (a), p. 4.2.2 (a) Instrukcja IT-M/TT1/99 wydanie 1 z dnia 04.06.2024
	Zawartość siarkowodoru, siarczku karbonylu i siarczku dimetylu Zakres: Siarkowodór (0,00050 – 0,0040) µmol/mol Siarczek karbonylu (0,00050 – 0,0040) µmol/mol Siarczek dimetylu (0,00050 – 0,0040) µmol/mol Metoda chromatografii gazowej z detektorem chemiluminescencyjnym (GC-SCD) Związki siarki ogólem (z obliczeń)	ASTM D 7652-11
	Zawartość formaldehydu i halogenków organicznych Zakres: Formaldehyd (0,050 – 0,40) µmol/mol 1,2 – dichlorobenzen (0,0010 – 0,050) µmol/mol Chloroform (0,0010 – 0,050) µmol/mol Dichlorometan (0,0010 – 0,050) µmol/mol Tetrachloroetylen (0,0010 – 0,050) µmol/mol Metoda chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS) Zawartość związków halogenowych ogółem (z obliczeń)	ASTM D 7892-25
	Zawartość argonu, azotu, tlenu, tlenku węgla Zakres: Argon (50,0 – 600) µmol/mol Azot (50,0 – 600) µmol/mol Tlen (3,0 – 40) µmol/mol Tlenek wegla (0,0500 – 0,400) µmol/mol Metoda chromatografii gazowej z detektorem wyładowań helowych (GC-PDHID)	NPL Report AS64:2011-08 p.4.2.6 (b), p.4.2.5 (a), p. 4.2.3 (a), p. 4.2.8 (a) Instrukcja IT-M/TT1/97 wydanie 1 z dnia 24.05.2024

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa gazowe: wodór (automotive)	Zawartość kwasu mrówkowego, amoniaku Zakres: Kwas mrówkowy (0,030 – 4,0) µmol/mol Amoniak (0,020 – 4,0) µmol/mol Metoda chromatografii jonowej z detektorem konduktometrycznym (IC-CD)	JIS K0127:2013 Instrukcja IT-M/TT1/102 wydanie 1 z dnia 24.06.2024
	Zawartość cząstek stałych Zakres: (0,0500 – 5,00) mg/kg Metoda wagowa	ASTM D 7651-24e1
	Indeks paliwa wodorowego (z obliczeń)	ISO 14687:2019-11 p. 5.1
	Całkowita zawartość gazów innych niż wodór (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Pracownia Wody i Ścieków ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Woda	Chemiczne zapotrzebowania tlenu - ChZT Zakres: (6,0 – 150) mg/l O_2 Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 – 10000) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) Zakres: (1,0 – 20) mg/l Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (IR)	PN-EN 1484:1999
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 – 3000) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
Ścieki	Stężenie anionów Zakres: fluorki (0,2 – 25) mg/l chlorki (0,5 – 5000) mg/l siarczany (0,5 – 500) mg/l azotany (0,1 – 15) mg/l mg/l N_{NO3} azotyny (0,1 – 5) mg/l mg/l N_{NO2} Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	Chemiczne zapotrzebowania tlenu - ChZT Zakres: (10 – 20000) mg/l O_2 Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,1 – 30) mg/l Metoda spektrofotometryczna	M042 PB-1 wydanie 4 z dnia 01.06.2018 r. na podstawie testu Merck 1.14752.0001
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 – 10000) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
Woda, woda do spożycia przez ludzi	Stężenie anionów Zakres: chlorany (0,05 – 1,0) mg/l chloryny (0,10 – 1,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-4:2022-08
	Suma stężenia chloranów i chlorynów (z obliczeń)	
	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres: (0,05 – 20,0) mmol/l (0,1 – 40,0) mval/l (5 – 2000) mg/l $CaCO_3$ Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999
	Stężenie manganu Zakres: (0,010 – 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	M514 PB-1 wydanie 3 z dnia 05.03.2025 r. na podstawie testu Merck 1.01846.0001

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, woda do spożycia przez ludzi	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,05 – 3,0) mg/l N_{NH4} (0,07 – 4,0) mg/l NH_4 Metoda spektrofotometryczna	M042 PB-1 wydanie 4 z dnia 01.06.2018 r. na podstawie testu Merck 1.14752.0001
	Stężenie wapnia Zakres: (0,05 – 20) mmol/l (0,1 – 40) mval/l (2 – 800) mg/l Ca Metoda miareczkowa	PN-ISO 6058:1999
	Barwa Zakres: (5 – 70) mg/l Pt Metoda wizualna	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015 Metoda D
	Barwa Zakres: (5 – 50) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015 Metoda C
	Zasadowość ogólna Zakres: (0,40 – 25) mmol/l (0,40 – 25) mval/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004
	Stężenie anionów Zakres: fluorki (0,2 – 10,0) mg/l chlorki (0,5 – 5000) mg/l siarczany (0,5 – 500) mg/l azotyny (0,1 – 20) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	Stężenie magnezu (z obliczeń)	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A
Woda, woda do spożycia przez ludzi, ścieki	Stężenie żelaza Zakres: (0,020 – 10,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016
	Stężenie chlorków Zakres: (5,0 – 5000) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Stężenie azotynów Zakres: (0,01 – 0,5) mg/l NO_2 Metoda spektrofotometryczna Stężenie azotu azotynowego (z obliczeń)	PN-EN 26777:1999
	Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,10 – 12) mg/l N_{NO3} (0,50 – 50) mg/l NO_3 Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576.08
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,05 – 50) mg/l N_{NH4} (0,07 – 64) mg/l NH_4 Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002
	Stężenie boru Zakres: (0,1 – 25) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-75/C-04563-01

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, ścieki	Stężenie siarczanów Zakres: (10 – 1000) mg/l Metoda wagowa	PN-ISO 9280:2002
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,5 – 2000) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 5664:2002
	Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) Zakres: (1,0 – 1000) mg/l Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (IR)	PN-EN 1484:1999
	Stężenie fosforu ogólnego Zakres: (0,05 – 50) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010
	Stężenie tlenu rozpuszczonego Zakres: (0,5 – 12,0) mg/l Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5814:2013-04
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT_5 Zakres: (3 – 1000) mg/l O_2 Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5815-1:2019-12
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT_5 Zakres: (0,5 – 6,0) mg/l O_2 Metoda elektrochemiczna	PN-EN 1899-2:2002
	Stężenie azotu ogólnego Zakres: (0,5 – 250) mg/l Metoda spektrofotometryczna	M043 PB-1 wydanie 4 z dnia 14.06.2016 r. na podstawie testu Merck 1.14537.0001
	Zawiesiny ogólne Zakres: (2 – 1500) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	Stężenie fosforanów Zakres: (0,02 – 50) mg/l P Zakres: (0,03 – 153) mg/l PO_4 Zakres: (0,02 – 115) mg/l P_2O_5 Metoda spektrofotometryczna	M701 PB-1 wydanie 4 z dnia 07.06.2024 r. na podstawie testu Supelco 1.14848.0001
	Stężenie fosforu ogólnego Zakres: (0,05 – 50) mg/l P Zakres: (0,2 – 153) mg/l PO_4 Zakres: (0,1 – 115) mg/l P_2O_5 Metoda spektrofotometryczna	M702 PB-1 wydanie 4 z dnia 07.06.2024 r. na podstawie testu Supelco 1.14543.0001

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, ścieki	Stężenie siarczków Zakres: (0,02 – 20) mg/l Metoda spektrofotometryczna	M703 PB-1 wydanie 3 z dnia 15.06.2018 r. na podstawie testu Merck 1.14779.0001
	Indeks fenolowy Zakres: (0,1 – 100) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6439:1994 Metoda A
	Indeks fenolowy Zakres: (0,005 – 0,1) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6439:1994 Metoda B
	Stężenie azotu Kjeldahla Zakres: (0,7 – 250) mg/dm^3 Metoda miareczkowa	PN-EN 25663:2001
	Stężenie azotu ogólnego (z obliczeń)	M043 PB-2 wydanie 2 z dnia 13.03.2015 r.
	Stężenie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym Zakres: (0,5 – 2000) mg/l Metoda wagowa	PN-86/C-04573-01
	Stężenie substancji powierzchniowo-czynnych anionowych (detergenty anionowe) Zakres: (0,1 – 10) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 903:2002
Woda (w tym woda na pływalniach), woda do spożycia przez ludzi	Indeks nadmanganianowy Zakres: (0,5 – 10) mg/l O_2 Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
	Stężenie anionów Zakres: azotany (0,1 – 50) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	Mętność Zakres: (0,10 – 20) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027:1-2016-09
	Stężenie chloru ogólnego Zakres: (0,05 – 5,0) mg/l Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,05 – 5,0) mg/l Metoda fotometryczna	M507 PB-1 wydanie 3 z dnia 13.04. 2021 r. na podstawie HACH LANGE LCK310
Woda (w tym woda na pływalniach), woda do spożycia przez ludzi, ścieki	pH Zakres: 4,0 – 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
Osady ściekowe	Objętość względna (zdolność opadania osadu) Zakres: (10 – 1000) ml/l Metoda objętościowa	PN-EN 14702-1:2008
	Indeks objętościowy osadu (z obliczeń)	
Wyroby chemiczne **- ług sodowy**	Zawartość wodorotlenku sodowego Zakres: (10,0 – 50,0) % Metoda miareczkowa	PN-88/C-84002/02

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
	Obecność i liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
Woda do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach	Liczba bakterii Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
	Stężenie chloru związanego (z obliczeń)	M507 PB-1 wydanie 3 z dnia 13.04. 2021 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 310
Woda do spożycia przez ludzi	Liczba bakterii Legionella Metoda filtracji membranowej Zakres: od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml Matryca A; Procedura 5 (pożywka A – BCYE) Matryca A; Procedura 7 (pożywka C – GVPC) Matryca B; Procedura 7 (pożywka C – GVPC)	PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Woda (w tym woda na pływalniach)	Liczba bakterii Legionella Metoda filtracji membranowej Zakres: od 1 jtk/100 ml Matryca A; Procedura 5 (pożywka A – BCYE) Matryca A; Procedura 7 (pożywka C – GVPC) Matryca B; Procedura 7 (pożywka C – GVPC)	PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Woda, woda do spożycia przez ludzi	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Woda na pływalniach	Potencjał utleniająco-redukujący (redoks) wzgl. Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl Zakres: (200 – 1000) mV Metoda potencjometryczna	M525 PB-1 wydanie 1 z dnia 13.04.2021

Wersja strony: A

Pracownia Instrumentalna ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, olej opałowy, paliwo żeglugowe** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe**	Zawartość siarki Zakres: (0,1 – 500) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	PN-EN ISO 20846:2020-03
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, olej opałowy, paliwo żeglugowe, nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych,** **Materiały smarne:** **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane** **Inne przetwory naftowe:** **- parafiny, gacz parafinowy, destylaty naftowe** **Ropa naftowa**	Zawartość siarki Zakres: (5,0 – 500) mg/kg Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali (WD-XRF)	PN-EN ISO 20884:2020 +A1:2022-03
	Zawartość siarki Zakres: (0,0003 – 4,5) % (m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali (WD-XRF)	ASTM D 2622-24 a
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe**	Zawartość tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu Zakres: Etery (0,20 – 20,00) % (m/m) % (v/v) Alkohole (0,20 – 12,00) % (m/m)) % (v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość tlenu (z obliczeń)	ASTM D 4815-22
	Zawartość benzenu Zakres: (0,1 – 20,0) % (v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (IR)	PN-EN 238:2000+A1:2008
	Zawartość grup węglowodorów Zakres: Węglowodory aromatyczne (19,3 – 46,3) % (v/v) Węglowodory olefinowe (0,4 – 26,8) % (v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcja płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 22854:2025-07 Procedura A
	Zawartość tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu Zakres: (0,17 – 15,0) % (m/m)) % (v/v) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Organicznie związany tlen (z obliczeń)	PN-EN 13132:2005

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe**	Liczba oktanowa MON Zakres: 40,0 – 100,0 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5163:2014-08
	Liczba oktanowa RON Zakres: 40,0 – 100,0 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5164:2014-08
Paliwa ciekłe: **- oleje napędowe, olej opałowy, paliwo żeglugowe, nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Materiały smarne:** **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane** **Inne przetwory naftowe:** **- parafiny, gacz parafinowy, destylaty naftowe**	Zawartość węgla, wodoru i azotu Zakres: Węgiel (75 – 87) % (m/m) Wodór (9 – 16) % (m/m) Azot (0,1 – 2) % (m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD	ASTM D 5291-21 metoda C
Paliwa ciekłe: **- oleje napędowe, olej opałowy lekki, paliwo żeglugowe** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe**	Zawartość grup węglowodorów aromatycznych Zakres: - węglowodory aromatyczne jednopierścieniowe (MAH) (6,0 – 30,0) % (m/m) - dwupierścieniowe węglowodory aromatyczne (DAH) (1,0 – 10,0) % (m/m) - trój- i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (T+AH) (0,1 – 2,0) % (m/m) - węglowodory wielopierścieniowe (POLY-AH) (1,0 – 12,0) % (m/m) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID)	PN-EN 12916:2024-08 Procedura A
	Sumaryczna zawartość węglowodorów aromatycznych (z obliczeń)	
	Smarność Zakres: (180 – 700) µm Metoda HFRR	PN-EN ISO 12156-1:2024-02
	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: (0,05 – 20,0) % (v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (IR)	PN-EN 14078:2014-06
	Zawartość barwnika Solvent RED 19 Zakres: (1,0 – 15,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04426:2013-07 Metoda A
	Zawartość barwnika BLUE 35 Zakres: (1,0 – 15,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04426:2013-07 Metoda C
	Liczba cetanowa Zakres: 30,0 – 65,0 Metoda silnikowa	PN-EN ISO 5165:2021-02

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **- benzyna bezołowiowa** **Inne przetwory naftowe naftowe o zakresie temp. wrzenia 10°C-225°C, komponenty:** **- frakcje benzynowe**	Skład szczegółowy dla węglowodorów do n-nonanu (C_9) Zakres: (0,05 –90) % (m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	ASTM D5134-21
Inne przetwory naftowe: **- asfalty drogowe, przemysłowe i wyroby asfaltowe**	Zawartość węgla, wodoru i azotu Zakres: Węgiel (75 – 87) % (m/m) Wodór (9 – 16) % (m/m) Azot (0,1 – 2) % (m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD	ASTM D 5291-21 metoda C
Paliwa gazowe: **- LPG, skroplone gazy węglowodorowe**	Zawartość siarki Zakres: (1,0 – 100) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie	ASTM D 6667-21
	Skład węglowodorowy Zakres: (0,1 – 99,9) % (m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 27941:2015-12
	Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien) Zakres: (0,1 – 1,0) % (mol/mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 27941:2015-12
	Gęstość w temperaturze 15°C (z obliczeń)	PN-EN ISO 8973:2000+A1:2020-10
	Prężność par oszacowana w temperaturach: -10°C, -5°C, 0°C, 10°C, 37,8°C, 40°C, 50°C, 70°C (z obliczeń)	PN-EN ISO 8973:2000+A1:2020-10 PN-EN 589:2024-08 załącznik C
	Liczba oktanowa motorowa (MON) (z obliczeń)	PN-EN 589:2024-08 załącznik B
	Skład gazów rafineryjnych: H_2, węglowodory C_1 – C_5 oznaczane jako indywidualne komponenty, C_5 nienasycony i C_6 jako jedna grupa Zakres: (0,1 – 99,9) % (mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	UOP 539-12
	Korodujące działanie na miedź Zakres: klasa korozji 1 – 4 Metoda wizualna	PN-EN ISO 6251:2001
	Zawartość wody Zakres: obecna/nieobecna Metoda wizualna	PN-EN 15469:2009
	Temperatura, w której oszacowana względna prężność par jest nie mniejsza niż 200 kPa (z obliczeń)	PN-EN 589:2024-08 załącznik C

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa gazowe: **- LPG**	Rozpuszczalna pozostałość Zakres: (5 – 100) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 15471:2017-08
Woda, woda do spożycia przez ludzi, ścieki	Stężenie pierwiastków Zakres: Ag (0,4 – 10) µg/l Al (2 – 200) µg/l As (2 – 100) µg/l Cd (0,2 – 5) µg/l Co (2 – 60) µg/l Cr (1 – 60) µg/l Cu (1– 2000) µg/l Fe (2 – 200) µg/l Mn (1 – 40) µg/l Mo (2 – 60) µg/l Ni (2 – 70) µg/l Pb (2 – 100) µg/l Se (3 – 150) µg/l V (3 – 200) µg/l Zn (0,5 – 20) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie rtęci Zakres: (0,05 – 10,0) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS)	PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07
Woda, ścieki	Indeks oleju mineralnego Zakres: (0,10 – 600) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 9377-2:2003
Woda	Stężenie cynku Zakres: (0,02 – 2,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288:2002 Metoda A
	Stężenie sodu Zakres: (1 – 500) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009
	Stężenie potasu Zakres: (1 – 500) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 9964-2:1994
	Stężenie wapnia i magnezu Zakres: wapń (1 – 500) mg/l magnez (1 – 500) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN ISO 7980:2002

Wersja strony: A

Pracownia Fizykochemii ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Ropa naftowa	Zawartość wody Zakres: (0,02 – 2,0) % (m/m) Metoda miareczkowania potencjometrycznego	ASTM D 4377-00(2011)
	Zawartość wody Zakres: (0,025 – 5,0) % (m/m) Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 9029:2005 ASTM D 4006-22
	Zawartość wody Zakres: (0,02 – 4,70) % (m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego	ASTM D 4928-24 Procedura A
Paliwa ciekłe: **- paliwa żeglugowe** **Materiały smarne:** **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe**	Zawartość wody Zakres: (0,03 – 25,0) % (m/m) Metoda destylacyjna	PN-ISO 3733:2008 ASTM D 95-23e1
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, olej opałowy, paliwo żeglugowe, nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych, benzyna lotnicza, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)** **Materiały smarne:** **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane** **Inne przetwory naftowe:** **- parafiny, gacz parafinowy, destylaty naftowe** **Wyroby chemiczne:** **- dodatki do paliw ciekłych i materiałów smarnych**	Gęstość w temperaturze 15°C i 20°C Zakres: (643,0 – 1037,0) kg/m^3 (0,6430 – 1,0370) g/cm^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08 ASTM D 4052-22
Ropa naftowa	Gęstość w temperaturze 15°C i 20°C Zakres: (643,0 – 1037,0) kg/m^3 (0,6430 – 1,0370) g/cm^3 Metoda oscylacyjna	PN-EN ISO 12185:2024-08
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, olej opałowy lekki, paliwo żeglugowe, nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych,** **Materiały smarne:** **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe,** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe**	Korodujące działanie na miedź Zakres: klasa korozji 1 – 4 Metoda wizualna	PN-EN ISO 2160:2004
	Korodujące działanie na miedź Zakres: klasa korozji 1a – 4c Metoda wizualna	ASTM D 130-19
	Zawartość wody Zakres: (0,003 – 0,100) % (m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego	PN-EN ISO 12937:2005 +Ap.1:2021-11 ASTM D 6304-20

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, olej opałowy, paliwo żeglugowe, nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych, benzyna lotnicza** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe, lekkie komponenty paliwowe** **Ropa naftowa**	Skład frakcyjny Zakres: (20,0 – 380,0) °C Metoda destylacyjna	PN-EN ISO 3405:2019-05 ASTM D 86-23^{ae2}
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe**	Indeks lotności (z obliczeń)	PN-EN 228+A1:2017-06 Tablica NA.2
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe, lekkie komponenty paliwowe**	Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (9,0 – 110,0) kPa Metoda mini Reid	PN-EN 13016-1:2024-11 ASTM D 5482-20a
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe, nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych**	Zawartość grup węglowodorów Zakres: węglowodory aromatyczne (5,0 – 80,0) % (v/v) węglowodory olefinowe (0,3 – 15,0) % (v/v) Metoda chromatografii żelowej	PN-EN 15553+A1:2025-05 ASTM D 1319-20a
	Zawartość żywic Zakres: - żywice obecne, żywice przemywalne (1 – 30) mg/100 ml - żywice nieprzemywalne (1 – 60) mg/100 ml Metoda wagowa	PN-EN ISO 6246:2017-05/A1:2020-03 ASTM D 381-25
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe, nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Inne przetwory naftowe:** **- parafiny, gacz parafinowy**	Barwa Zakres: 30 – (-16) Metoda spektrofotometryczna	ASTM D 6045-20
	Barwa Zakres: 30 – (-16) Metoda wizualna	ASTM D 156-23
Paliwa ciekłe: **- oleje napędowe, paliwo żeglugowe** **Materiały smarne:** **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe** **Inne przetwory naftowe:** **- parafiny, gacz parafinowy, destylaty naftowe**	Barwa Zakres: 0,5 – 8,0 Metoda spektrofotometryczna	ASTM D 6045-20
	Barwa Zakres: 30 – (-16) Metoda wizualna	ASTM D 156-23
	Barwa Zakres: 0,5 – 8,0 Metoda wizualna	ASTM D 1500-24
Paliwa ciekłe: **- oleje napędowe, olej opałowy, paliwo żeglugowe, nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Materiały smarne:** **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane** **Inne przetwory naftowe:** **- parafiny, gacz parafinowy, destylaty naftowe**	Lepkość kinematyczna w temperaturach: (-20°C, 20°C, 40°C, 50°C, 100°C) Zakres: (1,000 – 1100) mm^2/s Metoda kapilarna Lepkość dynamiczna (z obliczeń)	PN-EN ISO 3104:2024-01 ASTM D 445-24
	Temperatura zapłonu Zakres: (40,0 – 320,0)°C Metoda zamkniętego tygla Pensk'ego-Martensa	PN-EN ISO 2719:2016-08 +A1:2021-06 ASTM D 93-25

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **- oleje napędowe, olej opałowy, paliwo żeglugowe, nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Materiały smarne:** **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane** **Inne przetwory naftowe:** **- parafiny, gacz parafinowy, destylaty naftowe**	Temperatura zapłonu i palenia Zakres: (80 – 360) °C Metoda otwartego tygla Clevelanda	PN-EN ISO 2592:2017-10 ASTM D 92-24
	Ciepło spalania Zakres: (30,00 – 50,00) MJ/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa (z obliczeń)	PN-C-04062:2018-05
Paliwa ciekłe: **- oleje napędowe, olej opałowy, paliwo żeglugowe** **Materiały smarne:** **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe**	Pozostałość po koksowaniu Zakres: (0,01 – 24,00) % (m/m) Metoda wagowa	PN-EN ISO 10370:2014-12 ASTM D 4530-25
Paliwa ciekłe: **- oleje napędowe, olej opałowy, paliwo żeglugowe** **Materiały smarne:** **-oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe**	Temperatura płynięcia Zakres: (- 45)°C – 30°C Metoda optyczna	PN-EN ISO 3016:2019-06
	Pozostałość po spopieleniu Zakres: (0,001 – 0,180) % (m/m) Metoda wagowa	PN-EN ISO 6245:2008 ASTM D 482-19
Paliwa ciekłe: **- oleje napędowe, olej opałowy lekki, paliwo żeglugowe** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe**	Indeks cetanowy (z obliczeń)	PN-EN ISO 4264:2018-08 ASTM D 4737-21
	Temperatura zablokowania zimnego filtru Zakres: (-40) °C – 10 °C Metoda optyczna	PN-EN 116:2015-09 ASTM D 6371-24
	Temperatura mętnienia Zakres: (-60,0) °C – 40,0 °C Metoda optyczna	ASTM D 5773-21
Paliwa ciekłe: **- nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych**	Temperatura zapłonu Zakres: (35,0 – 65,0) °C dla cieczy o lepkości: < 5,5 mm^2/s w 40°C, < 9,5 mm^2/s w 25°C Metoda zamkniętego tygla TAG	PN-V-04043:2002 ASTM D 56-22
	Temperatura krystalizacji Zakres: (-70)°C – (-30)°C Metoda wizualna	ASTM D 2386-19
	Indeks cetanowy (z obliczeń)	PN-EN ISO 4264:2018-08 ASTM D 4737-21
	Wskaźnik wydzielania wody (WSIM) Zakres: 0 – 100 Metoda turbidymetryczna	ASTM D 3948-22
	Stabilność oksydacyjna w temperaturze 260°C Zakres: osady na rurze 0 – 4 A,P Spadek ciśnienia na filtrze (0,1 – 200) mm Hg Metoda JFTOT	ASTM D 3241-24 z wyłączeniem A2, A3 i A4

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa ciekłe: **- nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych** **Inne przetwory naftowe:** **- komponenty paliwowe do turbinowych silników lotniczych**	Największa wysokość niekopcącego płomienia Zakres: (15,0 – 40,0) mm Metoda wizualna	ASTM D 1322-25
Paliwa ciekłe: **- olej opałowy, paliwo żeglugowe**	Zawartość całkowitego osadu Zakres: (0,01 – 0,50) % (m/m) Metoda wagowa	PN-ISO 10307-1:2010 PN-ISO 10307-2:2010
	Zawartość popiołu siarczanowego Zakres: (0,05 – 2,00) % (m/m) Metoda wagowa	PN-ISO 3987:2014-05 ASTM D 874-23
Inne przetwory naftowe: **- gacze parafinowe, parafiny, cerezyny, destylaty naftowe**	Zawartość oleju Zakres: (0,5 – 15) % (m/m) Metoda wagowa	ASTM D 721-25
	Temperatura krzepnięcia Zakres: (30,0 – 90,0) °C Metoda wizualna	PN-ISO 2207:2011 ASTM D 938-25
Materiały smarne: **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane**	Wskaźnik WL (z obliczeń)	ASTM D 2270-24 PN-ISO 2909:2009+Ap1:2010
	Zawartość popiołu siarczanowego Zakres: (0,05 – 2,00) % (m/m) Metoda wagowa	PN-ISO 3987:2014-05 ASTM D 874-23
Materiały smarne: **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe** **Wyroby chemiczne:** **- dodatki do materiałów smarnych**	Liczba zasadowa Zakres: (1,0 – 100,0) mg KOH/g Metoda miareczkowania potencjometrycznego	ASTM D 2896-21 Procedura B
	Liczba zasadowa Zakres: (1,0 – 100,0) mg KOH/g Metoda miareczkowania potencjometrycznego	PN-ISO 3771:2012
Materiały smarne: **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane** **Inne przetwory naftowe:** **- destylaty naftowe** **Paliwa ciekłe:** **- oleje napędowe**	Liczba kwasowa Zakres: (0,01 – 8,0) mg KOH/g Metoda miareczkowa potencjometrycznego	ASTM D 664-24
	Liczba kwasowa Zakres: (0,01 – 8,0) mg KOH/g Metoda miareczkowa potencjometrycznego	PN-ISO 6619:2011
Paliwa ciekłe: **- oleje napędowe, olej opałowy lekki**	Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (4,0 – 30,0) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 12662-1:2024-11

Wersja strony: A

Dział Próbobiorców Ruchu Ciągłego ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Paliwa ciekłe **- benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, paliwo żeglugowe, nafta, paliwo do turbinowych silników lotniczych, oleje opałowe** **Materiały smarne** **- oleje bazowe, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe** **Inne przetwory naftowe** **- destylaty naftowe**	Pobieranie próbek ze zbiorników do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 3170:2006
Paliwa ciekłe: **- benzyny bezołowiowe, oleje napędowe**	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN 14275:2013-06
Paliwa gazowe: **- LPG**	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	ZN/MG/CN-18:2007
Paliwa gazowe: **- LPG, skroplone gazy węglowodorowe**	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 4257:2004
Woda	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura pobranej próbki wody Zakres: (0,5 – 50,0) °C	PN-ISO 5667-5:2017-10 PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt. 7.5, 7.6 PN-ISO 5667-11:2017-10 z wyłączeniem pkt. 5.2, 6.2, 6.3 PN-77/C-04584
Ścieki	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna Metoda automatyczna Temperatura pobranej próbki ścieków Zakres: (0,5 – 50,0) °C	PN-ISO 5667-10:2021-11 PN-77/C-04584
Woda do spożycia przez ludzi **Woda na pływalniach**	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 19458:2007
Woda na pływalniach	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura pobranej próbki wody Zakres: (0,5 – 50,0) °C	M535 PB-1 wydanie 3 z dnia 12.09.2023 PN-77/C-04584

Wersja strony: A

Pracownia Badań w Ruchu Ciągłym ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Inne przetwory naftowe: **- asfalty drogowe, przemysłowe i wyroby asfaltowe**	Penetracja igłą w temperaturze 25°C Zakres: (1 – 330) 0,1 mm Metoda penetracji igłą	PN-EN 1426:2025-02
	Temperatura mięknienia Zakres: (30 – 110) °C Metoda Pierścień i Kula	PN-EN 1427:2015-08
	Odporność na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza Zakres: (-0,10 – (+0,15)) % (m/m) Metoda RTFOT Procent pozostałej penetracji % (z obliczeń) Zmiana temperatury mięknienia °C (z obliczeń)	PN-EN 12607-1:2025-02
	Temperatura łamliwości Zakres: (-25)°C – (+10)°C Metoda Fraassa	PN-EN 12593:2015-08
	Temperatura zapłonu i palenia Zakres: (250 – 360) °C Metoda otwartego tygla Clevelanda	PN-EN ISO 2592:2017-10 ASTM D 92-24
	Nawrót sprężysty Zakres: (40 – 100) % Metoda duktylometryczna	PN-EN 13398:2017-12
	Siła rozciągania (energia kohezji) Zakres: (4,0 – 10,0) J/cm^2 Metoda duktylometryczna	PN-EN 13589:2018-08
	Gęstość i gęstość względna Zakres: (0,950 – 1,080) g/cm^3 Metoda piknometryczna	PN-EN 15326+A1:2010

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 484

Status zmian:

Numer strony	Aktualna wersja strony	Zastępuje wersję strony	Data zmiany
24	**B**	**A**	**22.10.2026 r.**

Zatwierdzam status zmian

p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS
dnia: 22.10.2026 r.

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM