

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 177**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 10 z/of 07.01.2026

 AP 177	Nazwa i adres / Name and address 2 WOJSKOWY OŚRODEK METROLOGII ul. Powstańców Warszawy 2 85-681 Bydgoszcz
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 17.01 ciśnienie

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 177 z dnia 14.08.2024 r.
Cykl akredytacji od 12.11.2025 r. do 03.12.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 177 of 14.08.2024
Accreditation cycle from 12.11.2025 to 03.12.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl


Pracownia Kalibracji Ciśnieniomierzy ul. Powstańców Warszawy 2, 85-681 Bydgoszcz				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Ciśnienie				
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne - ciśnienie względne (czynnik gaz)	0,0 MPa do 0,4 MPa 0,4 MPa do 0,6 MPa 0,6 MPa do 0,8 MPa 0,8 MPa do 1,0 MPa 1,0 MPa do 1,2 MPa 1,2 MPa do 1,4 MPa 1,4 MPa do 1,6 MPa 1,6 MPa do 1,8 MPa 1,8 MPa do 2,0 MPa	0,0005 MPa 0,0007 MPa 0,0010 MPa 0,0012 MPa 0,0014 MPa 0,0016 MPa 0,0019 MPa 0,0021 MPa 0,0023 MPa	S	Procedura wewnętrzna PP-15.02.00-6-2023- 2WOM_PKC w oparciu o EURAMET cg-17 v.4.1
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne - ciśnienie względne (czynnik ciecz)	0,0 MPa do 7,0 MPa 7,0 MPa do 20,0 MPa 20,0 MPa do 70,0 MPa	0,0029 MPa 0,0090 MPa 0,039 MPa	S	Procedura wewnętrzna PP-15.02.00-6-2023- 2WOM_PKC w oparciu o EURAMET cg-17 v.4.1

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 177

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 07.01.2026 r.