

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY Nr/No. AB 672

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 27 z/of 10.03.2026

 AB 672	Nazwa i adres / Name and address GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. JEDNOSTKA BIZNESOWA ENERGETYKA ul. Mostowa 30 A 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Kod identyfikacyjny / Identification code *) - C/28/P; C/30/P - C/33/P - C/10; C/32 - G/33 - N/28/P; N/30/P - N/33/P - N/10; N/32	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków / Chemical tests and sampling of water, sewage - Badania chemiczne i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe – powietrze) / Chemical tests and sampling – working environmental (harmful factors – air) - Badania chemiczne paliw stałych, odpadów / Chemical tests of solid fuels, waste - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – lighting, noise) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków / Tests of physical properties and sampling of water, sewage - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe – powietrze) / Tests of physical properties and sampling – working environmental (harmful factors – air) - Badania właściwości fizycznych paliw stałych, odpadów / Tests of physical properties of solid fuels, waste

Wersja strony/Page version: B

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH**

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 672 z dnia 25.03.2026 r.
Cykl akredytacji od 10.03.2026 r. do 19.03.2030 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 672 of 25.03.2026

Accreditation cycle from 10.03.2026 to 19.03.2030

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Badań Środowiskowych ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Ścieki	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna Metoda automatyczna	PN-ISO 5667-10:2021-11
	Stężenie metali Zakres: B (0,050 – 5,0) mg/l Ba (0,050 – 5,0) mg/l Zn (0,050 – 5,0) mg/l Mo (0,050 – 5,0) mg/l Pb (0,050 – 5,0) mg/l V (0,050 – 5,0) mg/l Cr (0,015 – 5,0) mg/l Cu (0,015 – 5,0) mg/l Ni (0,015 – 5,0) mg/l Cd (0,015 – 5,0) mg/l Fe (0,015 – 5,0) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009
Woda	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 5667-11:2017-10 z wyłączeniem pkt. 5.2, 6.1.2, 6.2, 6.3
	Poziom zwierciadła wody Zakres: (0,0 – 12,0) m	IB-38/PB-01/PL2-1 wydanie 07 z dnia 02.09.2024 r.
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt. 7.3, 7.5, 7.6; 9.4
	Stężenie metali Zakres: Cd (1,0 – 80) µg/l Cr (5,0 – 800) µg/l Cu (5,0 – 10000) µg/l Fe (50,0 – 10000) µg/l Ni (5,0 – 800) µg/l Pb (10,0 – 800) µg/l Zn (50,0 – 10000) µg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009
Woda, ścieki	Stężenie fosforu ogólnego Zakres: (0,050 – 20,0) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	PN-EN ISO 11885:2009

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, ścieki	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,050 – 10) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002
	Stężenie azotu azotynowego Zakres: (0,010 – 20) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
	Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,10 – 100) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576.08
	Stężenie azotu Kjeldahla Zakres: (1,0 – 1000) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN 25663:2001
	Stężenie azotu ogólnego (z obliczeń)	IB-22B/PB-01/PL2-1 wydanie 03 z dnia 22.12.2025 r.
	Stężenie azotu azotynowego Zakres: (0,10 – 10) mg/l Metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotometryczną	PN-EN ISO 13395:2001
	Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,10 – 100) mg/l Metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotometryczną	PN-EN ISO 13395:2001
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (1,0 – 1000) mg/l Metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotometryczną	PN-EN ISO 11732:2007
	Stężenie azotu ogólnego Zakres: (1,0 – 100) mg/l Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją chemiluminescencyjną	PN-EN ISO 20236:2025-05
	Stężenie indeksu fenolowego Zakres: (0,01 – 1,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6439:1994 p. 5
	pH Zakres: 2,0 – 11,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Cr Zakres: (30 – 7000) mg/l O ₂ Metoda miareczkowa	PN-ISO 6060:2006
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Cr Zakres: (5,0 - 15000) mg/l O ₂ Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, ścieki	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT ₅ Zakres: (3 – 4000) mg/l O ₂ Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5815-1:2019-12
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT ₅ Zakres: (0,50 – 6,0) mg/l O ₂ Metoda elektrochemiczna	PN-EN 1899-2:2002
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (140 – 12800) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Substancje rozpuszczone Zakres: (10 – 10000) mg/l Metoda wagowa Sucha pozostałość (z obliczeń)	IB-32A/PB-01/PL2-1 wydanie 04 z dnia 10.12.2025 r.
	Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) Zakres: (3,0 – 2000) mg/l Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR	PN-EN 1484:1999
	Stężenie fosforanów Zakres: (0,050 – 10) mg/l P Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006, rozdział 4
	Zawiesiny ogólne Zakres: (2,0 – 2000) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+ Ap1:2007
	Stężenie siarczanów Zakres: (10 – 1200) mg/l Metoda wagowa	PN-ISO 9280:2002
	Stężenie anionów Zakres chlorki (2,0 – 500) mg/l siarczany (2,0 – 500) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	Stężenie aldehydu mrówkowego Zakres: (0,20 – 80) mg/l Metoda spektrofotometryczna	IB-18A/PB-01/PL2-1 wydanie 05 z dnia 10.12.2025 r.
Paliwa stałe: węgiel kamienny	Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,5 – 10,0) % Metoda wagowa	PN-ISO 11722:2009
	Zawartość wilgoci pierwszego stopnia (przemijającej) Zakres: (2,0 – 20,0) % Metoda wagowa	PN-ISO 589:2006
	Zawartość wilgoci drugiego stopnia (wilgoci pozostałej w próbce) Zakres: (1,0 – 15,0) % Metoda wagowa	PN-ISO 589:2006 Metoda A1 i A2
	Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń)	PN-ISO 589:2006 Metoda A

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Paliwa stałe: węgiel kamienny	Zawartość popiołu Zakres: (1,0 – 40,0) % Metoda wagowa	PN-ISO 1171:2002
	Zawartość węgla całkowitego Zakres: (35,0 – 84,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-G-04571:1998
	Zawartość wodoru Zakres: (1,50 – 5,00) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	
	Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,20 – 1,50) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-G-04584:2001
	Ciepło spalania Zakres: (14000 – 35000) J/g Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa (z obliczeń)	PN-ISO 1928:2020-05
Odpady ⁰⁾: kod 10 01 01, 10 01 02, 10 01 80	Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,15 – 6,0) % Metoda wagowa	IB-02A/PB-12E/PL2-1 wydanie 03 z dnia 10.12.2025 r.
	Zawartość węgla całkowitego Zakres: (1,0 – 20,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	IB-05A/PB-12E/PL2-1 wydanie 03 z dnia 10.12.2025 r.
Odpady ⁰⁾: kod 10 01 02 popiół lotny	Straty prażenia Zakres: (1,0 – 10,0) % Metoda wagowa	PN-EN 196-2:2013-11 PN-EN 450-1:2012
	Miałość Zakres: (10,0 – 40,0) % Metoda wagowa	PN-EN 451-2:2017-06
Środowisko pracy - powietrze	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - czynnik pyłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje organiczne, w tym - frakcja wdychalna - metale i ich związki, w tym - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej	PN-Z-04008-7:2002 PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
	- substancje nieorganiczne, w tym - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	

⁰⁾ Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie/ zawartość pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja wdychalna - Cement portlandzki - Kaolin - Krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel) - Pyły drewna - Pyły mąki - Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - Węgiel (kamienny, brunatny) - Węglan magnezu wapnia (dolomit) Zakres: (0,2 – 20,0) mg/m ³ (0,2 – 2,4) mg w próbce Metoda grawimetryczna	PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08
	Stężenie/ zawartość pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja respirabilna - Cement portlandzki - Krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel) - Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - Spaliny silnika Diesla - Węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,2 – 5,0) mg/m ³ (0,2 – 5,0) mg w próbce Metoda grawimetryczna	PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
	Stężenie/ zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) Zakres: (0,013 – 0,5) mg/m ³ (0,010 – 0,400) mg w próbce Metoda spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, 4 (74), str. 117-130
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie tlenku węgla Zakres: (2,3 – 116) mg/m ³ (2 – 100) ppm Metoda elektrochemiczna	PB-22/PL-2-4 wydanie 05 z dnia 10.12.2025 r.
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego	Stężenie/ zawartość formaldehydu Zakres: (0,03 – 4,0) mg/m ³ (0,0008 – 0,025) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-76/Z-04045/02
	Stężenie/ zawartość amoniaku Zakres: (1,20 – 56,0) mg/m ³ (0,048 – 0,32) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-71/Z-04041
	Stężenie/ zawartość tlenku azotu Zakres: (0,14 – 11,55) mg/m ³ (0,00065 – 0,05020) mg w próbce (0,11 – 9,26) ppm Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04009-11:2008

Wersja strony: A


Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego	Stężenie/ zawartość ditlenku azotu Zakres: (0,04 – 3,56) mg/m ³ (0,0002 – 0,0160) mg w próbce (0,02 – 1,86) ppm Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04009-11:2008
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie/ zawartość toluenu Zakres: (10,0 – 416,67) mg/m ³ (0,1 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-89-Z-04023/02
	Stężenie/ zawartość 2-etyloheksan-1-olu Zakres: (0,54 – 86,67) mg/m ³ (0,013 – 0,26) mg w próbce (0,10 – 16,0) ppm Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04398:2020-12
	Stężenie/ zawartość butan-1-olu Zakres: (5,0 – 300,0) mg/m ³ (0,23 – 0,90) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH 1401:1994
	Stężenie/ zawartość 2-metylopropan-1-olu (izobutanolu) Zakres: (10 – 400) mg/m ³ (0,045 – 1,2) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH 1401:1994
Środowisko pracy - hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (39 – 137) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (39 – 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2,3 – punkt 10,11
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	
Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach	Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	PB-05/PL-2-4 wydanie 06 z dnia 10.12.2025 r.
	Równomierność oświetlenia (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 672

Status zmian:

Numer strony	Aktualna wersja strony	Zastępuje wersję strony	Data zmiany
1/8	B	A	25.03.2026 r.

**Zatwierdzam status zmian****p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH****MARCIN BEKAS**
dnia: 25.03.2026 r.